



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: CP1845 Dokumentační systém

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005171>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení č.1.

Zadavatel obdržel dne 25. 9. 2018 v 12:00:00 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

V technické specifikaci k výše uvedené veřejné zakázce je uveden parametr „*Technické řešení obsahuje integrovanou kameru o rozlišení min. 5 MPx se systémem aktivního chlazení pod teplotu laboratoře a softwarově ovládaným přiblížením (zoomem)*“. Naše technické řešení, aby nedocházelo ke ztrátě citlivosti / získaného signálu, nevyužívá softwarového přiblížení (zoomu). K přiblížení/oddálení slouží mobilní výsuvný nosič, který je možno umístit do několika pozic s automatickým rozpoznáním, na něž je poté zaostřena automaticky optika přístroje

Byl by tento způsob přibližování/oddalování v rámci výše uvedené zakázky akceptovatelný?

Odpověď zadavatele č.1:

Technické řešení umožňující přiblížení (zoom) sledovaného objektu bez významné manuální změny konfigurace přístroje znesnadňující/zpomalující obsluhu přístroje je akceptovatelný.

Dotaz č.2:

V technické specifikaci k výše uvedené veřejné zakázce je uveden parametr „*Technické řešení umožňuje epi-iluminaci a snímání v modrém světle (SYBR Safe, o vlnové délce 470 nm)*“. Naše technické řešení disponuje modrou epi-blue iluminací o vlnové délce 460 nm. Rozdíl nemá vliv na zamýšlenou aplikaci.

Bylo by modré epi-iluminační osvětlení o této vlnové délce akceptovatelné?



Odpověď zadavatele č.2:

Jelikož vlnová délka 460 nm umožňuje detekci barvení DNA pomocí SYBR Safe a nemá vliv na aplikaci, je toto technické řešení ze strany zadavatele akceptovatelné.

V důsledku výše uvedených skutečností a v souladu s ustanovením 6.2 e) Zadávací dokumentace Zadavatel upřesňuje znění dokumentů zadávací dokumentace Technické podmínky a Předloha návrhu smlouvy následujícím způsobem. Dodávky, které jsou předmětem smlouvy, splňují následující minimální technické požadavky:

Technické řešení obsahuje integrovanou kameru o rozlišení min. 5 MPx se systémem aktivního chlazení pod teplotu laboratoře a softwarově ovládaným přiblížením (zoomem) nebo mobilním výsuvným nosičem, který je možno umístit do několika pozic s automatickým rozpoznáním.

Technické řešení umožňuje epi-iluminaci a snímání v modrém světle (SYBR Safe, o vlnové délce 460 nm nebo 470 nm).

Zadavatel upozorňuje, že Technické podmínky a Předloha návrhu smlouvy v aktuálním znění jsou vloženy v příslušných záložkách elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.muni.cz> v sekci Zadávací dokumentace.

Dále Zadavatel bez předchozí žádosti o písemné vysvětlení zadávací dokumentace mění zadávací podmínky následujícím způsobem:

Zadavatel v souladu s ustanovením 6.2 e) Zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 5.1 Zadávací dokumentace takto:

„Nabídky je nutné podat nejpozději do 18. 10. 2018 11:00 hod.“

V důsledku prodloužení lhůty pro podání nabídek mění Zadavatel dokument Předloha návrhu smlouvy v článku 5.2 následujícím způsobem:

Lhůta pro odevzdání věci

Prodávající věc odevzdá kupujícímu nejpozději **do osmi týdnů od nabytí účinnosti smlouvy nebo nejpozději do 14.12.2018 podle skutečnosti, která nastane dříve.** Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Zadavatel upozorňuje, že Předloha návrhu smlouvy v aktuálním znění je vložena v příslušných záložkách elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.muni.cz> v sekci Zadávací dokumentace.

V Brně dne 2. 10. 2018

Mgr. Pavel Vicherek
manažer pro koordinaci a správu projektů
(podepsáno elektronicky)