



DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 23.10.2018

Č.j. MU-ZAK/132567/2018/774713/LF-3

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Inkubátory pro Biologický ústav LF MU“

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 22.10.2018 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

1) Dotaz č. 1:

V excel tabulce (technická specifikace) v řádce 30 zadavatel požaduje: -HEPA filtr pro inkubátory (třída filtru E11) splňující normu EN 1822

Jedná se o HEPA filtr na přívodu CO2 plynu do přístroje anebo jde o HEPA filtr na vnitřním air flow?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení **technických podmínek této veřejné zakázky nově stanovit (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

HEPA filtr pro inkubátory na vnitřním airflow splňující normu EN 1822	ANO, třída filtru minimálně E11
---	---------------------------------

- 2) Zadavatel dává dále tímto všem dotčeným dodavatelům/ účastníkům na vědomí, že se v souladu se zadávacími podmínkami rozhodl vysvětlit, změnit, doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky následujícím způsobem:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ rozhodl v rámci vymezení **technických podmínek této veřejné zakázky upravit nebo doplnit níže uvedené jednotlivé technické parametry:**

A. Požadavek na vnitřní prostor

výška	max 800 mm
-------	------------

Nově formulovaný požadavek zní:

Vnitřní výška	max 800 mm
----------------------	------------

B. Perforované poličky

2 perforované poličky z nerezové oceli	ANO
--	-----

Nově formulovaný požadavek zní:

perforované poličky z nerezové oceli	minimálně 2 poličky součástí dodávky
---	---

C. Sterilizační program

Sterilizační program	ANO
----------------------	-----

Nově formulovaný požadavek zní:

Sterilizační program - použití vysoké teploty; bez nutnosti vyjmout senzory umístěné uvnitř inkubátoru	ANO
---	------------

- 3) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.
Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.
- 4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.
Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 31. 10. 2018 do 11:00 hod. se prodlužuje do 6.11. 2018 do 11:00 hod.

5) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D..
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 23.10.2018