



V Brně dne 29.10.2018

Č.j. MU-ZAK/132567/2018/774713/LF-5

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Inkubátory pro Biologický ústav LF MU“

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 26.10.2018 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

1) Dotaz č. 1:

Ve Vaší technické specifikaci máte požadováno: HEPA filtr pro inkubátory na vnitřním airflow splňující normu EN 1822

Je zřejmé, že na našem trhu jsou k dispozici dvě různé technologie pro dekontaminaci vstupujícího, potenciálně kontaminovaného, vzduchu v CO2 inkubátorech. Tyto následně umožňují kontinuální filtraci vnitřní atmosféry inkubátoru při aktivní cirkulaci po uzavření dveří.

Jednou technologií je právě využití vámi požadovaného HEPA filtru a druhou technologií, vyvinutou světovým výrobcem certifikovaných inkubátorů, je využití speciální UV lampy umístěné nad miskou s vodou a zcela odstíněné od vnitřního prostoru se vzorky. Po uzavření dveří inkubátoru dojde k aktivní cirkulaci vzduchu (vnitřní atmosféry) kolem této zapnuté UV lampy, čas lze programovat a nastavit, a tímto dojde k dekontaminaci vnitřní atmosféry (UV lampa zabíjí mikroorganismy). Zároveň tato takto umístěná UV lampa, tedy nad miskou s vodou dekontaminuje v ní vodu, která bývá potenciálně největším semeništěm kontaminace. Vzhledem k tomu, že celý vnitřní prostor našich inkubátorů je vyroben ne jenom z nerez oceli, ale ze speciální slitiny mědi a nerez oceli, je tedy zároveň poskytnuta aktivní dekontaminaci právě příměsí mědi

Vzhledem k těmto všem skutečnostem, bychom rádi požádali o následující úpravu technických parametrů a tím umožnění účasti více zájemců o tuto zakázku:

- 1. Pro kontinuální dekontaminaci akceptovat obě možnosti, tj. buď využití HEPA filtru pro inkubátory na vnitřní airflow splňující normu EN 1822 nebo UV lampu umístěnou nad miskou s vodou*
- 2. Nádobu na vodu z nerezové oceli a nebo ze slitiny mědi a nerezové oceli*
- 3. Perforované poličky z nerezové oceli nebo ze slitiny mědi a nerezové oceli*

Odpověď zadavatele:

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika

T: +420 549 49 2910, E: info@med.muni.cz, www.med.muni.cz

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224



Zadavatel se po důkladném zvážení výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení **technických podmínek této veřejné zakázky nevyhovět žádosti dodavatele.**

Zadavatel na základě zjištění publikovaných v odborných časopisech a také amerických institucí jako např. NIH, U.S. CDC a NSF, nepovažuje dodavatelem navrhovanou dekontaminační technologii - dekontaminaci vstupujícího vzduchu v CO2 inkubátorech prostřednictvím speciální UV lampy umístěné nad miskou s vodou za spolehlivé a vyhovující technologické řešení. **Na základě těchto objektivních zjištění zadavatel nepřipouští dodávku přístroje s touto navrhovanou dekontaminační technologií.**

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D..
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek