



DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 17. 1. 2012

Věc: Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Systémy pro laserovou konfokální mikroskopii projektu CEITEC“

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 10.1.2012 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k uvedenému dotazu poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), níže uvedenou odpověď s dodatečnými informacemi.

Dotaz

„Dobrý den.

V bodě 47 technických podmínek části 2 veřejné zakázky je požadována plynulá změna zvětšení zoomu. Je v případě rezonančního skeneru považováno za dostatečně plynulé zvětšení v krocích: 1x, 1.5x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x?“

Odpověď zadavatele

Ano, takové a obdobné zvětšení v krocích zadavatel považuje za dostatečně plynulé.

S pozdravem,

Mgr. Petr Jelínek
Útvar řízení projektu CEITEC
Masarykova univerzita