



PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: CP1816 Skříňový hlubokomrazicí box (3ks)

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005249>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kottlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení č.1.

Zadavatel obdržel dne 10. 12. 2018 v 13:34:08 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

Dobrý den, rádi bychom Vás tímto požádali o poskytnutí dodatečných informací v rámci tohoto Vašeho VŘ a prosíme o odpověď na náš následující dotaz:

Vaším požadavkem v technické specifikaci předmětu plnění na min. 3 piny je silně omezován počet možných uchazečů o tuto zakázku. Bylo by možné nabídnout 3 ks Skříňových hlubokomrazicích boxů, které mají ovládání chráněné heslem, s možností definovat 2 uživatele včetně pinů?

Děkujeme za odpověď..

Odpověď zadavatele č.1:

Zadavatel trvá na technické specifikaci, min. 3 PINy jsou požadovány z důvodu řádného a zabezpečeného monitoringu zařízení a v něm uskladněných vzorků.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek.

V Brně dne 12. 12. 2018

Mgr. Pavel Vicherek
manažer pro koordinaci a správu projektů
(podepsáno elektronicky)