

Příloha č. 1 - příloha č. 1 obsahuje tyto části - oddíly:

(oddíl Technické podmínky – technická specifikace stanovená zadavatelem)

(oddíl Technická specifikace nabízeného plnění – technická specifikace nabízená uchazečem)

Součástí přílohy č. 1 příslušného návrhu smlouvy je i oficiální technická a obrazová dokumentace zboží tj. oficiální technický list výrobce. Pokud nebylo možné oficiální technický list výrobce z objektivních důvodů zajistit, je doložena podrobná kompletní technická specifikaci nabízeného přístroje

Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění			Příloha č. 1 Kupní smlouvy		
Ambulantní vyšetřovací mikroskop					
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem			TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem		
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)		Zadavatelem požadovaná hodnota		Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastnosti, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)	
<u>Obecné požadavky na Ambulantní vyšetřovací mikroskop jako celek:</u> Diagnostický přístroj umožňující podrobné vyšetření dutiny ústní, vnitřního a vnějšího ucha a dutiny nosní. Přístroj disponuje vlastním osvětlením a umožňuje nastavení různé velikosti zvětšení vyšetřovaného pole.					
Ambulantní vyšetřovací mikroskop			Model - typové/výrobní označení		Výrobce
			OPMI Pico		Carl Zeiss Meditec AG, Německo
Počet kusů: 1 ks			Účastníkem nabízená hodnota		
	Ambulantní vyšetřovací mikroskop s integrovaným zdrojem světla	ANO	ANO		
	Binokulární přímé provedení	ANO	ANO		

		Objektiv s ohniskovou vzdáleností 250 mm	ANO		ANO
		Apochromatická optika	ANO		ANO
		měníč zvětšení	Minimálně 5ti stupňový minimální hodnota alespoň 0,4x maximální hodnota alespoň 2,5x		5-ti stupňový měnič zvětšení, minimální hodnota 0,4x, maximální hodnota 2,5x
		Nastavení vzdálenosti okulárů	ANO		ANO
		Zvětšení okulárů 10x	ANO		ANO
		Nastavení ametropické korekce	ANO		ANO
		Použití magnetických okulárů	ANO		ANO
		Zelený a žlutý filtr	ANO		ANO
		Uchycení mikroskopu na pojízdném stativu s pohyblivým ramenem	ANO		ANO
		Dvouramenný systém	ANO		ANO
		Ramena vůči sobě horizontálně otočná	alespoň o 280°		300°
		Velikost jednotlivých ramen	min. 500 mm, max. 600 mm		500 mm a 600 mm
		Nastavitelný brzdný systém pro stabilní nastavení polohy ramen	ANO		ANO
		T rukojeť pro manipulaci s mikroskopem	ANO		ANO
		Mikroskop otočný o 360° při zachování stacionární základny	ANO		ANO

		Zdroj světla	halogenový 100 W nebo ekvivalentní LED		halogenový 100 W (včetně rovnocenného záložního zdroje světla)
		Plynulá regulace intenzity zdroje světla	min. 20%, max. 100%		20% - 100%
		Automatické spuštění zdroje světla při snížení hlavy mikroskopu pod určitou úroveň	ANO		ANO
		prohlášení o shodě dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě).	ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace		ANO
		přístroj musí být zdravotnickým prostředkem dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy	ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace		ANO
		takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky			

