



DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 23. 1. 2012

Č.j: MU/3589/2012/RMU

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Mrazicí boxy pro projekt CEITEC II.“

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 22. 1. 2012 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, konkrétně části 1 - Kryobanka na tkáňové kultury. Zadavatel k uvedeným dotazům poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), níže uvedené odpovědi s dodatečnými informacemi.

Dotaz

„Je opravdu potřeba Udržení nízké teploty pod -180 C v klidovém režimu: 200 dní (změna ze 140 dní)? Nepostačí pouze 194 dní?

Statická rychlost výparu N₂:max. 0.75 litru/24 hodin (změna z 0,9l/24 h)? Nepostačí pouze 0,84 l/24 h?“

Odpověď zadavatele

Zadavatel trvá v obou případech na parametrech stanovených v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Vzhledem k nárůstu provozních nákladů byly požadované parametry oproti původnímu zadání změněny kvůli požadavku na úspornější provoz kryobanky.

S pozdravem,

Mgr. Petr Jelínek
Útvar řízení projektu CEITEC
Masarykova univerzita