

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. et Ing. Miroslav Haman / +420 603 118 467

V Brně, dne 29. 3. 2019

Věc: Veřejná zakázka: Dodávka real-time qPCR

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzat

Zadavatel obdržel od dodavatelů dotazy ve dnech 28. a 29. 3. 2019

Otázka č. 1:

V technické specifikaci uvádíte, že požadujete "možnost kalibrace přístroje uživatelem". Přístroj, který bychom rádi nabídli, je již kalibrován z výroby a při každém běhu provádí automatickou validaci a kontrolu optiky. Následně poskytne informaci o výsledku. Uživatel ani servis tedy nemusejí nic kalibrovat manuálně, což poskytuje úsporu času. Budete akceptovat i takovéto zařízení pro real-time PCR?

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel pro upřesnění sděluje, že akceptuje i takové řešení, které zaručí že, kalibrace je v pořádku bez zásahu servisu.

Otázka č. 2:

V dokumentaci uvádíte, že rychlost ohřevu musí být alespoň 5°C/s. Bude zadavatel akceptovat zařízení s rychlostí ohřevu 4,4 °C/s?

Odpověď č. 2:

Ne, povaha výzkumu, který bude na zařízení probíhat, požaduje minimální rychlost ohřevu 5°C/s .

.....
Ing. et Ing. Miroslav Haman
Manažer veřejných zakázek