

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. et Ing. Miroslav Haman / +420 603 118 467

V Brně, dne 3. 4. 2019

Věc: Veřejná zakázka: Dodávka real-time qPCR

Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzat

Zadavatel obdržel od dodavatele dotaz dne 3. 4. 2019

Otázka č. 3:

Požadujete teplotní uniformitu "menší než 0,4 °C" (<0,4 °C). Zařízení, které chceme nabídnout, má teplotní uniformitu bloku právě 0,4 °C. Budete akceptovat i takovouto teplotní uniformitu?

Odpověď č. 3:

Ano, zadavatel pro upřesnění sděluje, že akceptuje i teplotní uniformitu právě rovnou hodnotě 0,4°C.

Sdělení zadavatele č. 1:

Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že z důvodu změny zadávacích podmínek **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 4. 2019 do 10:00 hod**

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh zůstávají beze změn.

.....
Ing. et Ing. Miroslav Haman
Manažer veřejných zakázek