

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Ventilátory pro umělou plicní ventilaci 2

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005390>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 23. 4. 2019 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Uchazeč hodlá nabídnout zadavateli transportní plicní ventilátor splňující požadovaný medicínský účel s drobnými odlišnostmi v dílčích technických parametrech.

Bude zadavatel akceptovat nabízený přístroj s nabízenými hodnotami v tabulce č. 1?

Tabulka č. 1

Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota
inspirační čas	minimální rozsah 0,2 až 10 s	0,25 - 30 s s krokem 0,1 sekundy
PEEP	0-35 cmH ₂ O	0-20 cmH ₂ O (pro PS+PEEP, PI+PEEP 0-60 cmH ₂ O)
Ventilační režim	APRV	Režim DUO-LEVEL. Režim Duo-Levels je ventilace s kontrolovaným tlakem, při níž má pacient možnost spontánně dýchat během celého cyklu. Režim Duo-Levels umožňuje udržet konstantní úroveň tlaku (PI), po dobu T vysoký a poté nižší úroveň tlaku po dobu T nízký. Doba trvání fáze nízkého tlaku je nastavitelná, stejně jako minimální frekvence. Nicméně pro umožnění dobré adaptace spontánního dýchání pacienta na ventilátor jsou zde okna triggeru pro synchronizaci vdechových a výdechových fází. Navíc ventilátor má k dispozici režim PSIMV, PSV.

<i>Integrovaný nebulizátor</i>	<i>Integrovaný nebulizátor</i>	<i>Nabízený ventilátor nemá integrovaný nebulizátor. Při transportu pacienta není nebulizace podávána a tato funkce není na transportních ventilátorech využívána.</i>
<i>Monitorace plicní mechaniky</i>	<i>Poddajnost a rezistence</i>	<i>Monitorace plicní mechaniky Pplateu a manuálně AutoPEEP. Měření pomocí inspirační a expirační pauzy.</i>

Přístroj splňuje medicínský účel a vlastnosti pro transportní ventilátor pro všechny věkové kategorie od novorozenců po dospělé.“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě k tomu určené odpovídá na dotazy účastníka následující:

Ad 1) Požadavek „inspirační čas - minimální rozsah 0,2-10 s“:

Účastníkem navrhovaná změna představuje minimální rozdíl proti požadovanému parametru u dolní hranice intervalu, který je možné akceptovat. Zadavatel proto tímto upravuje znění požadavku na minimální rozsah inspiračního času, který nově zní:

„inspirační čas - minimální rozsah 0,25-10 s;“

Ad 2) Požadavek „PEEP - nastavitelný (minimální rozsah 0-35 cm H2O)“:

Účastníkem navrhovaná změna představuje podstatný rozdíl proti požadovanému parametru u horní hranice intervalu. Zadavatel ve výuce a simulacích předpokládá rovněž demonstrace extrémních hodnot a situací, proto **zadavatel trvá na původním požadavku.**

Ad 3) Požadavek „požadované ventilační režimy - APRV“:

Na základě dostupných informací považuje zadavatel účastníkem nabízenou variantu ventilačního režimu za ekvivalent zadavatelem požadované. Zadavatel proto tímto upravuje znění požadavku na ventilační režimy a **bude akceptovat i režim DUO-LEVEL namísto režimu APRV.**

Ad 4) Požadavek „integrovaný nebulizátor“:

Jak je uvedeno v první odrážce technické specifikace pro část 2 VZ, zadavatel u transportního ventilátoru předpokládá využití pro „bedside“ (urgentní příjem) i transportní ventilaci, proto je požadována plná funkčnost a vybavení v rozsahu uvedeném v technické specifikaci. U přístroje je požadována možnost univerzálního použití. **Na požadavku integrovaného nebulizátoru proto zadavatel trvá.**

Ad 5) Požadavek „monitorace plicní mechaniky: poddajnost, rezistence“:

Zadavateli z účastníkem nabízené varianty není zřejmá míra souladu či nesouladu s požadovaným parametrem. Zadavatel proto trvá na stávajícím znění požadovaného parametru.

Vzhledem k provedeným úpravám technické specifikace zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek nově do **21. 5. 2019 do 11.00 hod.**

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.,
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek

