

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Anesteziologické přístroje
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005402>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 25. 4. 2019 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„V příloze zd Technická specifikace zadavatel uvádí požadavek na součást dodávky

Odpařovače anestetik – min. Sevoflurane bez bližší specifikace.

Jelikož se jedná o inhalační anestetika, jsou z bezpečnostních důvodů konstrukce všech odpařovačů provedeny se speciálním plnicím zámek znemožňující jak záměnu inhalačních anestetik, tak i jejich dodavatele. Současně tento typ uzavřeného plnění eliminuje jakýkoliv únik anestetik do okolního prostředí a jeho kontaminaci.

Pro inhalační anestetikum sevofluran jsou odlišné standardy plnění těchto dodavatelů:

- Abbvie
- Baxter
- Piramal

Pro inhalační anestetikum desfluran jsou odlišné standardy plnění těchto dodavatelů:

- Baxter
- Piramal.

Pro nabídku a případné zajištění dodávky je proto nezbytně nutné předem vědět dodavatele inhalačních anestetik. Následná změna dodavatele inhalačních anestetik vyžaduje z tohoto důvodu výměnu celého odpařovače.“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě k tomu určené odpovídá na dotazy účastníka následující:

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky poptává anesteziologické přístroje pro účely simulační výuky v nově budovaném simulačním pracovišti, nikoli pro jejich užití na skutečných pacientech. Zadavatel proto nepreferuje žádného konkrétního dodavatele inhalačních anestetik a volbu standardů pro inhalační anestetikum ponechává na nabídkách účastníků. Zadavatel trvá pouze na požadavcích uvedených v zadávacích podmínkách, zejména pak v technické specifikaci.

V Brně dne 29. 4. 2019

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.,
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek

