

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (2)

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Anesteziologické přístroje**
 Druh veřejné zakázky: Dodávky
 Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005402>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Lékařská fakulta Masarykovy univerzity**, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
 Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 30. 4. 2019 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,
 prosím Vás o vysvětlení ZD.

1) Zadavatel požaduje:

„Průtok čerstvé směsi v rozsahu 0 až 15 l/min.“

Uchazeč nabízí:

„Přístroj s průtokem čerstvé směsi 0, 2 až 18 l/min. Bude zadavatel akceptovat toto řešení plně odpovídající požadovanému medicínskému účelu použití přístrojů?“

2) Zadavatel požaduje:

„Přepínání ruční a řízené ventilace jedním úkonem.“

Uchazeč nabízí:

„Přepnutí ruční a řízené ventilace výběrem ventilačního režimu (VC, PC, PS atd.) a potvrzením zvoleného režimu otočným ovladačem, které vede k větší bezpečnosti ventilovaného pacienta a eliminaci nechtěného přepnutí ventilace, které může vést k ohrožení pacienta. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?“

3) Zadavatel požaduje:

„Kombinované ovládání ventilátoru pomocí dotykového displeje s úhlopříčkou 15“ a ovládacími prvky na čelní straně.“

Uchazeč nabízí:

„Kombinované ovládání ventilátoru pomocí 12“ displeje s postranními tlačítky a ovládacími prvky na čelní straně. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?“

4) Zadavatel požaduje:

„Vizuální kontrolu netěsnosti systému měchu v průhledném válci.“

Uchazeč nabízí:

„Elektricky poháněný ventilátor, který na svůj pohon nespotřebovává medicínální plyny (kyslík, vzduch) a tím umožňuje šetřit náklady na provoz přístroje. Vizuální kontrolu netěsnosti systému umožňuje za pomoci alarmů (vizuálních a zvukových) a pohybem rezervoáru dýchací směsi při každém řízeném nebo spontánním dechu, jenž je součástí ventilačního systému (okruhu). Bude zadavatel akceptovat toto řešení?“

Předem děkuji za odpověď.“

2. ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě k tomu určené odpovídá na dotazy účastníka následující:

Zadavatel zvážil všechny výše uvedené alternativy nabízené účastníkem pod body 1) až 4) a rozhodl, že účastníkem nabízené alternativy nebude akceptovat a nadále trvá na svých požadavcích uvedených v zadávacích podmínkách, zejména pak v technické specifikaci.

V Brně dne 30. 4. 2019

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.,
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek

