

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (2)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Ventilátory pro umělou plicní ventilaci 2
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005390>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 6. 5. 2019 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dotaz číslo 1:

V příloze zd Technická specifikace pro část 2 VZ zadavatel uvádí požadavek

PEEP - nastavitelný (minimální rozsah 0-35 cm H2O)

Poslední výzkumy ukazují, že významným faktorem bezpečné plicní ventilace je optimalizace PEEP. Účastník nabízí transportní ventilátor EU výrobce, který je názoru, že maximální rozsahy nastavení hodnot PEEP pro transportní ventilátor jsou optimální za předpokladu kdy „Driving pressure“ splňuje kritéria = $P_{plat} - PEEP \leq 14$ cm H2O. Limitovaný a tedy maximální endinspirační tlak PEEP, který nesmí být překročen je cca 25 cm H2O)

Bude zadavatel akceptovat limitní hodnotu PEEP v rozsahu 0-25 cm H2O?

Dotaz číslo 2:

V příloze zd Technická specifikace pro část 2 VZ zadavatel uvádí požadavek

hmotnost přístroje max. 5 kg

Zadavatel neuvádí, zda se jedná o přístroj samostatný nebo plně vybavený.

Účastník nabízí transportní ventilátor EU výrobce s hmotností plně vybaveného přístroje 6,3 kg. Bude zadavatel akceptovat maximální hmotnost plně vybaveného přístroje 6,3 kg?

Děkujeme Vám předem za vyjádření“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě k tomu určené odpovídá na dotazy účastníka následující:

Ad 1) Požadavek „PEEP - nastavitelný (minimální rozsah 0-35 cm H2O)“:

Zadavatel zamýšlí používat přístroj pro simulační výuku a k demonstračním účelům, proto požaduje možnost i extrémních, v praxi pouze zřídka používaných hodnot. Zadavatel proto **trvá na původním požadavku**.

Ad 2) Požadavek „hmotnost přístroje max. 5 kg“:

Z dotazu účastníka není zřejmé, co považuje za „samostatný přístroj“ nebo „plně vybavený přístroj“, přičemž tyto formulace by si různí účastníci/dodavatelé mohli vykládat různě. Zadavatel s ohledem na potřebu snadné přenositelnosti přístroje **trvá na původním požadavku**, tj. přístroj v požadované výbavě a funkčnosti s hmotností do max. 5 kg.

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.,
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek

