

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

## **„Vzpřímený badatelský mikroskop s osvětlením v procházejícím světle a ve fluorescenci pro LF MU“**

### **Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1**

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), změnit a doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 4.6.2019 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatele o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace následujícího znění:

#### **1) Dotaz č. 1:**

*v bloku požadavků týkajících se software pro řízení kamery, mikroskopu a zpracování obrazu je sice uveden požadavek SW v češtině ale ve sloupci plnění není uvedeno ANO.*

*S ohledem na to že se jedná o složitý a komplexní software máme dotaz, zda bude akceptován software v angličtině případně jiném sv. jazyce*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení **technických podmínek této veřejné zakázky vyhovět žádosti dodavatele a upřesnit stanovené (vymezené) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

**Zadavatel požaduje, aby software byl v českém nebo anglickém jazyce.**

**Nově tedy formulovaný požadavek zní:**

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>SW v českém nebo anglickém jazyce</b> | <b>ANO, v českém nebo anglickém jazyce</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|

#### **2) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“ zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.**

**Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.**

#### **3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.**

**Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 12.6. 2019 do 13:00 hod. se prodlužuje do 19.6. 2019 do 13:00 hod.**

**4) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D..  
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu  
Ing. Marek Buriška  
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 5.6.2019