

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

### Identifikace veřejné zakázky

Název: **Stomatologické soupravy**  
Druh veřejné zakázky: Dodávky  
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení  
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005493>

### Identifikační údaje zadavatele

Název: **Lékařská fakulta Masarykovy univerzity**, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku  
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno  
IČ: 00216224  
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

## 1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 16. 7. 2019 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

*„Rádi bychom se zúčastnili výběrového řízení, ale pro značku XXXXX jsou limitující dva parametry.*

- 1. Počet uložených poloh křesla 5, XXXXX umožňuje 4*
- 2. Počet uložení nastavení křesla pro 5 uživatelů, XXXXX umožňuje max. 2*
- 3. Bezdotykové zapínání a vypínání světla, XXXXX má řešeno pomocí ovládání i ze strany sestry a zapínáním a vypínáním světla společně s uloženými pozicemi*

*Je možno tyto parametry ve formě jak je máte napsány nedodržet a použít parametry vlastní pro XXXXX?“*

## 2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě k tomu určené odpovídá na dotazy účastníka následující:

Zadavatel trvá na svých požadavcích uvedených v Technické specifikaci.

Ad 1) Zadavatel vyžaduje možnost uložení minimálně 5 poloh křesla, neboť potřebuje uložení minimálně následujících poloh: (i) maxilární, (ii) mandibulární, (iii) pro pacienty nemohoucí ležet, (iv) nástupní/vyplachovací, (v) Trendelenburgovu.

Ad 2) Zadavatel vyžaduje vnitřní paměť s možností uložení nastavení křesla pro min. 5 uživatelů s ohledem na množství studentů, kteří se budou v používání stomatologických křesel opakovaně střídát.

Ad 3) Zadavatel požaduje bezdotykové zapínání a vypínání světla z hygienických důvodů.

V Brně dne 18. 7. 2019

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.,  
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu  
Mgr. Tomáš Kopecký  
manažer veřejných zakázek

