

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 17.8. 2012

ZADAVATEL: Masarykova univerzita
Sídlem: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 BRNO
Zastoupený: Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty MU
IČ: 00216224

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Přístrojové vybavení VII. pro projekt Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy reg.č. CZ.1.05/2.1.00/03.0086 –

Stabilizovaný stejnosměrný zdroj 20kV/100mA

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Časová konstanta vybíjení nezatíženého výstupu <15s – je potřeba dodržet?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ano, jde o povinný parametr. Cílem požadavku je zaručit, aby bylo možné opakované rychlé a bezpečné připojování a odpojování výstupů. Časová konstanta představuje dobu, za kterou výstupní hodnota napětí poklesne 2,71krát.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Dvoufázové nebo třífázové připojení na 230V, 50 Hz – je potřeba dodržet?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Omlouváme se za přepsání, požadujeme samozřejmě buď jednofázové, nebo třífázové zapojení. Opraveno v technické specifikaci.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Zdroj je vhodný pro napájení výbojek při OAS – co je OAS, o jaký typ zátěže se jedná?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Při optické absorpční spektroskopii (OAS) bude požadovaný zdroj použit k napájení spektrálních výbojek/trubic s kapilárou nebo s dutou katodou (angl. hollow cathode lamp). Napájení dle typu do 500-5000 V, 50 mA max. Ohledně výbojek viz např. helago.cz, cathodeon.com, hamamatsu.com.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zdroj je vhodný pro napájení fotonásobičů – o jaký typ zátěže se jedná?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Tento požadavek byl v opravené technické specifikaci vypuštěn. Místo něj byl upřesněn parametr

zvlnění.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Zdroj je přizpůsoben pro pulzní zátěž (např. velmi rychlé nabíjení/vybíjení VN kondenzátoru, perioda pulzů např. 100 Hz) – předpokládáme správně, že pulsování bude záležitostí externího zařízení, ne poptávaného DC zdroje?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.6:

Ano.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Vzdálené řízení přes optické RS-232 / RS-422 /RS-485 nebo Ethernet či USB výhodou – musí být vestavěno do zdroje nebo může být řešeno pomocí externího převodníku?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.5:

Obě varianty jsou možné. Varianta s vestavěným převodníkem je s ohledem na pravděpodobné vnější rušení (s frekvenčním rozsahem od DC po 2.4 GHz) vhodnější.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.6:

Zadavatel dává tímto na vědomí změny lhůt:

Lhůta pro podání nabídek: 9.10.2012 v 12:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami: 9.10.2012 v 14:00 hod.

S pozdravem

Blanka Dosedělová

GORDION, s.r.o.

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Tel.: +420 582 335 705, fax: +420 582 335 705,

e-mail: dosedelova@gordion.cz

Přílohy:

4. část - Zadávací dokumentace

4. část - Smlouva