




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Adresa dodavatele
Doručeno elektronicky

Brno, 3. října 2012
Č.j. MU/54828/2012/LF

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

„Laboratorní přístroje pro LF MU III“ – dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "**zadavatel**"), si dovoluje na základě žádosti o dodatečné informace dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vydat tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám pro části 3 veřejné zakázky:

Otázka:

„Dobrýden,
dovoluji si podat dotaz k 3. části veřejné zakázky a to konkrétně k položce Mikroobjemový spektrofotometr:
Minimální objem vzorku je stanoven na 1 µl (mikrolitr) a dotaz z naší strany zní:
Je pro vás akceptovatelné, aby minimální objem vzorku byl 1,5 µl (mikrolitrů)?“

Odpověď:

Zadavatel **trvá** na technické specifikaci uvedené v příloze C zadávací dokumentace, tedy - možnost měření v objemu od 1 µl.

Nabízený přístroj musí splňovat min. požadavky uvedené v příloze C zadávací dokumentace.

Zadávací podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Jitka Smutná, manažerka veřejných zakázek

