

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

1S04, 1S05, 1S06, 1S07, 1S08 - WC zaměstnanci

											sanita
S1								3			
S2								2			
S3								2			
S4								2			
S6								2			
S7								4			
S9								1			

1S09 - přístrojová místnost

											laboratorní
32								1			
35								3			
187								1			
N3								5			
N4								3			

											sedací
ŽL4								3			

1S14 - laboratoř molekulární biologie

											laboratorní
10B				L1,L2	H	W		1			
11								1			
20		UK		7		4Y,P		1			
22		UK		1A,0,5A		4Y		1			
22		UK		X1		4Y		4			
33	B	UK		1A,0,5A				7			
62	B							1	blendáž		
75								1			
187								1			
K3								4			
N3								8			
N4								8			

											sedací
ŽL4								11			

											chladničky
100								1			

1S15 - komorová lednice

											laboratorní
71								5			
92								3			

1S16 - sklad (centrifuga, krájení)

											laboratorní
10B				L1,L2	H	W		1			
11								1			
22		UK		6B, 8		4Y		1			
22		UK		6B, 8		4Y,P	Vac	1			
31				X1				2			
41								1			
62	B							1			
71								1			
187								1			
N3								1			
N4								3			

											chladničky
101								1			

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

1S17 - předsíň

laboratorní

64								2			
110								1			

1S18 - izotopy

laboratorní

10				L1	I	W		1			
10				L2	H			1			
11								1			
12						4Y,P		1			
22		UK		6B, 8		4Y		1			
22		UK		6B, 8		4Y,P	Vac	1			
75								1			
91	B							1			
187								1			
N3								3			
N4								1			

sedací

ŽL2								1			
ŽL4								1			

chladničky

101								1			
102								1			

1S19 - sklad chemikálií

laboratorní

10	B			L1	I			1			
11	B							1			
40								1			
70								2			
71								6			
80								3			
81								3			
82								3			

1S21 - umývárna, autoklávy

laboratorní

40								1			
62								2	blendáž		
71								3			
77								1			
90								2			
90					I	W		1			
91								1			
93								1			
153								1			
187								1			

sedací

ŽL2								2			
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

1S24 - přípravná

											laboratorní
10B		UK	V3	L1, L2	I	W		1			
11								1			
22		UK		0		4Y		1			
22		UK		0		4Y,P		2			
22		UK		6B, 8		4Y		1			
22		UK		6B, 8		4Y	Vac	1			
61								2			
62								2	blendáž		
187								1			
K3								3			
N3								1			
N4								1			

sedací

ŽL3								3			
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

1S25 - laboratoř

											laboratorní
10A		UK	V1		H			1			
10A		UK	V3	L1	I	W		1			
11	B							1			
12						P,4Y		1			
22		UK		0		4Y		1			
22		UK		0		8Y		1			
22		UK		X1		4Y		5			
22		UK		X1		4Y	Vac	1			
40	A							1			
50	A							1			
62								2			
187								1			
K3								6			
N3								1			
N4								3			

sedací

ŽL3								4			
ŽL4								4			

chladničky

100								2			
101								1			

1S26 - sklad

											laboratorní
61	B							4			
71								9			

1S27 - etofyziologie

											laboratorní
35								1			
62								1			
94								1			
187								1			
N3								1			
N4								1			

sedací

ŽL1								1			
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

1S28 - přípravná

											laboratorní
10B				L1,L2	H	W		1			
11								1			
20		UK				4Y,P	Vac, CO	1			
187								1			
N1								1			
N2								1			
N3								1			
N4								1			

											sedací
ŽL1								1			

											chladničky
100								1			

1S29 - etofyziologie

											laboratorní
35								1			
94								1			
187								1			
N3								1			
N4								1			

											sedací
ŽL1								1			

1S32 - přípravná

											laboratorní
10				L1,L2	H	W		1			
11								1			
21		UK		0		4Y,P	Vac, CO	1			
31								1			
40								1			
62								2			
70								1			
187								1			
N1								2			
N2								1			

											sedací
ŽL3								1			

											chladničky
100								1			

1S33, 1S34 - chov hmyzu

											laboratorní
30	B			X2				2			
31	B							2			
71								6	doměřit na stavbě		

1S35 - šatna

											laboratorní
180								26			

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

1S36, 1S37, 1S38, 1S39 - WC muži

											sanita
S1								2			
S2								1			
S3								1			
S4								1			
S6								1			
S7								3			
S9								1			

1S43 - sklad prádla

											laboratorní
70								4			
71								5			

1S101 - příprava substrátů (hrubá)

											laboratorní
10B		VL	V1	L2	H			2			
31		VL		X1				1			
33		VL						2			
33				X2				1			
41								1			
110								1			
187								1			
N3								2			
N4								3			

sedací

ŽL4								3			
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

1S103 - řídicí jednotka

											laboratorní
33	A	PF		3A, 0, 5A				1			
35		PF						1			
61	B							2			
187								1			

sedací

ŽL3								2			
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

chladničky

100								1			
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

1S108 - příprava (čistá)

											laboratorní
10B		VL	V1	L2	H	W		1			
31				X1				4			
33		VL						3			
187								1			
N3								3			
N4								3			

sedací

ŽL4								1			
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

104, 105, 106 - WC ženy

sanita										
S1								3		
S2								2		
S3								3		
S4								2		
S6								3		
S7								4		
S9								1		

113 - laboratoř - biochemie

laboratorní										
10A		UK	V3	L1	I			2		
10B				L2	H	W		1		
11								1		
18						4Y,P		1		
21		UK		2x3B		4Y		1		
22		UK		X1,0		4Y		1		
22		UK		X1		4Y		8		
22		UK		6B, 8		4Y		1		
22		UK		6B, 8		4Y	Vac	1		
50	A,B							1		
62								5		
187								3		
K3								9		
N3								1		
N4								2		

sedací

ŽL3								8		
ŽL4								1		

chladničky

100								2		
101								1		

114 - fotokomora

laboratorní										
10					H			1		
31		UK		X1				1	doměr pracovní desky	
33	B	UK		8,0				1	doměr pracovní desky	
N2								1		
N3								1		

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

115 - laboratoř - biochemie

											laboratorní
10A		UK	V3	L1	I			1			
10B		UK	V1	L2	H	W		1			
11								1			
12						4Y,P		1			
20		UK		3A, 6A		4Y		2			
20		UK		3A, 6A		4Y	Vac	1			
21		UK		0		4Y		1			
21		UK		6B, 3B		4Y		1			
22		UK		0		8Y	CO	1			
22		UK		6B, 8		4Y	CO	1			
31		UK						1			
50	A,B							1			
62	B							1			
187								1			
N3								1			
N4								2			
N5								1			

								2			sedací
ŽL3											

								2			chladničky
100											
101								1			

116 - pracovna (doktorandi)

											laboratorní
11								1			
35								4			
62								6			
110								2			
187								2			
N3								5			
N4								4			

								4			sedací
ŽL1											

								1			chladničky
100											

118 - pracovna (diplomanti)

											laboratorní
11								1			
35								4			
62								6			
110								2			
187								2			
N3								5			
N4								4			

								4			sedací
ŽL1											

								1			chladničky
100											

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

119 - tkáňové kultury

											laboratorní
10				L1,L2	I	W		1			
11								1			
33		UK		5A,0,3A				2			
55								1			
62								4			
75								2			
187								2			
N3								2			

											sedací
ŽL2								2			
ŽL4								2			

											chladničky
100								2			

121 - tkáňové kultury (přípravna)

											laboratorní
10B				L1, L2	H	W		1			
11								1			
20		UK		3A, 6A		4Y		2			
31		UK		2x5A				1			
40								1			
60	B							1			
75								1			
187								2			
N2								1			
N3								1			
N4								1			

											sedací
ŽL2								2			
ŽL4								2			

											chladničky
100								2			

122 - western blotting

											laboratorní
10		UK	V3	L1, L2	I	W		1			
10B				L1,L2	H	W		1			
11								1			
12						4Y,P		1			
22		UK		X1		4Y		4			
32		UK		2x3B				1			
33		UK		6B, 8			Vac	1			
33	B	UK		1A,0,5A				2			
71								1			
187								1			
K3								4			
N1								4			
N2								4			
N3								1			

											sedací
ŽL3								4			
ŽL4								2			

											chladničky
100								3			
101								1			

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

127, 128, 129 - WC muži

										sanita
S1								3		
S2								2		
S3								2		
S4								2		
S6								2		
S7								3		
S9								1		

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

204, 205, 206, 207, 208 - WC ženy

											sanita
S1								5			
S2								3			
S3								5			
S4								3			
S6								5			
S7								8			
S9								1			

209 - praktikum genetiky

											laboratorní
10					I			1	doměr pracovní desky		
10				L1	H	W		1			
12						4Y	Vac	1			
20						4Y		1	doměr pracovní desky		
21						4Y		1			
21						4Y,P		2			
31	A							3			
33								5			
35								1			
40								1			
58								21			
63								5			
110								2			
187								4			

											sedací
Ž11								23			
Ž14								1			

											chladničky
100								2			

211 - přípravná, depozit. pomůcky

											laboratorní
11	B							1			
31				X1				2			
33				X1				1			
40								1			
62	B							1			
71								1			
75								1			
90								1			
90					I	W		1			
152								2			
N1								1			
N2								1			

											chladničky
100								1			

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

212 - praktikum fyziologie živočichů

											laboratorní
10			V3	L1	I			1			
10				L2	H	W		1			
20						4Y		1			
22				0		4Y,W,P	Vac	1			
31								1			
31				X1				1			
32				X2				1			
41								1			
58								12			
62	B							1			
187								2			
N1								4			
N2								1			
N4								2			
ŽV1								1			

											sedací
ŽL1								14			

											chladničky
100								1			

213 - přípravná, depozit. pomůcky

											laboratorní
10		VL	V3	L1	I			1			
11		VL				W		1			
32		VL						1			
33		VL						1			
40								1			
63	B							4			
75								1			
187								1			
N1								4			
N2								1			

											sedací
ŽL3								1			

214 - přípravná, depozit. pomůcky

											laboratorní
10				L2	H	W		1			
11								1			
21						8Y,P	Vac	1			
35								1			
41								1			
60	B							1			
62	B							6			
187								1			
N1								2			
N3								1			
N4								1			

											sedací
ŽL1								1			

											chladničky
100								1			

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

215 - praktikum imunologie a obec. zoologie

											laboratorní
10			V3	L1	I			1			
10				L2	H	W		1			
21						4Y,P		1			
21						4Y	Vac	1			
32	B							1			
32				X2				1			
40								1			
50	A, B							1			
58								16			
61	B							1			
62	B							2			
187								2			
N1								4			

											sedací
ŽL1								18			

											chladničky
100								1			

216 - praktikum molekulární biologie

											laboratorní
10				L1, L2	I			1			
10				L1	H	W		2			
12		VK		B2,L3		8Y,S,W,P,SV	Vac,CO	1			
22		VL		3A,3B,5A		8Y,P,SV	Vac	4			
31	A, B	VL		0				20	doměr pracovní desky		
33		VL		3A,5A,0,X1				1			
33		VL		3A,3B,5A,X1				3			
33	B	VL		0, X1				1			
40								2			
62	B							2			
75								2			
110								2			
187								4			
N4	P9							4			

											sedací
ŽL1								21			
ŽL4								1			

											chladničky
100								1			

217, 218, 219, 221, 222 - WC muži

											sanita
S1								5			
S2								3			
S3								3			
S4								3			
S6								3			
S7								6			
S9								1			

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

223 - zoologické praktikum

											laboratorní
10				L1	I			1			
10					H			1			
11								1			
12		KE,VK		B2,L3		8Y,S,W,P	U	1			
32	A, B	EP		3A,0				10			
32	A, B	EP		3A,0		P		9			
33		EP						1			
33	A, B	EP		8, 0				1			
61	B							2			
62								2			
62	B							2			
75								1			
187								3			
N1								3			

											sedací
ŽL1								21			

224 - přípravná, depozit. pomůcky

											laboratorní
10				L1	I			1			
11								1			
12						4Y,P		1			
30		VL		X1				1	průchodka		
33		EP						1			
40								1			
61	B							2			
62	B							2			
187								1			
N1								2			

											sedací
ŽL1								1			

											chladničky
100								1			

225 - botanické praktikum

											laboratorní
108		EP	V3	L1, L2	I			1			
11								1			
32		EP						1			
32		EP		0, K1				1			
32	A	EP		X1				2			
32	A, B	EP		3A, 0				18			
61								1			
62								3			
187								2			
N1								1			
N2								1			

											sedací
ŽL1								19			

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

304, 305, 306 - WC ženy

											sanita
S1								3			
S2								2			
S3								3			
S4								2			
S6								3			
S7								4			
S9								1			

312 - přípravna

											laboratorní
11								1			
41								1			
55								3			
97								1			
K1								2			
K2								1			
N1								6			

											sedací
ŽL4								1			

313 - myčka, autokláv

											laboratorní
108		VL	V1	L1, L2	I	W		1			
11		VL						1			
32		VL		X1				1			
41								1			
71								1			
76								1			
92								1			
93								1			
93	B							1			

314 - centrifuga, mrazicí box

											laboratorní
10				L1, L2	I	W		1			
11								1			
75								1			
187								1			

											sedací
ŽL2								1			

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

315 - laboratoř - velká

											laboratorní
10A		UK	V3	L1	I	W		1			
10A		UK	V1	L1, L2	H	W		1			
11								1			
15		UK, VK				8Y, P	Vac	1			
21		UK		3B, 5B		8Y		1			
21		UK		3B, 5B		8Y, P	Vac	3			
22		UK		3A, 5A, 0		8Y	Vac	8			
33		UK		X1				1	doměr pracovní desky		
33		UK		2B, 0				1			
33		UK		2B, 2x5A				2			
40								1			
62								1			
62	B							3			
63								1			
76								1			
93								1			
110								1			
187								2			
N1								1			
N2								1			
N3	P9							4	doměr police		
N4	P9							4			

											sedací
ŽL4								8			

											chladničky
100								1			
101								1			
102								1			

316 - laboratoř elektroforézy

											laboratorní
10		UK		L1, L2	I	W		1			
11		UK						1			
20		UK				8Y		1			
21		UK		0		8Y		1			
21		UK				8Y, P	Vac	1			
22		UK		2B, 2x5A		8Y, P	Vac	1			
40								1			
62								2			
94								1			
110								2			
187								1			

											sedací
ŽL4								2			

											chladničky
100								1			

317 - laboratoř analýzy obrazu

											laboratorní
10		UK	V3	L1, L2	I	W		1			
11		UK						1			
30		UK						1	doměr na stavbě		
31		UK						1			
35	A	UK						1			
187								1			
N3								1			
N3	P9							1			
N4	P9							2			

											sedací
ŽL4								1			

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

319 - váhová

											laboratorní
51	A							2	doměr pracovní desky		
62	B							1			
70								2			
80								1			
82								1			
N1								4			

321 - laboratoř rna

											laboratorní
10		UK	V1	L1, L2	I			1			
11		UK				W		1			
15		UK				8Y,P	Vac	1			
20		UK		X1		8Y,P	Vac	1			
22		UK		2B,2x5A		8Y,P	Vac	1			
35	A	UK						1			
62								3			
70								1			
110								2			
187								1			
N3	P9							1			
N4	P9							1			

											sedací
ŽL4								2			

											chladničky
100								1			

322 - tkáňové kultury

											laboratorní
10A		UK	V3	L1, L2	I	W		1			
21		UK		5A,0		8Y	Vac	1			
21		UK		3B,5B		8Y	Vac	1			
22		UK		5A,0		8Y,P		1			
22		UK		5A,0		4Y,P	Vac	1			
55								2			
71								1			
76								1			
187								3			
K2								2			

											sedací
ŽL2								5			
ŽL4								3			

											chladničky
101								1			
102								1			

323 - tkáňové kultury 2

											laboratorní
10				L1, L2	I	W		1			
11								1			
32	B	UK		0,5A		4Y		2			
55								1			
187								1			
K2								1			

											sedací
ŽL2								2			

											chladničky
101								1			

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

325 - temná komora, fluoresc. mikroskop

											laboratorní
10				L1	H	W		1			
35		UK						1			
40								1			
55								3	doměr pracovní desky		
70								2			
187								1			
N1								5			
N2								1			

sedací

ŽL2								2			
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

326 - sklad

											laboratorní
70								5			
71								6			

333 - kopírka, archiv

											laboratorní
70								3			

334, 335, 336 - WC muži

											sanita
S1								3			
S2								2			
S3								3			
S4								2			
S6								3			
S7								4			
S9								1			

337 - umývárna kostí

											laboratorní
10B								1			
32		EP		X1				1	doměřit na stavbě		
94								2			

sedací

ŽL3								1			
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

338 - laboratoř osteologická

											laboratorní
31	B	EP		X1				2			
32	B	EP		X1				7			
40	A							1			
62								2			
74								1			
187								1			
K2								6			

sedací

ŽL1								5			
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

chladničky

100								1			
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

339 - předsíňka

											laboratorní
10B		UK	V1			W		1			
31		UK		8				1	doměr pracovní desky		
110								2			

											sedací
ŽL3								1			

											chladničky
101								1			

341 - laboratoř amplifikace

											laboratorní
10B	B	UK	V3		I	W		1			
31		EP		X1				1			
31	B	UK		X1				1			
32		EP						1			
32		EP		X1				1			

											sedací
ŽL3								1			

											chladničky
100								1			
101								1			

345 - laboratoř docent

											laboratorní
10B	B	UK	V1		H			1			
32		EP		X1				2			
35		VL						1			
44								1			
62	B							5			
187								1			

											sedací
ŽL1								1			
ŽL3								2			

											chladničky
100								1			

346 - laboratoř

											laboratorní
10B	B	UK	V3	L2				1			
32		EP		X1,K2				2			
35		VL						1			
62								2			
63								1			
64								1			

											sedací
ŽL1								1			
ŽL3								2			

											chladničky
100								1			

347 - laboratoř (diplomanti)

											laboratorní
10B	B	UK	V1		H			1			
32		EP		X1,K2				3			
32	B	EP		X1				2			

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				
32	B	EP		X1,K2				4			
35								2			
36								1			
62	B							1			
74								1			
110								2			
187								1			
											sedací
ŽL3								8			
											348 - předsíňka
											laboratorní
10		UK	V1	L1	I	W		1			
32		UK						1			
63								1			
110								3			
											sedací
ŽL1								1			
											349 - laboratoř izolace
											laboratorní
31		EP		X1,K2				2			
32		EP		X1				1			
35		EP						1			
187								2			
											sedací
ŽL1								1			
ŽL3								3			
ŽL4								1			
											chladničky
100								1			
											351 - laboratoř elektroforéza
											laboratorní
108		VL	V3	L1	I	W		1			
32		EP		X1				2			
32		EP		X1,K2				1			
187								1			
											sedací
ŽL1								1			
ŽL3								1			
											chladničky
100								1			
101								1			