

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 7.6.2013**

**ZADAVATEL:** Masarykova univerzita  
**Sídlem:** Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno-střed  
**Jednající:** Mgr. Radovan Kareš, technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN  
**IČ:** 00216224

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ  
1.05/2.1.00/01.0001**

### **3.část - Biologický termostat (se sycením CO<sub>2</sub>)**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### **Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:**

Je akceptovatelná odchylka spouštějící alarm v případě změny koncentrace CO<sub>2</sub> 1% v případě toho, že je box vybaven automatickým upozorněním na stav prázdné láhve CO<sub>2</sub> a v případě toho, že dojde k rychlému obnovení nastavené koncentrace CO<sub>2</sub> při otevření dveří do 5 minut?

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:**

Zadavatel v souladu s technickou specifikací trvá na minimálním technickém parametru – 0,5% koncentrace CO<sub>2</sub>.

S pozdravem

**Vendula Nečasová**

GORDION, s.r.o.

Drozdovice 4, 796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 335 705, Fax: +420 582 335 705

e-mail: [necasova@gordion.cz](mailto:necasova@gordion.cz)

[www.gordion.cz](http://www.gordion.cz)