

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

vyhotovená podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a  
v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů z Operačního programu Výzkum a vývoj pro  
inovace (dále jen Pravidla OP VaVpl),  
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky s názvem

### „Inkubátory projektu CEITEC III. - část 2“

Název Zadavatele: Masarykova univerzita  
VŠ pracoviště: Centrální řídicí středisko projektu CEITEC  
Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
Zástupce: MUDr. Jiří Deml, operační ředitel projektu CEITEC

#### I. PŘEDMĚT ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodání následujícího zboží:

- CO2 inkubátor typ B, konfigurace 1
- CO2 inkubátor typ B, konfigurace 1
- CO2 inkubátor typ B, konfigurace 1
- CO2 inkubátor typ B, konfigurace 2
- CO2 inkubátor typ B, konfigurace 3
- CO2 inkubátor typ B, konfigurace 4
- Inkubátor
- Inkubátor s chlazením

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

#### II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UHAZEČŮ

Pořadové číslo nabídky	1
Obchodní firma/název/jméno	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4
Jednatel / zástupce	Ing. Pavel Břicháček, jednatel
IČ	25065939
Nabídková cena (bez DPH)	1 029 000 Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	2
Obchodní firma/název/jméno	Schoeller Pharma Praha s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Jihočeská 514/8, 148 00 Praha 4
Jednatel / zástupce	Vlasta Navrátilová, jednatelka
IČ	49681541
Nabídková cena (bez DPH)	1 123 000 Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	3
Obchodní firma/název/jméno	ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání	Botanická 823/33, 602 00 Brno
Jednatel / zástupce	Petr Čermák, jednatel
IČ	26258412
Nabídková cena (bez DPH)	1 173 830 Kč bez DPH

### III. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY vč. VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ

Nerelevantní. Zadávací řízení bylo zrušeno.

### IV. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE

Nerelevantní. Zadávací řízení bylo zrušeno.

### V. SEZNAM VYLOUČENÝCH DODAVATELŮ A ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ

- Ze zadávacího řízení byl vyloučen uchazeč **SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.**, IČ: 25065939, se sídlem Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4, jehož nabídka byla vyřazena jako nepřijatelná nabídka ve smyslu § 22 odst. 1 písm. a) Zákona, neboť uchazeč nabídnul pro všechny tři CO2 inkubátory typu B, konfigurace 1, jediný MCO-HP-PW H2O2 generátor využitelný pro všechny 3 přístroje. Uchazeč si nicméně neuvědomil skutečnost, že přístroje nebudou umístěny ve stejných konečných prostorách (1 přístroj v pavilonu A1 UKB, 2 přístroje v pavilonu A35 UKB). Takové řešení je proto pro zadavatele prakticky nevyužitelné.
- Ze zadávacího řízení byl vyloučen uchazeč **Schoeller Pharma Praha s.r.o.**, IČ: 49681541, se sídlem Jihočeská 514/8, 148 00 Praha 4, jehož nabídka byla vyřazena jako nepřijatelná nabídka ve smyslu § 22 odst. 1 písm. b) Zákona, neboť nabídka uchazeče nerespektovala maximálně přípustný cenový limit (140 000 Kč bez DPH) stanovený zadavatelem pro CO2 inkubátor typu B, konfiguraci 4 (položka č. 529). Uchazeč pro daný přístroj nabídnul cenu 147 000 Kč bez DPH.
- Ze zadávacího řízení byl vyloučen uchazeč **ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.**, IČ: 26258412, se sídlem Botanická 823/33, 602 00 Brno, jehož nabídka byla vyřazena jako nepřijatelná nabídka ve smyslu § 22 odst. 1 písm. a) Zákona, neboť nabídka uchazeče v technických specifikacích všech konfigurací CO2 inkubátoru typu B nevyhověla požadavku na přítomnost senzoru hladiny ve zvlhčovači. Navíc zvlhčovací miska s antibakteriálním povrchem byla u všech CO2 inkubátorů uchazečem nabídnuta v provedení nerez, tedy v rozporu s požadavky zadavatelem, který požadoval provedení ve stříbru, mědi nebo slitině mědi a nerez.

Na základě těchto zjištění hodnotící komise vyřadila nabídky všech uchazečů z dalšího posuzování a hodnocení, a to v souladu s § 76 odst. 1 zákona.

### VI. INFORMACE O SUBDODÁVKÁCH

Nerelevantní. Zadávací řízení bylo zrušeno.

**VII. DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Z účasti v zadávacím řízení byli při posuzování nabídek vyloučeni všichni dodavatelé. Z toho důvodu byl zadavatel, na základě ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) Zákona, nucen zadávací řízení zrušit.

V Brně dne 8. 8. 2013

  
MUDr. Jiří Deml  
operační ředitel projektu CEITEC  
v z.

