

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

Zadavatel: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, IČ: 00216224
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem Přírodovědecké
fakulty

Název veřejné zakázky: **Přístroje pro projekt CETOCOEN – E - Elektrický dermatom na přípravu kožních
štěpů, včetně náhradních čepelí**

Název projektu: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí“ (RECETOX)

Reg. č. projektu: CZ 1.05/2.1.00/01.0001

Veřejný zadavatel na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

v y l o u č u j e

uchazeče

Zimmer Czech, s.r.o.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
IČ: 25107976

z další účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Odůvodnění:

Zadavatel stanovil v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, konkrétně v Příloze č. 1 smlouvy s označením
Technická specifikace dodávky u položky pro minimální požadované technické parametry „Elektrického
dermatomu na přípravu kožních štěpů, včetně náhradních čepelí“ mimo jiné následující dva požadavky:

- *Elektrický akumulátorový dermatom má seřizovací mechanismus pro nastavení tloušťky kožních štěpů v
rozmezí minimálně 0,2 mm až 1,2 mm. a*
- *Sada čepelí 20 kusů.*“

Uchazeč v rámci své nabídky u daných položek uvedl:

- u první výše uvedené položky - NE s doplněním textu 0 – 0,76 mm, navýšení po 0,05 mm
- u druhé výše uvedené položky NE, s doplněním 10 – balení,

čímž nesplnil minimální požadavky zadavatele na technické parametry nabízeného řešení. Podmínka veřejného
zadavatele na splnění těchto parametrů tedy nebyla naplněna. Tato skutečnost je v rozporu se zájmem veřejného
zadavatele, zadávací dokumentací a zákonem.

Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka uchazeče Zimmer
Czech, s.r.o. nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, z daného důvodu nabídku
vyřadila.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti vylučuje veřejný zadavatel uchazeče Zimmer Czech, s.r.o. z účasti v zadávacím řízení.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení lze podat námitky podle § 110 odst. 4 zákona, které musí být veřejnému zadavateli doručeny do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

V Brně dne 8. 11. 2013

.....
Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty MU