



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozhodnutí o vyloučení

Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
zastoupený doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

Veřejná zakázka: „Dodávka přístrojů pro vybavení přípravný a laboratoře Bioskop II“
Část 1 - Mikroskopy

Název projektu: Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/35.0005

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VYLUČUJE

uchazeče MIKRO, spol. s r.o.; Lísky 1022/94, 62400 Brno; IČ 41604326

z účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Odůvodnění:

Nabídka nesplnila následující požadavky zadavatele:

- o Položka 1: v nabídce na str.21 nabízený typ: Leica DM500 nesplňuje položku specifikace: „Nastavitelná rozteč okulárů v rozsahu min. 47-75 mm“ Nabízené zboží má rozteč **52-75 mm**.
- o Položka 2: v nabídce na str.24 nabízený typ: Leica DM500 nesplňuje položku specifikace: „Nastavitelná rozteč okulárů v rozsahu min. 47-75 mm“ Nabízené zboží má rozteč **52-75 mm**.
- o Položka 3: v nabídce na str.27 nabízený typ: Leica DM500 nesplňuje položku specifikace: „Nastavitelná rozteč okulárů v rozsahu min. 47-75 mm“ Nabízené zboží má rozteč **52-75 mm**.
- o Položka 5: v nabídce na str.31 nabízený typ: NSZ-606 nesplňuje položku specifikace: „Možnost nastavení mezioční vzdálenosti tubusu v rozsahu min. 54 až 75 mm“ Nabízené zboží má rozteč **55-75mm**.
- o Položka 6: v nabídce na str.32 nabízený typ: NSZ-808 nesplňuje položku specifikace: „Možnost nastavení mezioční vzdálenosti tubusu v rozsahu min. 52 až 75 mm“ Nabízené zboží má rozteč **55-75mm**.
- o Položka 6: v nabídce na str.32 a 44 nabízený typ: NSZ-808 nesplňuje položku specifikace pracovní vzdálenost. Zadavatel vyžadoval „Pracovní vzdálenost min. 115 mm“. Uchazeč v nabídce na straně 32 uvedl „pracovní vzdálenost 126mm (78 mm)“. V odpovědi na žádost o vysvětlení nabídky upřesnil, že nabízí ke splnění požadavků zadavatele dva různé objektivy. Uchazečem v nabídce uvedené zboží tedy nesplňuje zároveň parametr na pracovní vzdálenost a zvětšení. Zadavatel vyžadoval zařízení splňující oba požadavky. Vzhledem ke způsobu využití se nejedná o technicky a kvalitativně obdobné řešení ve smyslu zadávací dokumentace (bylo by nutné provádět výměnu objektivů).

Veřejná zakázka

„Dodávka přístrojů pro vybavení přípravný a laboratoře Bioskop II“

Část 1 - Mikroskopy

Rozhodnutí o vyloučení



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Poučení:

Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení je možno podat námitky dle ustanovení § 110 odst. 4 zákona, které je nutno zadavateli doručit **do 10 dnů** ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

V souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona si zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil právo uveřejnit na svém profilu zadavatele oznámení o vyloučení uchazeče. V takovém případě se oznámení o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

V Brně dne 10. 02. 2014

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor