

Doručeno elektronicky
Life Technologies Czech Republic s.r.o.
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
IČO: 25761307

V Brně dne 20.6. 2014
MU-ZAK/33147/2014/97134/LF-
33

Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona

Laboratorní přístroje pro LF MU 2014 - 3. část VZ: Real time PCR cycler - oznámení o vyloučení uchazeče

Vážená paní, vážený pane,
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta se sídlem Kamenice 5, 625 00 Brno, IČ: 00216224 (dále jen „zadavatel“) jako zadavatel veřejné zakázky **Laboratorní přístroje pro LF MU 2014 - 3. část VZ: Real time PCR cycler**, Vám v souladu se zadávací dokumentací oznamuje vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení v části III veřejné zakázky z důvodu neprokázání splnění kvalifikace a nesplnění dalších požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách v požadovaném rozsahu. Důvody vyloučení jsou uvedeny v Rozhodnutí o vyloučení (viz příloha dopisu).

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

vz. pro účely el. podpisu
Jitka Smutná
manažerka veřejných zakázek

Příloha: rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení





Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení

Zadavatel: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno, IČ: 00216224,
fakulta veřejné vysoké školy založené zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Název zakázky: Laboratorní přístroje pro LF MU 2014

3. část VZ: Real time PCR cyclers

Zadavatel na základě zadávací dokumentace

VYLUČUJE

uchazeče **Life Technologies Czech Republic s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00, Praha 1, IČO: 25761307**, z další účasti ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce **Laboratorní přístroje pro LF MU 2014 - 3. část VZ: Real time PCR cyclers** zahájené dne 15.4. 2014.

Odůvodnění:

1. Uchazeč neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů v souladu se zadávací dokumentací:

Odůvodnění:

Zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikačních předpokladů požadoval:

„...Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů....“

Uchazečem předložený výpis z obchodního rejstříku je ze dne 20.2. 2014, je tedy starší 90 dnů k poslednímu dni, kdy má být kvalifikace prokázána (4.6. 2014). Uchazeč byl vyzván v doplnění dokumentů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů, ale požadovaný dokument (výpis z obchodního rejstříku) nepředložil.

2. Zadavatel v rámci technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky v příloze C zadávací dokumentace požadoval:

- Možnost detekce FAM, VIC, HEX, Texas Red, Cy5, SYBRGreenI

Uchazeč ve své nabídce v příloze č. 2 návrhu smlouvy u parametru uvedl tvrzení „ANO“, ale ve výpisu druhů detekcí neuvádí Cy5.

Hodnotící komise k vyloučení všech pochybností požadovala vysvětlení spočívající v čestném prohlášení, že nabízený přístroj splňuje požadavky zadavatele včetně možnosti detekce Cy5.

Vysvětlení nebylo uchazečem předloženo (žádost odeslána 12.6. 2014, předložení vysvětlení do 3 pracovních dnů ode dne doručení).





Komise konstatovala, že nabídka uchazeče Life Technologies Czech Republic s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00, Praha 1, IČO: 25761307 nesplnila všechny podmínky stanovené v zadávacích podmínkách a nabídku uchazeče vyřadila.

V Brně dne 20.6. 2014

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
vz. pro účely el. podpisu
Jitka Smutná
manažerka veřejných zakázek

