

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 12. 5. 2015

Odpověď na žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Mikroskopy pro CEITEC MU II. – část 3“

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 6. 5. 2015 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k žádosti o dodatečné informace uvádí toto:

Znění dotazu:

„V technických podmínkách všech poptávaných konfigurací stereomikroskopů je požadován "Pracovní stůl pro procházející světlo kompatibilní s LED zdroji studeného světla se světlovodem s vnějším průměrem koncové části přívodu světla 13 mm (zdroj světla ani světlovod není součástí dodávky)".

Nabízíme řešení s pracovním stolem (resp. základnou stativu stereomikroskopu) s vestavěným LED zdrojem studeného světla, při zachování všech dalších požadovaných vlastností a parametrů stolku (úprava kontrastu obrazu, minimální požadované rozměry, montáž polarizátoru).

Domníváme se, že námi nabízené řešení je pro uživatele výhodnější z několika důvodů:

- vyloučením externího zdroje se světlovodem získá uživatel jak více místa na pracovním stole, tak i lepší dostupnost ovládání intenzity osvětlení*
- stativy s vestavěným LED osvětlením mají zpravidla nižší profil než stativy pro připojení světlovodu, plocha pro manipulaci se vzorkem je tak níže nad pracovní plochou stolu a manipulace se vzorky je tak pro uživatele pohodlnější.*

Dotaz: Přijme zadavatel námi nabízené řešení s vestavěným LED osvětlením jako adekvátní náhradu za řešení se stativem pro připojení světlovodu?“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude takové řešení, při zachování všech dalších požadovaných vlastností a parametrů stolku, v nabídkách uchazečů akceptovat.

Dále tímto zadavatel veřejné zakázky zasílá dodavatelům v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“), tyto dodatečné informace, kterými jsou ze strany zadavatele doplněny a změněny níže uvedené pasáže zadávací dokumentace veřejné zakázky:

II. PREAMBULE

je doplněna o bod 4), který zní takto:

- 4) Uchazeč bere na vědomí, že ukončení infrastrukturní části projektu je v době zahájení zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce plánováno na 30. 9. 2015. Výsledek jednání o prodloužení termínu ukončení infrastrukturní části projektu nebyl v době zahájení zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce znám. Zadavateli nebude poskytnuta přislíbená dotace určená pro realizaci předmětu veřejné zakázky v případě, že k datu ukončení infrastrukturní části projektu nebude splněn předmět veřejné zakázky, a to včetně splnění závazku zadavatele zaplatit vybranému uchazeči (prodávajícímu) kupní cenu předmětu veřejné zakázky. V návaznosti na výše uvedené bere uchazeč na vědomí, že pokud zadavatel v průběhu zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce zjistí, že přes jeho veškeré vynaložené úsilí nebude veřejná zakázka zadána do **17. 8. 2015**, resp. nebude objektivně možné splnit předmět veřejné zakázky k datu ukončení infrastrukturní části projektu, v důsledku čehož nebude zadavateli poskytnuta přislíbená dotace určená pro realizaci předmětu veřejné zakázky, bude to považováno za důvod hodný zvláštního zřetele dle § 84 odst. 2 písm. e) Zákona. Nepřidělení přislíbené dotace určené pro realizaci předmětu veřejné zakázky představuje z hlediska faktické možnosti financování předmětu plnění veřejné zakázky zásadní zásah do finanční situace zadavatele.

(ustanovení ostatních bodů čl. II zadávací dokumentace zůstávají beze změny)

V. LHŮTA A MÍSTO PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1) Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

- a) Termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy, předpoklad **srpen 2015**

(ostatní ustanovení čl. V zadávací dokumentace zůstávají beze změny)

Vzhledem k tomu, že u poptávaných mikroskopů došlo výše uvedeným dotazem k připuštění i jiného řešení pracovního stolku, které dle názoru zadavatele může rozšířit okruh možných dodavatelů, a dále v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 Zákona, tímto zadavatel veřejné zakázky zasílá dodavatelům níže uvedené dodatečné informace, kterými jsou ze strany zadavatele doplněny a změněny níže uvedené pasáže zadávací dokumentace veřejné zakázky, tak zadavatel v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 Zákona s ohledem na charakter provedených změn prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek je zadavatelem stanoven **do 20. 7. 2015, do 10:00 hodin**.

- Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **20. 7. 2015 od 10:00 hodin** v zasedací místnosti č. 2S087 na adrese CEITEC MU, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, Brno – Bohunice, pavilon A35.

S pozdravem

Mgr. Lenka Štěrbová
Manažerka veřejných zakázek
CEITEC MU