

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

Zadavatel: **Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut (CEITEC)**,
sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ: 00216224, zastoupený prof. RNDr.
Jaroslavem Kočou, DrSc., ředitelem CEITEC MU

Veřejná zakázka: **Multinukleární cívka pro CEITEC MU**

Název projektu: CEITEC – středoevropský technologický institut

Reg.č. projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068

- 1) Zadavatel na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), rozhodl o vyloučení uchazeče **RAPID Biomedizinische Geräte, RAPID Biomedical GmbH**, sídlem Kettelerstr. 3-11 Technologiepark, Pavillon 4, 97222 Rimpfing, Německo, z další účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce.
- 2) V čl. VIII. odst. 2) zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že nabídková cena musí být v nabídce uvedena **v české měně bez DPH**.

Dále bylo v čl. VIII. odst. 3) zadávací dokumentace uvedeno, že nabídková cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, cla, vedlejší náklady apod.). Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím **k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám** až do doby splnění předmětné zakázky.

Součástí nabídky uchazeče byla vyplněná předloha návrhu smlouvy. V čl. 4.1 předlohy návrhu smlouvy uchazeč uvedl cenu v EUR s poznámkou, že uchazeč za závaznou považuje cenu v EUR, zatímco cena v Kč, ve výši 1.155.000,- Kč, má pouze informativní charakter. Do své nabídky uchazeč dále vložil dokument s označením „Quotation No. 2015-06-4083“, ve kterém konstatoval, že informativní nabídková cena k červnu 2015 odpovídá hodnotě 1.161.000,- Kč. S ohledem na výše uvedené hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče nesplnila požadavky zadavatele uvedené v čl. VIII. zadávací dokumentace a dále uvedla, že nemůže být akceptována nabídková cena uváděná v různé výši.

V čl. III. odst. 2) zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že uchazeči v nabídce jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy předloží vyplněnou přílohu č. 1, Technické podmínky, zadávací dokumentace.

V příloze č. 1, Technické podmínky, zadávací dokumentace zadavatel vymezil mj. požadavek, aby uchazečem nabízená věc byla kompatibilní se skenerem Siemens Magnetom Prisma 3T, verze software VD13D.

Uchazeč ve své nabídce předložil vyplněnou přílohu č. 1, Technické podmínky, zadávací dokumentace, ve které prohlásil, že nabízená věc bude vyhovovat všem požadavkům zadavatele; mj. uchazeč prohlásil, že nabízená věc bude kompatibilní se skenerem Siemens Magnetom Prisma 3T, verze software VD13D. Avšak v dokumentu s označením „Quotation No. 2015-06-4083“, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče, uchazeč uvedl, že nabízená věc je kompatibilní se skenerem Siemens Prisma, verze software VD13A. Dále uchazeč prohlásil, že další upgrade software musí být objednány samostatně s tím, že v současné době je za upgrade systému na další vyšší verzi účtována cena 400 EUR. Hodnotící komise po posouzení nabídky uchazeče dospěla k závěru, že uchazečem nabízená věc nesplňuje zadavatelem stanovené technické podmínky.

- 3) V souladu s ustanovením § 76 odst. 1 ZVZ hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

Na základě této skutečnosti vylučuje veřejný zadavatel uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení lze podat námitky podle ustanovení § 110 odst. 4 ZVZ, které musí být zadavateli doručeny do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

V Brně dne 29. 6. 2015



.....
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.,
ředitel CEITEC MU

MASARYKOVA UNIVERZITA
Středoevropský technologický institut
Kamenice 753/5, 625 00 Brno