

Písemná zpráva zadavatele

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel: **Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut (CEITEC)**,
sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ: 00216224, zastoupený prof. RNDr.
Jaroslavem Kočou, DrSc., ředitelem CEITEC MU

Veřejná zakázka: **Multinukleární cívka pro CEITEC MU**

Název projektu: CEITEC – středoevropský technologický institut

Reg.č. projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068

V souladu s ustanovením § 85 ZVZ, vyhotovil zadavatel o shora uvedené veřejné zakázce písemnou zprávu.

1) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem veřejné zakázky je dodání multinukleární objemové hlavové cívky 31P/1H pro MR zobrazování a spektroskopii kompatibilní s MR tomografem Siemens Magnetom Prisma 3T pro Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování CEITEC MU a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobný popis a specifikace předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v Technických podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

2) ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) ZVZ.

3) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÉ CENY:

Pořadové číslo nabídky	1
Obchodní firma	RAPID Biomedizinische Geräte RAPID Biomedical GmbH
Sídlo	Technologiepark Wuerzburg-Rimpar, Kettelerstrasse 3-11, 97222 Rimpar, Germany
IČ	Wuerzburg HRB 6495
Nabídková cena	42.200 EUR (viz odůvodnění vyloučení uchazeče)

4) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEŽ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ:

V čl. VIII. odst. 2) zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že nabídková cena musí být v nabídce uvedena v české měně bez DPH.

Dále bylo v čl. VIII. odst. 3) zadávací dokumentace uvedeno, že nabídková cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, cla, vedlejší náklady apod.). Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětné zakázky.

Součástí nabídky uchazeče byla vyplněná předloha návrhu smlouvy. V čl. 4.1 předlohy návrhu smlouvy uchazeč uvedl cenu v EUR s poznámkou, že uchazeč za závaznou považuje cenu v EUR, zatímco cena v Kč, ve výši 1.155.000,- Kč, má pouze informativní charakter. Do své nabídky uchazeč dále vložil dokument s označením „Quotation No. 2015-06-4083“, ve kterém konstatoval, že informativní nabídková cena k červnu 2015 odpovídá hodnotě 1.161.000,- Kč. S ohledem na výše uvedené hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče nesplnila požadavky zadavatele uvedené v čl. VIII. zadávací dokumentace a dále uvedla, že nemůže být akceptována nabídková cena uváděná v různé výši.

V čl. III. odst. 2) zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že uchazeči v nabídce jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy předloží vyplněnou přílohu č. 1, Technické podmínky, zadávací dokumentace.

V příloze č. 1, Technické podmínky, zadávací dokumentace zadavatel vymezil mj. požadavek, aby uchazečem nabízená věc byla kompatibilní se skenerem Siemens Magnetom Prisma 3T, verze software VD13D.

Uchazeč ve své nabídce předložil vyplněnou přílohu č. 1, Technické podmínky, zadávací dokumentace, ve které prohlásil, že nabízená věc bude vyhovovat všem požadavkům zadavatele; mj. uchazeč prohlásil, že nabízená věc bude kompatibilní se skenerem Siemens Magnetom Prisma 3T, verze software VD13D. Avšak v dokumentu s označením „Quotation No. 2015-06-4083“, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče, uchazeč uvedl, že nabízená věc je kompatibilní se skenerem Siemens Prisma, verze software VD13A. Dále uchazeč prohlásil, že další upgrade software musí být objednány samostatně s tím, že v současné době je za upgrade systému na další vyšší verzi účtována cena 400 EUR. Hodnotící komise po posouzení nabídky uchazeče dospěla k závěru, že uchazečem nabízená věc nesplňuje zadavatelem stanovené technické podmínky.

V souladu s ustanovením § 76 odst. 1 ZVZ hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti zadavatel vyloučil uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

V souladu s ustanoveními 60 odst. 2 ZVZ a § 76 odst. 6 ZVZ si zadavatel vyhradil právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který neprokázal splnění kvalifikace nebo jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Rozhodnutí o vyloučení bylo na profilu zadavatele uveřejněno dne 1. 7. 2015.

5) DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel na plnění veřejné zakázky obdržel 1 řádně podanou nabídku. Hodnotící komise dospěla k závěru, že nabídka uchazeče nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách v plném rozsahu a z daného důvodu nabídku vyřadila. Zadavatel se ztotožnil se závěry hodnotící komise a v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 ZVZ rozhodl o vyloučení tohoto uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) ZVZ zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé.

Zadavatel tak rozhodl o zrušení zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

V Brně dne 1. 7. 2015



.....
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.,
ředitel CEITEC MU

MAŠARYKOVA UNIVERZITA
Středoevropský technologický institut
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

14