



Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, IČ: 00216224
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem Přírodovědecké
fakulty

Veřejná zakázka: **Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg.č. LO1214, pořizované v roce 2015**

Část veřejné zakázky: **9 - Rutinní laboratorní termocykler (PCR)**

Ev. č. zakázky: 512104
Název projektu: Research Centre for Toxic Compounds in the Environment
Reg. č. projektu: LO1214

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této části veřejné zakázky je pořízení přístroje - Rutinní laboratorní termocykler (PCR), jeho instalace na místě a zaškolení obsluhy.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je dán technickými podmínkami pro plnění veřejné zakázky, případně dalšími podmínkami stanovenými zadavatelem, zejména pak obchodními včetně platebních. Způsob kontroly řádného naplnění potřeb zadavatele, jež je předmětnou veřejnou zakázkou sledováno, jakož i práva zadavatele v případě, že plnění veřejné zakázky nebude odpovídat kvalitě požadované zadavatelem, jsou rovněž upraveny v obchodních podmínkách.

2. Cena sjednaná ve smlouvě:

121.800,- Kč bez DPH

Uchazeč je oprávněn k odměně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Zvolený druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Veřejná zakázka rozdělená na 11 částí v souladu s § 98 zákona.

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Pořadové číslo nabídky	3i
Část veřejné zakázky	9 – Rutinní laboratorní termocykler (PCR)
Uchazeč	BioTech a.s.
Sídlo	Tymiánová 619/14, 101 00 Praha 10

Veřejná zakázka

„Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg.č. LO1214, pořizované v roce 2015“
Písemná zpráva zadavatele

IČ	25664018
Právní forma	121 – akciová společnost
Nabídka v požadovaném jazyku	ANO (český jazyk)
Návrh smlouvy podepsán	ANO (RNDr. Petr Kvapil, předseda představenstva)
Nabídková cena	121.800,- Kč bez DPH
Uveďte garantovanou teplotní uniformitu přístroje. Lépe budou hodnoceny přístroje s uniformitou o rozsahu menším než +/- 0,2 °C	ANO , +/- 0,15 °C
Uveďte maximální rychlost chlazení. Lépe budou hodnoceny přístroje s chlazením rychlejším než 3,5°C/s	ANO , 4,5°C/s
Přístroj umožňuje reprodukovatelný průběh PCR v objemech vzorků menších než 20 ul. Lépe budou hodnoceny nižší objemy vzorku až do objemu 5 ul	ANO , 10ul
Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 6 hodin v pracovní den pro 2 - 5 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání	ANO
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO , 20 %
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO , 20 %

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Na zakázku byly podány 3 nabídky, ostatní nabídky však byla v rámci posouzení nabídek dle § 76 odst. 1 zákona vyřazeny pro nesplnění požadavků stanovených v zadávacích podmínkách.

Vzhledem ke skutečnosti, že posouzením prošla úspěšně pouze jedna nabídka, postupuje komise dle § 79 odst. 6 zákona. V souladu s ustanovením § 79 odst. 6 zákona komise neprovede hodnocení, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.

Nabídka předložená uchazečem BioTech a.s., se sídlem Tymiánová 619/14, 101 00 Praha 10, IČ 25664018 vyhověla požadavkům zákona a zadávacím podmínkám, není nepřijatelná ve smyslu § 22 odst. 1 zákona a neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Hodnocení nabídek nebylo provedeno, protože by byla hodnocena pouze jedna nabídka.

Členové hodnotící komise doporučili zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem, protože nabídka splnila všechny požadavky uvedené zadavatelem v zadávacích podmínkách a její nabídková cena 121.800,- Kč bez DPH je nižší, než předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Zadavatel se se závěrem hodnotící komise ztotožnil a rozhodl o přidělení veřejné zakázky výše uvedenému uchazeči.

6. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Zadavateli není známo, zda bude plněna nějaká část plnění pomocí subdodavatele.

7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Pořadové číslo nabídky	1i
Část veřejné zakázky	9 – Rutinní laboratorní termocykler (PCR)
Uchazeč	Eppendorf Czech and Slovakia s.r.o.
Sídlo	Voděradská 2552/16 251 01 Říčany u Prahy
IČ	27939031
Právní forma	112 – společnost s ručením omezeným
Nabídka v požadovaném jazyku	ANO (český jazyk)
Návrh smlouvy podepsán	ANO (Ing. David Černožský, jednatel společnosti)
Nabídková cena	123.648,- Kč bez DPH
Uveďte garantovanou teplotní uniformitu přístroje. Lépe budou hodnoceny přístroje s uniformitou o rozsahu menším než +/- 0,2 °C	NE, <i>Při teplotách 20 °C-72 °C je $\leq \pm 0.3$ °C</i> <i>Při teplotě 95 °C $\leq \pm 0.4$ °C</i>
Uveďte maximální rychlost chlazení. Lépe budou hodnoceny přístroje s chlazením rychlejším než 3,5°C/s	ANO, 3,5 °C/s
Přístroj umožňuje reprodukovatelný průběh PCR v objemech vzorků menších než 20 ul. Lépe budou hodnoceny nižší objemy vzorku až do objemu 5 ul	ANO, 10-100µl
Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 6 hodin v pracovní den pro 2 - 5 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání	ANO

systemu na vyzvání	
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO, 15%
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO, 25%

Pořadové číslo nabídky	2i
Část veřejné zakázky	9 – Rutinní laboratorní termocykly (PCR)
Uchazeč	Carolina BioSystems, s.r.o.
Sídlo	Klikatá 206, 252 25 Ořech
IČ	28177002
Právní forma	112 – společnost s ručením omezeným
Nabídka v požadovaném jazyku	ANO (český jazyk)
Návrh smlouvy podepsán	ANO (RNDr. Marek Minárik, Ph. D., jednatel společnosti)
Nabídková cena	158.000,- Kč bez DPH
Uveďte garantovanou teplotní uniformitu přístroje. Lépe budou hodnoceny přístroje s uniformitou o rozsahu menším než +/- 0,2 °C	ANO +/- 0,2 °C
Uveďte maximální rychlost chlazení. Lépe budou hodnoceny přístroje s chlazením rychlejším než 3,5°C/s	ANO 5 °C/s
Přístroj umožňuje reprodukovatelný průběh PCR v objemech vzorků menších než 20 ul. Lépe budou hodnoceny nižší objemy vzorku až do objemu 5 ul	ANO – reprodukovatelný průběh PCR v objemech vzorků 1-20ul
Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 6 hodin v pracovní den pro 2 - 5 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání	ANO
Garantovaná procentuální sleva	ANO 20%

z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy	
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO 40%

Pořadové číslo nabídky	3i
Část veřejné zakázky	9 – Rutinní laboratorní termocykler (PCR)
Uchazeč	BioTech a.s.
Sídlo	Tymiánová 619/14, 101 00 Praha 10
IČ	25664018
Právní forma	121 – akciová společnost
Nabídka v požadovaném jazyku	ANO (český jazyk)
Návrh smlouvy podepsán	ANO (RNDr. Petr Kvapil, předseda představenstva)
Nabídková cena	121.800,- Kč bez DPH
Uved'te garantovanou teplotní uniformitu přístroje. Lépe budou hodnoceny přístroje s uniformitou o rozsahu menším než +/- 0,2 °C	ANO, +/- 0,15 °C
Uved'te maximální rychlost chlazení. Lépe budou hodnoceny přístroje s chlazením rychlejším než 3,5°C/s	ANO, 4,5°C/s
Přístroj umožňuje reprodukovatelný průběh PCR v objemech vzorků menších než 20 ul. Lépe budou hodnoceny nižší objemy vzorku až do objemu 5 ul	ANO, 10ul
Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 6 hodin v pracovní den pro 2 - 5 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání	ANO
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od	ANO, 20 %

podpisu smlouvy	
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO, 20 %

8. Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů a odůvodnění jejich vyloučení:

Pořadové číslo nabídky	1i
Část veřejné zakázky	9 – Rutinní laboratorní termocykler (PCR)
Uchazeč	Eppendorf Czech and Slovakia s.r.o.
Sídlo	Voděradská 2552/16 251 01 Říčany u Prahy
IČ	27939031
Právní forma	112 – společnost s ručením omezeným
Nabídka v požadovaném jazyku	ANO (český jazyk)
Návrh smlouvy podepsán	ANO (Ing. David Černohorský, jednatel společnosti)
Nabídková cena	123.648,- Kč bez DPH
Uveďte garantovanou teplotní uniformitu přístroje. Lépe budou hodnoceny přístroje s uniformitou o rozsahu menším než +/- 0,2 °C	NE, <i>Při teplotách 20 °C-72 °C je $\leq \pm 0.3$ °C</i> <i>Při teplotě 95 °C $\leq \pm 0.4$ °C</i>
Uveďte maximální rychlost chlazení. Lépe budou hodnoceny přístroje s chlazením rychlejším než 3,5°C/s	ANO, 3,5 °C/s
Přístroj umožňuje reprodukovatelný průběh PCR v objemech vzorků menších než 20 ul. Lépe budou hodnoceny nižší objemy vzorku až do objemu 5 ul	ANO, 10-100µl
Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 6 hodin v pracovní den pro 2 - 5 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání	ANO
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od	ANO, 15%

podpisu smlouvy	
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO, 25%

U nabídky uchazeče **Eppendorf Czech and Slovakia s.r.o.**, se sídlem Voděradská 2552/16 251 01 Říčany u Prahy, IČ 27939031, hodnotící komise konstatovala, že nabídka nesplnila následující podmínky stanovené v zadávacích podmínkách:

- Zadavatel stanovil v příloze č. 1 návrhu smlouvy v zadávací dokumentaci v tabulce s technickou specifikací přístroje mimo jiné i požadavek „Teplotní uniformita v rámci termobloku maximálně v rozmezí $\pm 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ “. Uchazeč však u této položky uvedl:
„NE,
Při teplotách 20°C - $72\text{ }^{\circ}\text{C}$ je $\leq \pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$
Při teplotě $95\text{ }^{\circ}\text{C}$ „ $\leq \pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ “
Nabídka tedy tímto nesplňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem.
- Zadavatel v zadávací dokumentaci v kapitole 7. Obchodní podmínky stanovil: „*Závazné obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona jsou uvedeny v návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby uchazeči při zpracování návrhu smlouvy použili předlohu návrhu smlouvy.*
Uchazeči nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení předlohy návrhu smlouvy, než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno.“
Uchazeč však v rámci vlastní technické specifikace, v dokumentu označeném „Nabídka, technická specifikace a plnění zakázky“ uvedl nad rámec požadavků zadavatele i vlastní obchodní podmínky, které neodpovídají zadavatelem stanoveným obchodním podmínkám obsaženým v závazném návrhu smlouvy.
Nabídka tedy není zpracována v souladu s požadavky zákona a zadavatele, uvedenými v zadávacích podmínkách.

Nabídka tedy nesplnila výše uvedené požadavky a hodnotící komise ji v souladu s § 76 odst. 1 zákona vyřadila.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona uchazeč, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti vylučuje zadavatel uchazeče Eppendorf Czech and Slovakia s.r.o. z účasti v zadávacím řízení.

Pořadové číslo nabídky	2i
Část veřejné zakázky	9 – Rutinní laboratorní termocykler (PCR)
Uchazeč	Carolina BioSystems, s.r.o.
Sídlo	Klikatá 206, 252 25 Ořech
IČ	28177002
Právní forma	112 – společnost s ručením omezeným

Nabídka v požadovaném jazyku	ANO (český jazyk)
Návrh smlouvy podepsán	ANO (RNDr. Marek Minárik, Ph. D., jednatel společnosti)
Nabídková cena	158.000,- Kč bez DPH
Uvedte garantovanou teplotní uniformitu přístroje. Lépe budou hodnoceny přístroje s uniformitou o rozsahu menším než +/- 0,2 °C	ANO +/- 0,2 °C
Uvedte maximální rychlost chlazení. Lépe budou hodnoceny přístroje s chlazením rychlejším než 3,5°C/s	ANO 5 °C/s
Přístroj umožňuje reprodukovatelný průběh PCR v objemech vzorků menších než 20 ul. Lépe budou hodnoceny nižší objemy vzorku až do objemu 5 ul	ANO – reprodukovatelný průběh PCR v objemech vzorků 1-20ul
Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 6 hodin v pracovní den pro 2 - 5 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání	ANO
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO 20%
Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy	ANO 40%

U nabídky uchazeče **Carolina BioSystems, s.r.o.**, se sídlem Klikatá 206, 252 25 Ořech, IČ: 28177002, hodnotící komise konstatovala, že nabídka nesplnila následující podmínky stanovené v zadávacích podmínkách:

- Zadavatel v zadávací dokumentaci v kapitole 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovil: „*Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky: 123.966,- Kč bez DPH*“

Uvedená výše předpokládané hodnoty části veřejné zakázky je ve vztahu k nabídkové ceně plnění nejvýše přípustná, vyšší nabídková cena je pro zadavatele z důvodu omezeného množství finančních prostředků neakceptovatelná a taková nabídka uchazeče bude vyřazena.“

Uchazeč však v nabídce uvedl nabídkovou cenu 158.000,- Kč bez DPH.

Uchazeč tedy nedodržel uvedené ustanovení a nabídka tedy není zpracována v souladu s požadavky zadavatele, uvedenými v zadávacích podmínkách.

Nabídka tedy nesplnila výše uvedený požadavek a hodnotící komise ji v souladu s citovaným ustanovením zadávací dokumentace a § 76 odst. 1 zákona vyřadila.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona uchazeč, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů



zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti vylučuje zadavatel uchazeče Carolina BioSystems, s.r.o. z účasti v zadávacím řízení.

V Brně dne 18. 11. 2015

.....
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan Přírodovědecké fakulty MU