

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky s názvem

„Třepačky projektu CEITEC II.“

Název:	Masarykova univerzita
vysokoškolský ústav:	CEITEC – Středoevropský technologický institut
Sídlo:	Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ:	00216224
Zástupce:	prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., ředitel CEITEC MU

I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem **podlimitní** veřejné zakázky zadávané ve **zjednodušeném podlimitním řízení** je dodávka různých typů laboratorních třepaček. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Veřejná zakázka je zadávána a financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu "CEITEC – středoevropský technologický institut", registrační číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068

Jedná se o veřejnou zakázku **na dodávky**.

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE

Obchodní firma/název/jméno	MERCI, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Brno - Slatina, Hvězdoslavova 1192/55b, PSČ 62700
Jednatel / zástupce	RNDr. Libor Reichstädter, jednatel
IČ	46966447
Cena sjednaná ve smlouvě (bez DPH)	171 636,- Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě (včetně DPH)	207 679,56 Kč včetně DPH
Zakázka bude plněna subdodavatelsky	Ne

III. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY vč. VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ

Hodnotící komise měla provést hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria **nejnižší nabídkové ceny**. Vzhledem k tomu, že po vyloučení dvou uchazečů by měla být hodnocena pouze jedna nabídka, hodnotící komise hodnocení v souladu s § 79 odst. 6 Zákona o VZ neprovedla.

IV. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ vč. nabídkové ceny

Pořadové číslo nabídky	1
Obchodní firma/název/jméno	MERCI, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Brno - Slatina, Hviezdoslavova 1192/55b, PSČ 62700
Jednatel / zástupce	RNDr. Libor Reichstädter, jednatel
IČ	46966447
Nabídková cena (bez DPH)	171 636,- Kč bez DPH

V. SEZNAM VYLOUČENÝCH DODAVATELŮ

Pořadové číslo nabídky	2
Obchodní firma/název/jméno	Unimed Praha, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Vestec, Ve Stromkách 41, PSČ 25242
Jednatel / zástupce	Jiří Bulva, jednatel
IČ	14891344
Nabídková cena (bez DPH)	172 124,- Kč bez DPH

Hodnotící komise při posouzení nabídky uchazeče podané do veřejné zakázky zjistila, že nabídka nesplňuje požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to z následujících důvodů:

V rámci posouzení kvalifikačních předpokladů bylo hodnotící komisí zjištěno, že uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení ze dne 15. 10. 2015, kde uvádí, že „splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, přičemž ke svému prohlášení přikládá prosté kopie dokladů dle ust. § 53 odst. 3 písm. a) až c) Zákona“. Prosté kopie dokladů dle ust. § 53 odst. 3 písm. a) až c) Zákona ani jiná potvrzení (např. Seznam kvalifikovaných dodavatelů) však nebyla součástí nabídky.

Hodnotící komise dále zjistila, že uchazeč v rámci **Konfigurace 5** (Roller malý) přílohy č. 1 návrhu kupní smlouvy – Podrobná technická specifikace dodávky uvedl ohledně požadavku zadavatele na „*rychlost otáčení válců alespoň 5-50 rpm*“ hodnotu „*ano, 33 rpm*“. Také z uchazečem přiložených bližších technických specifikací nabízeného zařízení vyplývá, že nabízená „*třepačka rolovací SRT 6*“ umožňuje pouze fixní nastavení rychlosti na 33 rpm, což nesplňuje požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci.

Dále hodnotící komise zjistila, že uchazeč v rámci **Konfigurace 8** (Univerzální třepačka pro zkumavky) nevyplnil v tabulce žádnou hodnotu, resp. nechal zcela nevyplněné parametry „*maximální zatížení alespoň 1 kg*“, „*zobrazení frekvence třepání a/nebo času na displeji*“ a „*provozní podmínky alespoň v rozsahu 5 °C až 40 °C*“.

Hodnotící komise tak na základě § 76 odst. 1 Zákona nabídku výše uvedeného uchazeče vyřadila z důvodů nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel potom na základě § 76 odst. 6 Zákona rozhodl o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Pořadové číslo nabídky	3
Obchodní firma/název/jméno	BioTech a.s.
Sídlo/místo podnikání	Tymiánová 619/14, Kolovraty, 103 00 Praha 10
Jednatel / zástupce	RNDr. Petr Kvapil, předseda představenstva
IČ	25664018
Nabídková cena (bez DPH)	153 588,- Kč bez DPH

V rámci posuzování nabídek zjistila hodnotící komise v nabídce uchazeče **BioTech a.s.**, nesrovnalosti ve vztahu ke stanoveným zadávacím podmínkám. Komise se proto rozhodla požádat uchazeče o **písemné vysvětlení nabídky** (v podrobnostech viz žádost o vysvětlení nabídky ze dne 23. 10. 2015).

V písemném vysvětlení nabídky na dotaz hodnotící komise, v jaké teplotě lze provozovat roller malý (**Konfigurace 5** v rámci přílohy č. 1 návrhu kupní smlouvy – Podrobná technická specifikace dodávky) uchazeč uvedl, že ohledně provozních teplot zasílal dotaz výrobci, který odeslal odpověď, že přístroj je schopen pracovat v teplotách 4 – 50°C. Dále uchazeč odkázal na dvě přílohy písemného vysvětlení, kde měl zadavatel najít potvrzení od výrobce.

V příloze č. 2 Vysvětlení nabídky – Stirrer mixer and shaker ani v příloze č. 3 Vysvětlení nabídky – Stirrer mixer and shaker však žádné potvrzení od výrobce předmětného zařízení nebylo uvedeno. Hodnotící komise zde našla pouze e-mailovou komunikaci mezi uchazečem a společností MERCI, s.r.o., ze které nebylo možné jasně a bez dalších pochybností vyvozovat, zda nabízené zařízení předmětný požadavek zadavatele splňuje, či ne.

Po prostudování písemného vysvětlení nabídky se proto komise dne 29. 10. 2015 rozhodla využít svého práva daného ustanovením § 76 odst. 4 Zákona, a přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení nabídky. Uchazeč byl také vyzván, aby na toto jednání přinesl písemné potvrzení od výrobce přístroje „PHOENIX RS-TR 5“, které bude jasně deklarovat, že přístroj lze provozovat při teplotách alespoň 4-50°C (v podrobnostech viz Pozvánka na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení nabídky ze dne 29. 10. 2015).

Třetí jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne 6. 11. 2015. Na toto jednání dorazily zástupkyně uchazeče BioTech a.s., které ohledně splnění předmětného parametru

přístroje „PHOENIX RS-TR 5“ uvedly, že nepřinesly potvrzení od výrobce zařízení, a nejsou tudíž schopné prokázat splnění požadovaných parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.

Hodnotící komise tak na základě § 76 odst. 1 Zákona nabídku výše uvedeného uchazeče vyřadila z důvodů nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel potom na základě § 76 odst. 6 Zákona rozhodl o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

VI. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ / SOUTĚŽNÍHO DIALOGU

Netýká se.

VII. DŮVODY ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ


Netýká se.

VIII. HODNOTÍCÍ KOMISE

Hodnocení nabídek na veřejnou zakázku provedla hodnotící komise v níže uvedeném složení. Všichni členové hodnotící komise učinili čestné prohlášení o své nepodjatosti a o tom, že se nepodíleli na zpracování žádné nabídky.

	Jméno člena hodnotící komise
1. člen	RNDr. Hana Konečná
2. člen	Mgr. Marie Pokorná
3. člen	Mgr. Václav Šeda
4. člen	Mgr. Petr Mokroš, Ph.D.
5. člen	Mgr. Hana Sanetřiková

V Brně dne - 8 -12- 2015


.....
Zadavatel
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
ředitel CEITEC MU
MASARYKOVA UNIVERZITA
Středoevropský technologický institut
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

14