



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“)

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Mikroskopy pro LF MU 2017**

Část VZ **část č. 3 VZ**

Rutinní invertovaný mikroskop s fluorescenčním modelem

Druh veřejné
zakázky: Dodávky

Druh řízení: podlimitní veřejná zakázka, zadávaná v souladu s ustanovením § 52 písmene a) a § 53 ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení

Adresa veřejné
zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004526>

Adresa části veřejné
zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00004530>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Lékařská fakulta Masarykovy univerzity**

fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: prof. MUDr. Jiřím Mayerem, CSc., děkanem Lékařské fakulty MU

kontaktní
osoba VZ: Ing. Marek Buriška, tel: 549 49 3265, e-mail: buriska@med.muni.cz.

PŘEDMĚT A SJEDNANÁ CENA

Popis předmětu veřejné zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

Předmětem této části veřejné zakázky je **dodávka nového přístroje – Rutinního invertovaného mikroskopu s fluorescenčním modelem pro potřeby pracoviště Ústav patologické fyziologie LF MU,**

podrobně specifikovaná v technických podmínkách zadavatele a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace, tj. v návrhu smlouvy a jejích přílohách.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem:

Druh dodávky	CPV kód
Mikroskopy	38510000-3
Fluorescentní mikroskopy	38512100-8
Objektivy mikroskopů	38519200-8
Okuláry, kondenzory, kolektory, tubusy, stolky a kryty k mikroskopům	38519600-2

Identifikační údaje vybraného dodavatele a cena sjednaná ve smlouvě:

Dne 20.7.2017 byla uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem:

Nikon CEE GmbH, odštěpný závod, K Radotínu 15, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČ: 05223202	
Nabídková cena v Kč bez DPH	387 067,20,-

OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Poř. č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ	Právní forma
1.	Nikon CEE GmbH, odštěpný závod, K Radotínu 15, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČ: 05223202	421 - Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
2.	Bio-Port Europe s.r.o., U Rybníka 98, 267 28 Svinaře IČ: 24690937	112- společnost s ručením omezeným

OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ

- ☐ Žádný z účastníků **nebyl** vyloučen.
- ☒ Ze zadávacího řízení byli vyloučeni tito účastníci.

Poř. č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ	Právní forma
2.	Bio-Port Europe s.r.o., U Rybníka 98, 267 28 Svinaře IČ: 24690937	112- společnost s ručením omezeným

Podrobné odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel v příloze zadávací dokumentace v dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy“, stanovil v oddílu technické podmínky (technickou

specifikaci) pro požadovaný předmět veřejné zakázky. Přičemž účastník prokáže splnění technických podmínek stanovených zadavatelem řádným vyplněním oddílu Technická specifikace nabízeného plnění.

Z údajů uvedených účastníkem v oddílu Technická specifikaci nabízeného plnění musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje minimální technické podmínky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru konkrétním nebo ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.).

Oddíl Technické podmínky jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 36 ZZVZ a zadávací dokumentace vymezují podrobně charakteristiky, technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. **Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.**

Uchazeč ve své nabídce podané dne 6.6.2016 v příloze č. 1 návrhu smlouvy, v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“ předkládá zpracovanou technickou specifikaci nabízeného plnění pro tuto veřejnou zakázku.

Účastník v rámci své nabídky nabízí pro požadovaný předmět veřejné zakázky, přístroj model – typové/ výrobní označení Oxion Inverso (OX.2453-PLPHF), od výrobce Euromex.

Zadavatel v rámci posouzení splnění technických podmínek (technické specifikace stanovené zadavatelem) pro účastníkem nabízený přístroj zjistil následující nedostatky a nesrovnalosti:

Zadavatel v rámci vymezení technických podmínek zadávacího řízení stanovil, že požadovaný přístroj musí mít následující parametry/ vlastnosti:

a) kondenzor s dlouhou pracovní vzdáleností: ANO, minimálně 75 mm

Účastník ve své nabídce v příloze č. 1 návrhu Smlouvy v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“ zcela jasně uvádí odpověď ANO, minimálně 72 mm. Z uvedeného parametru dodavatele není zcela zřejmé, zda účastník požadavek stanovený zadavatelem splňuje. Účastník ve své nabídce dále předkládá Technické listy výrobce přístroje kde je zcela jednoznačně uvedeno, že pracovní vzdálenost je 72 mm.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že účastník nesplnil výše uvedené technické podmínky (požadavky na technickou specifikaci) stanovené zadavatelem.

b) objektiv s apodizovaným fázovým kontrastem

Účastník ve své nabídce v příloze č. 1 návrhu Smlouvy v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“ zcela uvádí ANO, že nabízený přístroj tento požadavek zadavatele splňuje a uvádí výčet objektivů. Účastník ve své nabídce dále předkládá Technické listy výrobce přístroje, ze kterých je zřejmé, že tímto kontrastem nabízený přístroj nedisponuje.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že účastník nesplnil výše uvedené technické podmínky (požadavky na technickou specifikaci) stanovené zadavatelem.

c) objektiv se zvětšením 40x s korekcí na tloušťku dna misky nastavitelnou v rozsahu min. 0-2 mm

Účastník ve své nabídce předkládá Technické listy výrobce přístroje, z kterých je zřejmé, že objektiv se zvětšením 40x disponuje pevnou korekcí 1,2 mm

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že účastník nesplnil výše uvedené technické podmínky (požadavky na technickou specifikaci) stanovené zadavatelem.

d) stolek s mechanickým XY vodičem preparátů: ANO, jednotlivé rozměry pro posuv v rozsahu minimálně 125 x 75 mm

Účastník ve své nabídce v příloze č. 1 návrhu Smlouvy v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“ zcela jasně uvádí odpověď ANO, jednotlivé rozměry pro posuv v rozsahu minimálně 120 x 80 mm. Z uvedeného parametru dodavatele není zcela zřejmé, zda účastník požadavek stanovený zadavatelem splňuje. Účastník ve své nabídce

dále předkládá Technické listy výrobce přístroj, kde již je zcela jednoznačně uvedeno, že jednotlivé rozměry pro posuv v rozsahu minimálně 120 x 80 mm.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že účastník nesplnil výše uvedené technické podmínky (požadavky na technickou specifikaci) stanovené zadavatelem, kdy nabízený přístroj disponuje nižší hodnotou jednoho z rozměrů než je požadováno.

e) mezioční vzdálenost tubusu nastavitelná: min. v rozsahu 50-75 mm

Účastník ve své nabídce v příloze č. 1 návrhu Smlouvy v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“ zcela jasně uvádí odpověď ANO, jednotlivé rozměry nastavitelná v rozsahu 54-75 mm. Účastník ve své nabídce dále předkládá Technické listy výrobce přístroj, kde je tato skutečnost potvrzena.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že účastník nesplnil výše uvedené technické podmínky (požadavky na technickou specifikaci) stanovené zadavatelem, kdy nabízený přístroj disponuje menším nastavitelným rozsahem než je požadováno.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že uchazeč nesplnil výše uvedené technické podmínky (požadavky na technickou specifikaci) stanovené zadavatelem.

f) revolverový nosič objektivů: pro min. 5 objektivů

Z údajů uvedených účastníkem v nabídce a Technických listech výrobce je zřejmé, účastníkem nabízený přístroj disponuje revolverovým nosičem pro pouze 4 objektivy.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že uchazeč nesplnil výše uvedené technické podmínky (požadavky na technickou specifikaci) stanovené zadavatelem.

g) výstup pro připojení kamery s dělením světla 100:0, 0:100 %

Účastník ve své nabídce v příloze č. 1 návrhu Smlouvy v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“ uvádí odpověď ANO. Z Technických listů výrobce je ale zřejmé, že účastníkem nabízený přístroj disponuje pouze parametry 20:80 %.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že uchazeč nesplnil výše uvedené technické podmínky (požadavky na technickou specifikaci) stanovené zadavatelem.

h) v těle mikroskopu integrovaný otočný karusel s pozicemi pro fluorescenční kostky a volnou pozicí (pro procházející světlo)

Z údajů uvedených v nabídce účastníka je zřejmé, že účastníkem nabízený přístroj disponuje pouze posuvným karuselem.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že uchazeč nesplnil výše uvedené technické podmínky (požadavky na technickou specifikaci) stanovené zadavatelem.

i) v těle mikroskopu integrované LED moduly pro excitaci 470 nm a 560 nm

Z údajů uvedených v nabídce účastníka je zřejmé, že účastníkem nabízený přístroj disponuje klasickou rtuťovou výbojkou s externím zdrojem.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že uchazeč nesplnil výše uvedené technické podmínky (požadavky na technickou specifikaci) stanovené zadavatelem.

j) plynule nastavitelná intenzita osvětlení

Účastník ve své nabídce v příloze č. 1 návrhu Smlouvy v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“ uvádí odpověď ANO. Z dalších dostupných údajů uvedených v nabídce účastníka je zřejmé, že účastníkem nabízený přístroj disponuje klasickou rtuťovou výbojkou s externím zdrojem. S rtuťovou výbojkou pak není technicky proveditelná plynule nastavitelná intenzita osvětlení.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že uchazeč nesplnil výše uvedené technické podmínky (požadavky na technickou specifikaci) stanovené zadavatelem.

k) paměť pro přednastavenou intenzitu osvětlení pro každý LED modul zvlášť

Účastník ve své nabídce v příloze č. 1 návrhu Smlouvy v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“ uvádí odpověď ANO. Z dalších dostupných údajů uvedených v nabídce účastníka je zřejmé, že účastníkem nabízený přístroj disponuje klasickou rtuťovou výbojkou s externím zdrojem. S rtuťovou výbojkou pak není možné disponovat **pamětí pro přednastavenou intenzitu osvětlení pro každý LED modul zvlášť**

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že uchazeč nesplnil výše uvedené technické podmínky (požadavky na technickou specifikaci) stanovené zadavatelem.

V nabídce účastníka byly shledány další nedostatky, nedoložené nebo neupřesněné skutečnosti, doklady a dokumenty, které však samy o sobě nebyly důvodem pro vyloučení účastníka z tohoto zadávacího řízení, neboť jejich doložení mohlo být vyřešeno prostřednictvím žádosti zadavatele o vysvětlení nabídky. Zadavatel tak neučinil vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše v tomto dokumentu. Zejména se jednalo o následující:

a) životnost LED osvětlení i zdroje

Účastník ve své nabídce v příloze č. 1 návrhu Smlouvy v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“ uvádí odpověď minimálně 60 000 hodin. Z nabídky uchazeče ani údajů uvedených v nabídce (technických listech výrobce) není možné tento údaj ověřit.

Z výše uvedených důvodů byla nabídka účastníka Bio-Port, Europe s.r.o., U Rybníka 98, 267 28 Svinaře, IČ: 24690937, vyřazena a účastník vyloučen z další účasti v zadávacím řízení této veřejné zakázky.

VÝBĚR DODAVATELE

☒ Smlouva byla uzavřena s dodavatelem: **Nikon CEE GmbH, odštěpný závod, K Radotínu 15, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČ: 05223202**

Odůvodnění:

Na základě přezkumu nabídek tato jediná podaná nabídka splnila kvalifikaci a požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách pro tuto veřejnou zakázku.

<i>p.č.</i>	<i>Obchodní firma</i>	<i>Bydliště-místo podnikání</i>	<i>IČ</i>
1.	Nikon CEE GmbH, odštěpný závod	K Radotínu 15, Zbraslav 156 00 Praha 5	05223202
Nabídková cena v CZK			387 067,20,-

HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel v zadávacích podmínkách zadávacího řízení stanovil následující kritéria pro hodnocení:

Podané nabídky budou pro tuto veřejnou zakázku **hodnoceny** dle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny. **Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH - pro tuto veřejnou zakázku bude jako nejvhodnější nabídka hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.**

Vzhledem ke skutečnosti, že na základě přezkumu nabídek zadavatelem, tato jediná podaná nabídka splnila kvalifikaci a požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách pro tuto veřejnou zakázku, zadavatel postupoval dle ustanovení § 122 odst 2 ZZVZ a vybral vybraného dodavatele bez provedení hodnocení.

Hodnotící komise na základě výše uvedeného jednomyslně doporučuje přijmout nabídku od vybraného dodavatele Nikon CEE GmbH, odštěpný závod, K Radotínu 15, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČ: 05223202 protože účastník jako jediný v tomto zadávacím řízení podal nabídku, ve které prokázal splnění kvalifikace, zákonem stanovené podmínky a požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.

OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ

- ☒ Zadavateli **nejsou** známi poddodavatelé.

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ VYBRANÝCH DRUHŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- ☐ Jednací řízení s uveřejněním: vepište odůvodnění
- ☐ Řízení se soutěžním dialogem: vepište odůvodnění
- ☐ Jednací řízení bez uveřejnění: vepište odůvodnění
- ☐ Zjednodušený režim: vepište odůvodnění
- ☒ Žádný z výše uvedených druhů řízení/režimů **nebyl** použit.

ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- ☒ Zadávací řízení **nebylo** zrušeno.
- ☐ Zadávací řízení bylo zrušeno.

ODŮVODNĚNÍ PODÁNÍ NABÍDEK V LISTINNÉ PODOBĚ

- ☒ Zadavatel obdržel všechny nabídky prostřednictvím elektronického nástroje.
- ☒ Zadavatel umožnil kromě elektronických nabídek i příjem nabídek v listinné podobě, protože se domníval, že někteří dodavatelé nebudou schopni podat nabídku elektronicky, a obával se, že by to mohlo být důvodem k nízkému počtu podaných nabídek.

STŘET ZÁJMŮ

- ☒ Zadavatel **nejjistil** střet zájmů u žádné z osob, které se podílely na průběhu nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

ROZDĚLENÍ NA ČÁSTI NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- ☒ **Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.**

PROKÁZÁNÍ OBRATU

☒ Zadavatel **nestanovil** požadavek na prokázání minimální výše ročního obratu přesahujícího dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

V Brně dne 31.7.2017

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek