



## Příloha č. 2 – Rozsah standardních testů

Prodávající provede testovací experimenty na standardních vzorcích a prokáže splnění požadovaných parametrů věci.

Složení standardních vzorků:

- Chloroform – 1 % chloroform v acetonu – d<sub>6</sub>;
- Ethylbenzen – 0,1 % ethylbenzen v CDCl<sub>3</sub>;
- ASTM – 40 % p-dioxan v benzenu – d<sub>6</sub>;
- TPP – 0,0485 M trifenylofosfát v acetonu- d<sub>6</sub>;
- Trifluorotoluen – 0,05 % trifluorotoluen v chloroformu – d<sub>6</sub>;
- Formamid – 90 % formamid v DMSO – d<sub>4</sub>.

Testovací experimenty:

- šířka a tvar spektrální čáry <sup>1</sup>H na vzorku chloroformu;
- citlivost <sup>1</sup>H na vzorku ethylbenzenu;
- citlivost <sup>13</sup>C na vzorku ASTM;
- citlivost <sup>31</sup>P na vzorku TPP;
- citlivost <sup>19</sup>F na vzorku trifluorotoluenu;
- citlivost <sup>15</sup>N na vzorku formamidu.