

Příloha č. 1 - Četnost pravidelného servisu

	Umístění přístroje (pavilon/místnost)	Četnost pozáručního servisu	Předpokládaný termín dalšího plánovaného pozáručního servisu (za předpokladu nepřetržitého provozu)
NMR spektrometr 600 MHz	A4/1S102	každých 10 000 provozních hodin	srpen 2018
NMR spektrometr 700 MHz	A4/1S102	každých 10 000 provozních hodin	duben 2018
NMR spektrometr 850 MHz	A4/1S41	každých 10 000 provozních hodin	únor 2018
NMR spektrometr 950 MHz	A4/1S38	každých 10 000 provozních hodin	listopad 2018