



PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: CP1841 Bioreaktor na kultivaci sféroidů savčích buněk (2ks)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005137>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

1. PREAMBULE

- 1.1. Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.2. Dotace na realizaci veřejné zakázky:
 - ☐ zadavatel usiluje o dotaci na realizaci veřejné zakázky; název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 - ☒ zadavatel je příjemcem dotace na realizaci veřejné zakázky; název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; název projektu CETOCOEN PLUS, registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000469
 - ☐ veřejná zakázka bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele.
- 1.3. Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK.
- 1.4. Kontaktními osobami zadavatele pro toto výběrové řízení jsou Mgr. Pavel Vicherek, tel. č. 549 49 5464 a e-mail vicherek@sci.muni.cz (administrace zakázky) a Mgr. Radovan Kareš tel. č. 549 49 3007 a e-mail kares@recetox.muni.cz (věci technické).
- 1.5. **Formulář nabídky**
 - a) Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve výběrovém řízení.
 - b) Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením formuláře nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových a nepoužívaných přístrojů v souladu se zadávacími podmínkami. Dodání repasovaných nebo používaných demo instrumentů není možné. Součástí zakázky je dodávka zařízení na místo plnění, instalace a zaškolení obsluhy.

Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.

- 2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **578 512 Kč** bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

Uvedená výše předpokládané hodnoty zakázky je ve vztahu k nabídkové ceně zařízení nejvýše přípustná, vyšší nabídková cena je pro zadavatele z důvodu omezení finančních prostředků neakceptovatelná a takové nabídky účastníků budou vyřazeny.

2.3. Položkový rozpočet

- a) Nedílnou součástí formuláře nabídky bude položkový rozpočet předmětu veřejné zakázky (*dále jen „rozpočet“*).
- b) Účastníci předloží přehledně zpracovaný rozpočet zahrnující přehled všech součástí i příslušenství, jež jsou součástí dodávky, a veškeré náklady spojené s plněním zakázky dle požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci.
- c) Účastníci jsou povinni řádně ocenit všechny položky rozpočtu.

- 2.4. **Místo a čas plnění předmětu veřejné zakázky** viz příslušná ustanovení předlohy návrhu smlouvy.

- 2.5. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks bioreaktorů pro základní biologický a toxikologický in vitro výzkum, který pro spolehlivou predikci in vivo účinků vyžaduje co nejvěrohodnější simulaci podmínek a procesů probíhajících v živých tkáních. Zařízení umožní laboratorní kultivaci savčích adherentních buněk a buněčných linií, konkrétně formování a dlouhodobou (desítky dnů až několik týdnů) kultivaci mnohobuněčných útvarů (sféroidů). Předmětem dodávky jsou kompletní, nové a zcela funkční systémy (*dále také jen „Věc“*). Zadavatel je příjemcem dotace na veřejnou zakázku, a to z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu CETOCOEN PLUS, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000469 (*dále také jen „Projekt“*). Zadavatel, zejména s ohledem na základní účel a funkci Věci, dospěl k závěru, že Věc netvoří funkční celek s žádným jiným plněním, které zadavatel poptává v rámci Projektu.

3. HODNOCENÍ NABÍDEK

- 3.1. Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených kritériích.

Dle těchto kritérií bude hodnocena nabídka pro každý jednotlivý předmět dodávky, tzn., že bude hodnocena zvlášť ekonomická výhodnost bioreaktoru A a zvlášť ekonomická výhodnost bioreaktoru B. Nejvýhodnější nabídkou bude ta, která v součtu obou hodnocení získá nejvyšší celkový počet bodů, tj. součet bodových ohodnocení získaných v dílčích kritériích vynásobených vahou příslušných kritérií.

3.2. Bioreaktor A

Kritérium	Váha kritéria
Nabídková cena	88 %
Technická úroveň nabízeného plnění	8 %
Servisní a aplikační podpora	4 %

3.3. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria nabídková cena.

- a) Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky.

- b) Nabídková cena bude stanovena v **Kč bez DPH a bude uvedena ve formuláři nabídky.**
- c) Nabídková cena bude hodnocena dle následujícího vzorce:

Počet bodů = $\frac{\text{nabídka s nejnižší cenou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 88$
--

3.4. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria Technická úroveň nabízeného plnění.

- a) Bude hodnoceno, zda je součástí dodávky nad rámec základních požadavků dalších 16 ks sterilně balených jednorázových kultivačních nádob o objemu 10 ml kompatibilních se systémem, včetně uzávěrů.
- b) Dodavatel uvede ANO = 100 bodů / NE = 0 bodů. Počet bodů bude vynásoben vahou kritéria – 8%.

3.5. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria Servisní a aplikační podpora.

- a) Bude hodnocena garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků k přístroji po dobu 4 let od podpisu smlouvy.
- b) Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % poskytnutou slevu. Nabídka s nejvyšší % slevou obdrží 100 bodů, nižší slevy budou hodnoceny poměrem k nejvyšší slevě. Nabídka s žádnou slevou obdrží 0 bodů. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou kritéria – 2%.
- c) Bude hodnocena garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy.
- d) Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % poskytnutou slevu. Nabídka s nejvyšší % slevou obdrží 100 bodů, nižší slevy budou hodnoceny poměrem k nejvyšší slevě. Nabídka s žádnou slevou obdrží 0 bodů. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou kritéria – 2%.

3.6. Bioreaktor B

Kritérium	Váha kritéria
Nabídková cena	83 %
Technická úroveň nabízeného plnění	13 %
Servisní a aplikační podpora	4 %

3.7. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria nabídková cena.

- a) Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky.
- b) Nabídková cena bude stanovena v **Kč bez DPH a bude uvedena ve formuláři nabídky.**
- c) Nabídková cena bude hodnocena dle následujícího vzorce:

Počet bodů = $\frac{\text{nabídka s nejnižší cenou}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 83$
--

3.8. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria Technická úroveň nabízeného plnění.

- a) Bude hodnoceno, zda jsou součástí dodávky nad rámec základních požadavků další 2 ks autoklávovatelných kultivačních nádob o objemu 4 ml, včetně uzávěrů.
- b) Dodavatel uvede ANO = 100 bodů / NE = 0 bodů. Počet bodů bude vynásoben vahou kritéria – 13%.

3.9. Způsob hodnocení nabídek podle kritéria Servisní a aplikační podpora.

- a) Bude hodnocena garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků k přístroji po dobu 4 let od podpisu smlouvy.
- b) Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % poskytnutou slevu. Nabídka s nejvyšší % slevou obdrží 100 bodů, nižší slevy budou hodnoceny poměrem k nejvyšší slevě. Nabídka s žádnou slevou obdrží 0 bodů. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou kritéria – 2%.
- c) Bude hodnocena garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy.
- d) Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % poskytnutou slevu. Nabídka s nejvyšší % slevou obdrží 100 bodů, nižší slevy budou hodnoceny poměrem k nejvyšší slevě. Nabídka s žádnou slevou obdrží 0 bodů. Výsledný počet bodů bude vynásoben vahou kritéria – 2%.

4. DALŠÍ POŽADAVKY A DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

- 4.1. Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
- 4.2. V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
 - a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno, a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;
 - b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

Možnost přezkumu takových dokumentů zadavatelem tím není dotčena.
- 4.3. Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.
- 4.4. Nabídky lze zpracovat **výhradně v elektronické podobě**.
- 4.5. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. **Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.**

5. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

- 5.1. Nabídky je nutné podat nejpozději do **12. 9. 2018 9:00** hod.
- 5.2. **Nabídky v elektronické podobě** se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky.

6. OSTATNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
- 6.2. **Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek**
 - a) Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
 - b) Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího písmene. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
 - c) Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění požadavku podle písmene a) uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy.

- d) Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Písmena a) a b) se použijí obdobně.
 - e) Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od uveřejnění nebo oznámení změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.
- 6.3. Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, případně výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit, a to až do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
- 6.4. Elektronický nástroj E-ZAK

- a) Veškeré úkony v rámci výběrového řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu výběrového řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že **pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.**
- b) Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.
- c) Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
- d) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- e) Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na:

<https://zakazky.muni.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

https://zakazky.muni.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

Mgr. Radovan Kareš

manažer pro koordinaci a správu projektů
na základě plné moci ze dne 22.6.2017
(podepsáno elektronicky)