

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Simulační jednotka pro zhotovení intraorálních RTG snímků**

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005663>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Lékařská fakulta Masarykovy univerzity**, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka FISCHER DENTAL s.r.o., se sídlem Na Žižkově 634/66, 460 06 Liberec, IČ: 25480821 (*dále jen „účastník“*) z účasti ve výběrovém řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Odůvodnění:

Při posouzení nabídky účastníka dospěl zadavatel k závěru, že nabídka účastníka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel v technické specifikaci, která je přílohou zadávací dokumentace, stanovil následující požadavek pro RTG přístroj: „*generátor konstantního potenciálu o pracovní frekvenci 60 – 100 Hz*“.

Účastník nabídl přístroj s generátorem konstantního potenciálu o pracovní frekvenci 66 kHz, tedy nevešel se do zadavatelem stanoveného intervalu pracovní frekvence. Účastník tedy nabídl zadavateli přístroj, který nesplňuje zadavatelovy požadavky na předmět plnění, a proto zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka z výběrového řízení.

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU
(*podepsáno elektronicky*)

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek