

Technická specifikace Defibrilátory

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 1 VZ – AED (automatizovaný externí defibrilátor)

Počet kusů: 12 ks

Trenažér - simulátor automatizovaného externího defibrilátoru (AED) pro nácvik kardiopulmonální resuscitace.

Požadované vlastnosti:

- simulátor AED přístroje kompatibilní s jakoukoliv tréninkovou figurínou, možné a bezpečné použití rovněž na živém figurantovi (funkčně simuluje AED, nepodává reálný elektrický výboj, nemonitoruje reálné srdeční rytmus);
- pokyny v českém a anglickém jazyce, jazyky lze přepínat;
- simulace jak plně automatizovaných, tak poloautomatických AED;
- možnost volby mezi režimy dospělého a dětského pacienta;
- obsahuje sadu samolepících elektrod pro dospělé a děti, s piktogramem polohy umístění elektrod na těle, tréninkové elektrody s čidlem detekujícím jejich připevnění na figurínu, elektrody lze použít opakovaně, jednoduché připevnění i odstranění elektrod;
- obsahuje min. 5 předprogramovaných scénářů s možností jejich volby;
- možnost ovládání hlasitosti, možnost zapnutí a vypnutí metronomu při kompresích, možnost pozastavení programu;
- instrukce respektující guidelines 2015 (<https://cprguidelines.eu/>), možnost upgradu hlasových pokynů v případě změny guidelines;
- napájení integrovaným dobíjitelným akumulátorem, nabíječka, automatické vypnutí při nečinnosti pro prodloužení životnosti baterie;
- úložný nebo transportní obal/brašna/box;
- příslušenství: min. 4 páry elektrod (pro každý dodaný kus AED).