

Technická specifikace Intraorální a laboratorní skenery pro stomatology

Tato veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 3 VZ – Intraorální kamera

Intraorální kamera

Počet kusů: 4 ks

Zadavatel poptává intraorální kamery s příslušenstvím (monitor a držák) kompatibilní se stomatologickou soupravou KaVo Estetica E50 Life S, kterou již zadavatel disponuje. Je požadována vysoká rozlišovací schopnost kamery, lékařský 12 V monitor s jednokloubovým ramenem k upevnění na stomatologickou soupravu, vedení kabeláže monitoru uvnitř ramene a tyče uvedené stomatologické soupravy.

Technická specifikace:

- Snímač obrazu:
 - Snímač barev – ¼" CMOS
 - Pixel PAL – min. 1276(Š) x 769(V)
- Modul kamery:
 - Typ USB – 2,0 nebo novější
 - Osvětlení – 1LED nebo lepší
 - Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 10 mm – min. 40 lux
 - Napájení – sběrnici USB
- Optický systém:
 - Zorný úhel – min. 90°
 - Pracovní vzdálenost – minimální rozsah 10 – 25 mm
 - Šikmý úhel otevření – min. 54°
- Obalová jednotka – rozměry kamery
 - Délka – max. 300 mm
 - Šířka – max. 180 mm
 - Výška – max. 80 mm
 - Délka připojovacího kabelu – min. 1600 mm
- Příslušenství:
 - Monitor – min. 19", min. Full HD, napájení 12 V
 - Rameno pro uchycení monitoru ke stomatologické soupravě – min. jednokloubové