

Technická specifikace Defibrilátory

Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 4 VZ – Defibrilátor standardní

Počet kusů: 2

Přenosný defibrilátor s funkcí AED a monitorem vybraných vitálních funkcí, certifikovaný pro využití v praxi.

Požadované vlastnosti:

- přístroj s funkcí defibrilace, synchronizované kardioverze, AED a neinvazivní kardiostimulace;
- v manuálním režimu bifázický výboj s nastavitelnou energií v rozmezí min. 2 – 360 J;
- doba nabíjení na energii 360 J max. 10 s;
- displej o uhlopříčce min. 7" zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové stavy;
- standardní defibrilační elektrody pro dospělé a děti;
- kabel pro připojení jednorázových nalepovacích defibrilačních elektrod;
- min. 10 ks jednorázových nalepovacích defibrilačních elektrod;
- 3 nebo 5 svodový EKG kabel;
- min. 30 ks jednorázových nalepovacích elektrod pro monitorování EKG;
- neinvazivní kardiostimulace včetně potřebného příslušenství;
- záznam historie monitorovaných událostí;
- integrovaná tiskárna;
- automatický test přístroje;
- napájení 230 V / 50 Hz;
- interní akumulátor s kapacitou pro min. 70 výbojů s energií 250 J nebo 120 min. monitorování;
- madlo pro snadný transport;
- hmotnost max. 7 kg;
- defibrilační gel min. 100 ml (3 bal.);
- papír do tiskárny (10 ks).