

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále též „zákon“)

Identifikace veřejné zakázky

Název:	Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU - rámcová dohoda 2020-2023
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Druh řízení:	nadlimitní veřejná zakázka, zadávaná v souladu s ustanovením § 14 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „ZZVZ“), veřejnou zakázkou na dodávky, a v souladu s ustanovením § 25 ZZVZ nadlimitní veřejnou zakázkou, zadávanou v souladu s ustanovením § 56 ZZVZ, v otevřeném řízení.
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.muni.cz/vz00005644

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
	fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo:	Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ:	00216224
Zastoupen:	prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU
kontaktní osoba VZ:	Ing. Marek Buriška, tel: 549 49 3265, e-mail: buriska@med.muni.cz .

PŘEDMĚT A SJEDNANÁ CENA

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

Předmětem veřejné zakázky je **zajištění dodávek Stomatologických souprav pro klinickou výuku studentů pro pracoviště Stomatologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.**

Předmět veřejné zakázky je dále podrobně specifikován a bude dále realizován za obchodních a technických podmínek vymezených v návrhu Rámcové dohody v příloze A zadávací dokumentace, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Účel veřejné zakázky:

Účelem veřejné zakázky je zajistit realizaci postupné obměny dosluhujících stomatologických souprav určených pro klinickou výuku studentů zubního lékařství, umístěných na pracovišti Stomatologické kliniky, společném pracovišti LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, nacházející se v areálu Fakultní nemocnice u sv.

Anny v Brně, Pekařská 664/53, Staré Brno, 656 91 Brno, budova S2, primárně se jedná o výukové sály č.1 a č. 2 v 5. patře této budovy.

Vzhledem ke skutečnosti, že na stomatologických soupravách bude realizována klinická výuka studentů, je pro zadavatele důležité, aby na výukovém sále byly typově stejné (modelově totožné) stomatologické soupravy, proto aby bylo možné udílet jednotné pokyny všem studentům současně a koordinovat tak postup výuky.

Vzhledem ke skutečnosti, že stomatologické soupravy budou instalovány na společné pracoviště LF MU a FNUSA, kdy budova a místnosti (místo plnění) jsou v majetku FNUSA, tedy dodávka bude realizována do objektu, jenž je v majetku jiného subjektu, než je zadavatel, je naprosto nezbytné, aby byly stomatologické soupravy plnohodnotné a plně kompatibilně napojeny na stávající rozvody - inženýrské sítě (elektřina, voda, vzduch, odpad) bez nutnosti realizace jakýchkoliv stavebních úprav. Dodavateli bude v případě potřeby umožněno pouze uchycení patientského křesla do podlahy dané místnosti. Podrobné informace o technických omezeních souvisejících s plněním této veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentu „Technické podmínky a technická specifikace nabízeného plnění“, která tvoří přílohu č. 1 návrhu Rámcové dohody.

Tyto skutečnosti uvedené výše byly zadavatelem zohledněny v technických podmínkách této veřejné zakázky. Zadavatel tímto apeluje na dodavatele, aby rovněž nabízený model stomatologických křesel dostatečně reflektoval zamýšlený účel této veřejné zakázky, pro který je zadávána.

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Rámcová dohoda bude uzavřena s jediným účastníkem s tím, že v ní budou obsaženy a vymezeny všechny podmínky plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem:

Druh dodávky	CPV kód
Zubolékařské pracovní stanice	33192400-6
Zubolékařská křesla	33192410-9
Zubolékařské nástroje a přístroje a nástroje a přístroje podspecializací	33130000-0
Zubolékařské přístroje	33126000-9

Podrobnou definici a vymezení předmětu plnění této veřejné zakázky stanoví obchodní podmínky a technické podmínky, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Identifikační údaje vybraného dodavatele a cena sjednaná ve smlouvě:

Dne 27.8.2020 byla uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem:

SpofaDental a.s., Markova 238, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 63999447	
Celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH	352 134,- Kč
Technická úroveň: Vnitřní paměť pro možnost uložení nastavení patientského křesla	pro 6 ošetřujících
Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku	350 mm
Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku	830 mm

Výsledkem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a dodavatelem. Rámcová dohoda byla uzavřena s jediným dodavatelem s tím, že v ní jsou obsaženy a vymezeny všechny podmínky plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody.

Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona o Registru smluv. Tato rámcová dohoda je uzavřena do **do 30.8.2023 nebo do vyčerpání částky (tj. poskytnutí plnění dodavatelem ve výši) 9 000 000 Kč bez DPH, podle toho co nastane dříve.**

OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Poř. č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ	Právní forma
1.	CAMOSCI MORAVIA s.r.o., Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 08900426	112 - Společnost s ručením omezeným
2.	JPS s.r.o., Lucemburská 1024/1, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ: 49681508	112 - Společnost s ručením omezeným
3.	SpofaDental a.s., Markova 238, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 63999447	121 – akciová společnost

OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ

☒ Žádný z účastníků **nebyl** vyloučen.

VÝBĚR DODAVATELE

☒ Smlouva byla uzavřena s dodavatelem: **SpofaDental a.s., Markova 238, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 63999447**

Zadavatel v zadávacích podmínkách výběrového řízení stanovil následující kritéria pro hodnocení:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky - jako nejvhodnější nabídkou pro tuto veřejnou zakázku je nabídka s nejvyšší hodnotou součtu vážených bodů.

Zadavatel pro hodnocení ekonomické výhodnosti stanovil tato jednotlivá dílčí hodnotící kritéria, jež jsou včetně svojí váhy definována v následující tabulce:

Poř. Č.	Kritérium	Váha kritéria
1.	Celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH“ bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v CZK bez DPH za 1 kus Setu stomatologická souprava pro klinickou výuku studentů uvedenou na příslušném místě ve Formuláři nabídky.	86 %

	Nejvhodnější v tomto dílčím hodnotícím kritériu bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v CZK bez DPH. Set/soubor stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů jako celek zahrnuje - 1 kus Stomatologické soupravy, 2 kusy Stomatologických ordinačních židlí a provádění bezpečnostně technických kontrol dle čl. I odst. 8 písm. g) návrhu rámcové dohody po celou dobu trvání záruky. Maximální nabídková cena je 450 000,- Kč bez DPH.																
2.	Technická úroveň: Vnitřní paměť pro možnost uložení nastavení patientského křesla V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň: Vnitřní paměť pro možnost uložení nastavení křesla“ bude zadavatel hodnotit technickou úroveň nabízeného plnění, tj. úroveň s jakou zboží (přístroj) nabízené účastníkem splňuje určený technický parametr, zejména pro kolik uživatelů je možné do vnitřní paměti uložit nastavení patientského křesla. Zadavatel stanovil minimální úroveň splnění tohoto technického parametru: vnitřní paměť pro minimálně 2 ošetřující (uživatele) Zadavatel přidělí body na základě následujícího bodového ohodnocení: <table> <tr> <td>vnitřní paměť pro 2 a méně ošetřujících (uživatelů) bodů</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>vnitřní paměť pro 3 ošetřující (uživatele) body</td><td>2</td><td>8 %</td></tr> <tr> <td>vnitřní paměť pro 4 ošetřující (uživatele) bodů</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>vnitřní paměť pro 5 ošetřujících (uživatele) bodů</td><td>6</td><td></td></tr> <tr> <td>vnitřní paměť pro 6 a více ošetřujících (uživatelů) bodů</td><td>8</td><td></td></tr> </table> Hodnotu (údaj) pro toto dílčí hodnotící kritérium účastník řádně vyplní na určené místo a v určeném v rámci zpracování Formuláře nabídky a v rámci přílohy č. 1 návrhu Rámcové dohody v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“. Účastník u toho kritéria – technického parametru uvede přesnou hodnotu parametru nabízeného přístroje pro toto kritérium.	vnitřní paměť pro 2 a méně ošetřujících (uživatelů) bodů	0		vnitřní paměť pro 3 ošetřující (uživatele) body	2	8 %	vnitřní paměť pro 4 ošetřující (uživatele) bodů	4		vnitřní paměť pro 5 ošetřujících (uživatele) bodů	6		vnitřní paměť pro 6 a více ošetřujících (uživatelů) bodů	8		
vnitřní paměť pro 2 a méně ošetřujících (uživatelů) bodů	0																
vnitřní paměť pro 3 ošetřující (uživatele) body	2	8 %															
vnitřní paměť pro 4 ošetřující (uživatele) bodů	4																
vnitřní paměť pro 5 ošetřujících (uživatele) bodů	6																
vnitřní paměť pro 6 a více ošetřujících (uživatelů) bodů	8																
3.	Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku“ bude zadavatel hodnotit technickou úroveň nabízeného plnění, tj. úroveň s jakou zboží (přístroj) nabízené účastníkem splňuje určený technický parametr. Zadavatel stanovil minimální úroveň splnění tohoto technického parametru na minimální nastavitelnou výšku v sedáku: minimálně 370 mm a níže Zadavatel přidělí body na základě následujícího bodového ohodnocení:	3 %															

	Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku <table><tr><td>361 mm a vyšší</td><td>0 bodů</td></tr><tr><td>360 mm až do 351 mm</td><td>1 bod</td></tr><tr><td>350 mm až do 341 mm</td><td>2 body</td></tr><tr><td>340 mm a nižší</td><td>3 body</td></tr></table> Hodnotu (údaj) pro toto dílčí hodnotící kritérium účastník řádně vyplní na určené místo a v určeném v rámci zpracování Formuláře nabídky a rovněž v rámci přílohy č. 1 návrhu Rámcové dohody v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“. Účastník u toho kritéria – technického parametru uvede přesnou hodnotu parametru nabízeného přístroje pro toto kritérium.	361 mm a vyšší	0 bodů	360 mm až do 351 mm	1 bod	350 mm až do 341 mm	2 body	340 mm a nižší	3 body	
361 mm a vyšší	0 bodů									
360 mm až do 351 mm	1 bod									
350 mm až do 341 mm	2 body									
340 mm a nižší	3 body									
4.	Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku“ bude zadavatel hodnotit technickou úroveň nabízeného plnění, tj. úroveň s jakou zboží (přístroj) nabízené účastníkem splňuje určený technický parametr. Zadavatel stanovil minimální úroveň splnění tohoto technického parametru na maximální nastavitelnou výšku v sedáku: minimálně 800 mm a výše Zadavatel přidělí body na základě následujícího bodového ohodnocení: Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku <table><tr><td>809 mm a nižší</td><td>0 bodů</td></tr><tr><td>810 mm až do 819 mm</td><td>1 bod</td></tr><tr><td>820 mm až do 829 mm</td><td>2 body</td></tr><tr><td>830 mm a vyšší</td><td>3 body</td></tr></table> Hodnotu (údaj) pro toto dílčí hodnotící kritérium účastník řádně vyplní na určené místo a v určeném v rámci zpracování Formuláře nabídky a rovněž v rámci přílohy č. 1 návrhu Rámcové dohody v oddílu „Technická specifikace nabízeného plnění“. Účastník u toho kritéria – technického parametru uvede přesnou hodnotu parametru nabízeného přístroje pro toto kritérium.	809 mm a nižší	0 bodů	810 mm až do 819 mm	1 bod	820 mm až do 829 mm	2 body	830 mm a vyšší	3 body	3 %
809 mm a nižší	0 bodů									
810 mm až do 819 mm	1 bod									
820 mm až do 829 mm	2 body									
830 mm a vyšší	3 body									

4.2. Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti, pomocí dílčích hodnotících v sestupném pořadí, dle výše uvedené tabulky. Výpočet bude proveden pro každé dílčí hodnotící kritérium samostatně.

1.3. Postup výpočtu hodnocení dle jednotlivých dílčích kritérií:

- A. Pro výpočet hodnocení (resp. výpočet vážených bodů) dílčího kritéria s p.č. 1 – **Celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH** bude použit níže uvedený výpočetní vztah, kdy nejvhodnější nabídkou je ta nabídka, která nabídne pro dané kritérium nejnižší nabídkovou cenu v CZK bez DPH:

*nejvhodnější nabídková
cena*

x

*váha dílčího
hodnotícího*

**tzn. nejnižší nabídková cena
v CZK bez DPH**

**kritéria
vyjádřená
v procentech**

**nabídková cena v CZK bez
DPH hodnocené nabídky**

(86)

Výsledné hodnoty pro dílčí hodnotící kritéria budou vyjadřovat počet vážených bodů pro dané dílčí hodnotící kritérium. Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech a zaokrouhleno na 3 desetinná místa.

B. Pro hodnocení dílčích kritérií s **p.č. 2., 3. a 4.**, bude použit následující výpočetní postup:

Zadavatel na základě účastníkem řádně uvedených údajů pro dané kritérium přidělí účastníkovi body, a to podle míry splnění daného kritéria/nabízené hodnoty – podle bodové stupnice hodnocení uvedené pro každé dílčí kritérium v tabulce hodnocení uvedené výše.

Součet vážených bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria, pak určí pořadí účastníka v celkovém hodnocení.

Nejvhodnější nabídkou pro tuto veřejnou zakázku je nabídka s nejvyšší hodnotou součtu vážených bodů.

Podrobný popis hodnocení a jednotlivé nabízené hodnoty účastníků pro jednotlivá kritéria a přidělený počet bodů jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto dokumentu

Výsledek hodnocení a pořadí nabídek vyplývá z níže uvedené tabulky:

Identifikační údaje účastníka	Celkový součet vážených bodů	VÝSLEDNÉ POŘADÍ
CAMOSCI MORAVIA s.r.o. Tuřanka 1222/115, Slatina 627 00 Brno IČ: 08900426	79,145	2.
JPS s.r.o. Lucemburská 1024/1, Vinohrady 130 00 Praha 3 IČ: 49681508	75,694	3.
SpofaDental a.s. Markova 238, Holínské Předměstí 506 01 Jičín IČ: 63999447	99,000	1.

Na základě provedeného hodnocení je vybraným dodavatelem účastník **SpofaDental a.s., Markova 238, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 63999447.**

Odůvodnění výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky – vybraného dodavatele:

Na základě ekonomické výhodnosti podaných nabídek hodnotící komisí dle hodnotících kritérií stanovených zadavatelem, tj. podle nejnižší nabídkové ceny, byl vybraným dodavatelem stanoven tento účastník:

p.č.	Obchodní firma	Bydliště-místo podnikání	IČ
3.	SpofaDental a.s.	Markova 238, Holínské Předměstí 506 01 Jičín	63999447
Celkový součet vážených bodů			99,000 bodů

ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH	
Celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH	352 134,- Kč
Technická úroveň: Vnitřní paměť pro možnost uložení nastavení patientského křesla	pro 6 ošetřujících
Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku	350 mm
Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku	830 mm

Zadavatel se rozhodl přijmout nabídku od vybraného dodavatele SpofaDental a.s., Markova 238, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 63999447, protože nabídka účastníka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější a účastník prokázal splnění kvalifikace a jeho podaná nabídka splnila požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky a tento vybraný dodavatel prokázal splnění podmínek účasti.

Další informace k hodnocení nabídek jsou zaznamenány v protokolu o průběhu přezkumu, který je (bez příloh) přiložen k tomuto rozhodnutí. Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti vybraného dodavatele a konstatoval, že dodavatel splňuje veškeré stanovené podmínky.

Podrobně je výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele zaznamenán v přiloženém protokolu o průběhu přezkumu.

OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ

☒ Zadavateli nejsou známi poddodavatelé.

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ VYBRANÝCH DRUHŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- ☐ Jednací řízení s uveřejněním: vepište odůvodnění
- ☐ Řízení se soutěžním dialogem: vepište odůvodnění
- ☐ Jednací řízení bez uveřejnění:
- ☐ Zjednodušený režim: vepište odůvodnění
- ☒ Žádný z výše uvedených druhů řízení/režimů **nebyl** použit.

ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- ☒ Zadávací řízení **nebylo** zrušeno.
- ☐ Zadávací řízení bylo zrušeno.

ODŮVODNĚNÍ PODÁNÍ NABÍDEK V LISTINNÉ PODOBĚ

- ☒ Zadavatel obdržel všechny nabídky prostřednictvím elektronického nástroje.
- ☐ Zadavatel umožnil kromě elektronických nabídek i příjem nabídek v listinné podobě, protože se domníval, že někteří dodavatelé nebudou schopni podat nabídku elektronicky, a obával se, že by to mohlo být důvodem k nízkému počtu podaných nabídek.

STŘET ZÁJMŮ

- ☒ Zadavatel **nezjistil** střet zájmů u žádné z osob, které se podílely na průběhu nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

ROZDĚLENÍ NA ČÁSTI NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části, jelikož předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé stomatologické soupravy a každá tato souprava tvoří vždy jeden funkční celek a je tedy nezbytné, aby souprava byla také jako funkční celek realizována jedním dodavatelem.

PROKÁZÁNÍ OBRATU

- ☒ Zadavatel **nestanovil** požadavek na prokázání minimální výše ročního obratu přesahujícího dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

V Brně dne 4. 9. 2020

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

	CAMOSCI MORAVIA s.r.o.	JPS s.r.o.	SpofaDental a.s.
Nabídková cena v CZK bez DPH	403 000,00 Kč	422 400,00 Kč	352 134,00 Kč
Dílčí hodnotící kritérium č. 1 - Celková výše nabídkové ceny v CZK bez DPH		váha dílčího hodnotícího kritéria vyjádřená v procentech	
		86	
Nabídková cena v CZK bez DPH	403 000,00 Kč	422 400,00 Kč	352 134,00 Kč
nejvýhodnější nabídka tzn. nejnižší nabídková cena v CZK bez DPH		352 134,00 Kč	
Počet vážených bodů za dílčí hodnotící kritérium č. 1	75,145	71,694	86,000

Dílčí hodnotící kritérium č. 2 - Technická úroveň: Vnitřní paměť pro možnost uložení nastavení patientského křesla

Technická úroveň: Vnitřní paměť pro možnost uložení nastavení patientského křesla			hodnota	BODY			hodnota	BODY
2	vnitřní paměť pro 2 a méně ošetřujících (uživatelů)	0 bodů	4 ošetřující	4	4 ošetřující	4	6 ošetřujících	8
	vnitřní paměť pro 3 ošetřující (uživatelé)	2 body						
	vnitřní paměť pro 4 ošetřující (uživatelé)	4 body						
	vnitřní paměť pro 5 ošetřující (uživatelé)	6 bodů						
	vnitřní paměť pro 6 a více ošetřujících (uživatelů)	8 bodů						

Dílčí hodnotící kritérium č. 3 - Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku

Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku				hodnota	BODY			hodnota	BODY
3	361 mm a vyšší	0 bodů		370 mm	0	370 mm	0	350 mm	2
	360 mm až do 351 mm	1 bod							
	350 mm až do 341 mm	2 body							
	340 mm a nižší	3 body							

Dílčí hodnotící kritérium č. 4 - Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku

Technická úroveň: Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku				hodnota	BODY			hodnota	BODY
4	809 mm a nižší	0 bodů		800 mm	0	800 mm	0	830 mm	3
	810 mm až do 819 mm	1 bod							
	820 mm až do 829 mm	2 body							
	830 mm a vyšší	3 body							

Účastník	CAMOSCI MORAVIA s.r.o.	JPS s.r.o.	SpofaDental a.s.
Celkový součet vážených bodů	79,145	75,694	99,000
Výsledné pořadí	2.	3.	1.