

RÁMCOVÁ DOHODA

o dodávkách stomatologických souprav pro klinickou výuku studentů

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

KUPUJÍCÍ:

Masarykova univerzita,
se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno,
Lékařská fakulta
na adrese: Kamenice 753/5, 625 00 Brno-Bohunice
zastoupená: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem LF MU
IČ: 00216224,
DIČ: CZ00216224,
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních a pro uzavírání dílčích veřejných zakázek (dílčích smluv):

[REDACTED]@med.muni.cz

Masarykova univerzita je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „kupující“)

PRODÁVAJÍCÍ:

Obchodní firma/název/jméno:	SpofaDental a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Markova 238, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	63999447
DIČ:	CZ63999447
Zastoupen:	Ing. Blanka Koudelková, Ing. Petr Švec – prokuristé SpofaDental a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 2476
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Korespondenční adresa:	SpofaDental a.s., Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
Kontaktní osoba:	[REDACTED]@kavokerr.com
Kontaktní osoba pro reklamace zboží:	[REDACTED]@kavokerr.com

E-mailová adresa pro zaslání vyrozumění o zveřejnění této rámcové dohody v Registru smluv a pro zaslání originálu elektronicky podepsané rámcové dohody: [REDACTED]@kavokerr.com

(dále jen „prodávající“)

(prodávající společně s kupujícím také „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT A ÚČEL RÁMCOVÉ DOHODY

1. Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek pro **zajištění dodávek nových přístrojů - Stomatologických souprav pro klinickou výuku studentů pro pracoviště Stomatologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity** prodávajícím kupujícímu včetně dopravy zboží do místa plnění, až na místo určené kupujícím.
2. Tato rámcová dohoda je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rámcovou dohodou uzavřenou s jedním účastníkem, kdy veškeré podmínky plnění jsou vymezeny v této rámcové dohodě.
3. Na základě této rámcové dohody bude kupující podle svých aktuálních potřeb zadávat prodávajícímu dílčí veřejné zakázky. Smlouvy na plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných dle této rámcové dohody budou uzavírány na základě výzvy (dále označována také jako "výzva - objednávka") kupujícího k poskytnutí plnění a jejího písemného potvrzení prodávajícím, jež je přijetím návrhu smlouvy.
4. Plnění předmětu této rámcové dohody a vzájemné práva a povinnosti z ní vyplývající se budou řídit ustanoveními této rámcové dohody a obsahem jednotlivých výzev. Plnění předmětu této rámcové dohody a jednotlivých výzev se bude řídit zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě.
5. Výsledkem činnosti prodávajícího je splnění každé veřejné zakázky zadané kupujícím na základě této rámcové dohody, kterým se v souladu s článkem II. této rámcové dohody rozumí řádné poskytnutí dodávek kupujícímu v termínu a v místě plnění uvedených v objednávce a za podmínek stanovených touto rámcovou dohodou a jejími přílohami.
6. Kupující může být příjemcem dotačních prostředků na realizaci předmětu dohody. Strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z této dohody, ať už na straně prodávajícího či kupujícího, může ohrozit čerpání dotačních prostředků poskytnutých na realizaci předmětu dohody, příp. může vést k udělení sankcí kupujícímu ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektů, v jejichž rámci jsou dotační prostředky poskytovány. Škoda, která může kupujícímu neplněním povinností vyplývajících z této dohody vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou kupní cenu.
7. Dodávky zboží budou kupujícímu prodávajícím dodávány v odpovídající specifikaci, kvalitě a za podmínek stanovených touto rámcovou dohodou a technickými podmínkami a technickou specifikací nabízeného plnění, která tvoří jako v příloha č. 1 nedílnou součást této rámcové dohody (dále také „zboží“).
8. Součástí předmětu plnění, tj. každé jednotlivé dílčí dodávky Zboží dle této Rámcové dohody je rovněž:
 - a) předání veškerých dokladů požadovaných právními předpisy ČR k používání předmětu plnění - Zboží. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k používání předmětu plnění, a že Kupujícímu předal veškeré doklady potřebné k provozování předmětu plnění, za což Kupujícímu ručí.
 - b) doprava Zboží do místa plnění
 - c) instalace, ověření funkčnosti Zboží a uvedení Zboží do provozu včetně odborného napojení Zboží na připravené příruby vody, vzduchu a elektřiny. Dále je třeba provést napojení na odpad. Instalaci a napojení na jednotlivé vývody bude provedeno ve spolupráci s pracovníky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Instalaci se Prodávající zavazuje provést v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, zejména Prodávající nebo poddodavatel Prodávajícího provádějící instalaci musí být registrován na Ministerstvu zdravotnictví a Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL – RZPRO) pod evidenčními čísly, tuto skutečnost je Prodávající nebo poddodavatel Prodávajícího povinen na žádost Kupujícího na vyžádání kdykoliv předložit
 - d) technické a aplikační seznámení uživatelů s obsluhou
 - e) návod na užívání, ovládání a údržbu v českém jazyce

- f) záruční servis po dobu celé záruční lhůty dle čl. IV odst. 1 této Rámcové dohody v rozsahu stanovém výrobcem včetně validace a kalibrace, předepsaných preventivních prohlídek, kontrol, revizí a preventivních údržbových prací (jestliže je výrobce nebo právní předpisy ČR vyžadují nebo pokud jimi Prodávající podmiňuje platnost záruky nebo jsou stanovené zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, včetně veškerých oprav, dodávky náhradních dílů a dále včetně cestovného a práce servisních techniků.
- Náklady vyplývající z běžného provozního opotřebení součástí Zboží nese Kupující. Za tyto náklady se považuje výměna těch spotřebních dílů, které podléhají běžnému provoznímu opotřebení vyplývajícího z použití Zboží.
- g) provádění bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů po dobu celé záruční lhůty dle čl. IV odst. 1 této Rámcové dohody, a to vždy nejpozději do 12 měsíců od poslední provedené bezpečnostně technické kontroly, případně v častějších intervalech pokud tak stanoví zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, případně ještě v častějších intervalech pokud tak stanoví výrobce Zboží
9. Zboží bude způsobilé k užití pro účel této Rámcové dohody, kterým je zejména jeho použití pro výuku, vědu a doplňkovou činnost na společném pracovišti Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně specifikovaném dále v této Rámcové dohodě. Prodávající bere na vědomí, že Zboží může být umístěno a používáno ve zdravotnickém zařízení pro výukovou činnost při výkonu léčebné péče. Zboží proto musí splňovat veškeré technické a hygienické standardy předepsané platnou legislativou pro použití ve zdravotnických zařízeních. Zboží definované v oddíle „Technická specifikace nabízeného plnění“ v příloze č. 1 této Rámcové dohody musí rovněž splňovat veškeré technické parametry definované v oddíle „Technické podmínky“ v příloze č. 1 této Rámcové dohody. Dále bude Zboží splňovat veškeré technické standardy a normy předepsané platnou legislativou České republiky. Prodávající podpisem této Rámcové dohody zejména prohlašuje, že Zboží je:
- a) ve výlučném vlastnictví Prodávajícího a neváznou na něm zástavy ani žádná jiná práva třetích osob.
 - b) nové, originální, nepoužité a nemá žádné vady faktické ani právní
10. Neposkytnutí součástí předmětu plnění dle čl. I. odst. 8 této Rámcové dohody a nesplnění technických parametrů definovaných v příloze č. 1 této Rámcové dohody, technických standardů a norem předepsaných platnou legislativou České republiky se považuje za podstatné porušení této Rámcové dohody.
11. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost dodat a předat Kupujícímu Zboží specifikované v oddíle „Technická specifikace nabízeného plnění“ v příloze č. 1 této Rámcové dohody do místa plnění a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Prodávající odpovídá za to, že dodávka Zboží bude provedena s odbornou péčí a v souladu se všemi platnými právními předpisy, touto Rámcovou dohodou i příslušnými přílohami k této Rámcové dohodě a s relevantními technickými a kvalitativními normami.
12. Kupující se zavazuje řádně a včas Zboží převzít. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu za podmínek a způsobem uvedeným v této Rámcové dohodě. Kupující se stává vlastníkem Zboží a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího podpisem Předávacího protokolu specifikovaného v čl. 5.7 této Rámcové dohody.

II.

POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH KUPNÍCH SMLUV

1. Smlouvy na plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných podle této rámcové dohody budou vždy uzavírány na základě výzev kupujícího k poskytnutí plnění (objednávky). Každá jednotlivá výzva-objednávka je

návrhem na uzavření smlouvy za technických a obchodních podmínek definovaných touto rámcovou dohodou. Prodávající přijetí výzvy (objednávky) písemně potvrdí nejpozději třetí pracovní den po jejím doručení e-mailem na e-mail kupujícího [REDACTED]@med.muni.cz. Doručení potvrzení je považováno za přijetí návrhu a okamžik uzavření smlouvy o plnění dílčí veřejné zakázky. V případě pochybností se má za to, že výzva (objednávka) kupujícího je doručena nejpozději třetí pracovní den po odeslání objednávky v souladu s tímto článkem.

Účinnost smlouvy o plnění dílčí veřejné zakázky (Výzvy-objednávky) vzniká okamžikem uveřejnění Výzvy-objednávky v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

2. Oprávněnými osobami k podpisu výzvy-objednávky dle této rámcové dohody je na straně kupujícího **děkan Lékařské fakulty**.
3. Výzvy-objednávky k plnění jednotlivých dílčích veřejných zakázek (dále jen objednávka) na plnění z této rámcové dohody bude kupující zadávat e-mailem na e-mail prodávajícího [REDACTED]@kavokerr.com. Objednávka musí obsahovat nejméně:

- a) název rámcové dohody - „**Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU - rámcová dohoda 2020-2023**“
- a) datum jejího uzavření
- b) název dílčí veřejné zakázky, tj. číslo Výzvy-objednávky přidělené Kupujícím
- c) vymezení předmětu plnění veřejné zakázky (přesná specifikace položky a množství)
- d) identifikační údaje zadavatele – IČ:0016224, DIČ: CZ00216224, název: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, příp. název konkrétního pracoviště,
- e) identifikaci konečného příjemce v rámci MU (místo odevzdání zboží kupujícímu) vč. uvedení kontaktní osoby pro odevzdání a převzetí zboží,
- f) identifikaci prodávajícího
- g) vymezení předmětu plnění veřejné zakázky (přesná specifikace položky určení věcí dle přílohy č. 1) – položkový seznam požadovaných věcí,
- h) požadované množství,
- i) jednotkovou cenu v Kč bez DPH
- j) cenu celkem v Kč bez DPH, výše částky DPH v Kč a cenu celkem v Kč včetně DPH
- k) registrační číslo projektu, v případě, že budou věci hrazeny z fondů EU.
- l) podpis oprávněné osoby kupujícího

4. Smluvní strany si sjednávají, že při uzavírání smluv na dílčí veřejné zakázky se má za to, že Prodávající potvrdil výzvu-objednávku písemně také tehdy, pokud je potvrzení provedeno z e-mailové adresy uvedené v článku II. odst. 3 této rámcové dohody, nebo odesláno emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem.

5. MÍSTO PLNĚNÍ, LHŮTA PLNĚNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Místem plnění je **Stomatologická klinika Lékařské fakulty MU, společné pracoviště LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, nacházející se v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, Staré Brno, 656 91 Brno, [REDACTED]**, následně upřesní níže uvedená kontaktní osoba pro převzetí dodávky Zboží (přístroje).

Kontaktní osoba pro převzetí dodávky Zboží: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]@mail.muni.cz

5.2 Prodávající se zavazuje veškeré Zboží z Výzvy-objednávky řádně dodat a protokolárně předat Kupujícímu nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění Výzvy-objednávky v

Registru smluv (dále také „termín předání a převzetí Zboží“). Kupující přijme i dřívější dodávku Zboží, avšak není povinen přijmout dodávku Zboží přede dnem nabytí účinnosti Výzvy-objednávkou. Prodávající je povinen informovat kontaktní osobu Kupujícího pro převzetí dodávky Zboží o přesném termínu dodávky Zboží, a to nejpozději 5 dnů před realizací dodávky Zboží, tj. před termínem předání a převzetí Zboží. Prodlení Prodávajícího se splněním dodávky Zboží a jejím předáním se považuje za podstatné porušení této rámcové dohody.

5.3 Kupující zašle vyznění o zveřejnění Výzvy-objednávkou v Registru smluv na tento e-mail prodávajícího: [REDACTED]@kavokerr.com, a to nejpozději následující pracovní den po zveřejnění Výzvy-objednávkou v Registru smluv.

5.4 Termín předání a převzetí zboží může být přiměřeně prodloužen:

- jestliže dojde k přerušení přípravy dodání Zboží na základě písemného pokynu Kupujícího.
- jestliže dojde k přerušení přípravy dodání zboží způsobeného nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli stran (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

Prodloužení Termínu předání a převzetí se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků Kupujícího sjednaných touto rámcovou dohodou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že Prodávající učinil veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran.

5.5 Dodávka se považuje podle této Rámcové dohody za splněnou a řádně provedenou, pokud Zboží bylo:

- řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
- řádně nainstalováno a řádně uvedeno do provozu,
- uživatelé byli technicky a aplikačně seznámeni s obsluhou
- protokolárně převzato Kupujícím na místě dle čl. 5.1 této rámcové dohody, formou protokolu o předání, převzetí Zboží (dále jen „Předávací protokol“)

Ujednání o závazku poskytovat Kupujícímu servis po dobu celé záruční lhůty (čl. IV odst. 1 této rámcové dohody) tím není dotčeno.

5.6 Den protokolárního převzetí Kupujícím dle čl. II odst. 5.5 této rámcové dohody je dnem zdanitelného plnění dle čl. III odst. 8 této rámcové dohody.

5.7 O splnění dodávky Zboží bude vyhotoven Předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti a přílohy:

- název a sídlo Prodávajícího a Kupujícího,
- identifikace rámcové dohody a dílčí smlouvy (výzvy-objednávkou),
- označení dodaného Zboží včetně výrobního čísla,
- datum podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky,
- stav Zboží v okamžiku jeho předání a převzetí,
- seznam předaných dokladů a dokumentace,
- seznam uživatelů technicky a aplikačně seznámených s obsluhou
- ověření, zda bylo splněno řádně.

5.8 Splněním dodávky Zboží stvrzeným podpisem kontaktních osob podle této rámcové dohody na Předávacím protokolu, přechází na Kupujícího nebezpečí vzniku škody na Zboží, přičemž tato skutečnost nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad Zboží. Do doby splnění dodávky nese nebezpečí vzniku škody na dodávce Zboží Prodávající.

6. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak platí, že předmět plnění z této výzvy-objednávkou odevzdá prodávající najednou.
7. Kupující bude odebírat od prodávajícího jednotlivé druhy zboží dle svých aktuálních potřeb, jež vyvstanou v průběhu plnění rámcové dohody. Odebrané množství zboží v rámci jedné výzvy-objednávkou, nebude mít vliv na výši jednotkové ceny za jednotlivé druhy zboží. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto

jinak platí, že kupující bude odesílat výzvy-objednávkou souhrnně vždy 1x ročně a to vždy ve 2 čtvrtletí daného kalendářního roku.

8. V případě, že výzva - objednávka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, prodávající výzvu-objednávkou není povinen potvrdit, neodkladně však upozorní kupujícího na nedostatky výzvy - objednávky a poskytne kupujícímu součinnost nezbytnou pro odstranění vad výzvy - objednávky.

III.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena – dílčí ceny za Zboží a jeho příslušenství jsou stanoveny na základě nabídky Prodávajícího předložené v rámci zadávacího řízení jako cena maximální a nepřekročitelná pro dodávky Zboží vymezené v Položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této rámcové dohody, a to v Kč bez DPH.

Uvedené ceny obsahují veškeré náklady spojené s dodávkou zboží zejména náklady pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, náklady na dopravy zboží do místa plnění, až na místo určené kupujícím. Sjednaná kupní cena je nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách.

Celková kupní cena za poskytnuté plnění prodávajícím na základě této rámcové dohody nesmí přesáhnout částku **9 000 000 Kč bez DPH**.

2. Kupní cena v rámci příslušné výzvy-objednávkou bude stanovena jako součet cen za příslušné druhy Zboží zadané na základě příslušné výzvy-objednávkou dle požadovaného množství daného Zboží kupujícím a jednotkové ceny daného druhu Zboží uvedené v příloze č. 2 této rámcové dohody.
Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny v této rámcové dohodě uvedené se rozumí bez daně z přidané hodnoty. Prodávající je oprávněn ke kupní ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). DUZP je den převzetí věci.
3. Každá dodávka realizována na základě jednotlivé výzvy – objednávky (dále jen „dodávka“) bude fakturována samostatným daňovým dokladem, datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum oboustranné podpisy převzetí dodávky oprávněnými osobami obou smluvních stran na dodacím listu. Tento dodací list musí být přílohou příslušného daňového dokladu.
4. Kupující neposkytne Prodávajícímu žádné zálohy.
5. Kupní cena bude uhrazena po řádném předání a převzetí dodávky zboží dle článku II. této rámcové dohody na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Prodávajícím.
6. Lhůta splatnosti faktury Prodávajícího je 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení bezchybné faktury do sídla Kupujícího. Smluvní strany si sjednávají, že se § 1963 Občanského zákoníku pro úpravu splatnosti faktur nepoužije a bude nahrazen ujednáními této rámcové dohody.
7. Faktura musí být Prodávajícím doručena do 14 dnů od okamžiku splnění dodávky. V případě nesplnění této lhůty je Prodávající v prodlení, které vylučuje prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny.
8. Faktura Prodávajícího musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 odst. 1 Občanského zákoníku. K faktuře bude dále přiložena příloha – Dodací list. Faktura musí obsahovat zejména:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Kupujícího včetně DIČ
 - identifikační údaje Prodávajícího včetně DIČ,
 - náležitosti obchodní listiny
 - **bankovní účet, na který má být provedena platba, který však musí být správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.**
 - popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědného osoby Prodávajícího
- přílohy:
 - originál oboustranně podepsaného Dodacího listu

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude Kupujícím vrácena k opravě bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury. Za nesplněnou náležitost faktury se považuje rovněž uvedení účtu, který není zveřejněn správcem daně ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také jen ZoDPH). V tomto případě bude, dle volby Kupujícího, buď faktura vrácena bez proplacení, nebo zaplacená na jiný účet Prodávajícího, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH.

9. Prodávající je povinen neprodleně písemnou formou informovat Kupujícího o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1 písm. a), b) a c) ZoDPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení zdanitelného plnění dle ZoDPH. Kupující si v případě obdržení takovéto informace o skutečnostech uvedených § 109 odst. 1 písm. a), b) a c) ZoDPH vyhrazuje právo uhradit za Prodávajícího daň (dále jen „DPH“) ze zdanitelného plnění dle této rámcové dohody přímo jeho příslušnému správci daně. V případě nedodržení informační povinnosti dle tohoto článku je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu dle článku V. odst. 3 této rámcové dohody.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 1. 4. 2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že Kupující, dle § 109 odst. 3 ZoDPH ručí jako příjemce zdanitelného plnění k okamžiku jeho uskutečnění za nezaplacenou DPH z tohoto plnění.
11. Pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je Prodávající zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Kupujícího, je Kupující oprávněn zaplatit Prodávajícímu pouze kupní cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů. O provedené úhradě DPH správci daně bude Kupující Prodávajícího informovat kopií oznámení pro správce daně dle § 109 a) ZoDPH bez zbytečného odkladu.
12. Peněžitý závazek (dluh) Kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Kupujícího, a to i v případě, že Kupující plní dle výše uvedeného článku příslušnému správci daně.

IV. ZÁRUKA

1. Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho předání, vady zjištěné v období mezi předáním dodávky Kupujícímu a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době. Prodávající garantuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti specifikované touto rámcovou dohodou, zejména všech vlastností definovaných v příloze č.1 této rámcové dohody a že v průběhu záruční doby bude způsobilé k použití k účelu definovanému v čl. I. této rámcové dohody. Záruční doba za jakost dodaného zboží na celý předmět plnění činí:

60 měsíců

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky/dodacího listu Kupujícím.

2. Pro dodávky Zboží, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, minimálně však v délce dle čl. IV odst. 1 této rámcové dohody.

3. Požadavek na odstranění vad Zboží, které se projeví v období v záruční době, Kupující uplatní u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce Prodávajícího (reklamaci). I reklamáce odeslaná Kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci Kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Kupující je oprávněn požadovat
 - odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná
 - odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby nejméně potřetí či vznikne-li na Zboží v průběhu záruční doby více než pět různých vad, má Kupující právo požadovat odstranění vady dodáním nového plnění nebo odstoupit od dílčí výzvy-objednávkou nebo od této rámcové dohody, i když třetí stejná či šestá různá či poslední vzniklá vada je vada odstranitelná opravou.

4. Na záruční opravy nastoupí prodávající v místě instalace Zboží dle této rámcové dohody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to v pracovní dny v pracovní době nejpozději **do 2. pracovního dne ode dne doručení reklamace Kupujícím.**
5. Prodávající se dále zavazuje odstranit vadu a opravit Zboží nebo část Zboží a uhradit veškeré náklady s tím spojené, nejpozději: **do 3. pracovního dne nebude-li nutné použít náhradní díly a do 5 pracovních dnů v případě nutnosti náhradní díly použít. Lhůta pro odstranění vad počíná běžet okamžikem doručení reklamace Kupujícího.** V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady Prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.

Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zavazuje se Prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat Kupujícího a dodat Kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní Zboží, nejpozději však do 30 dní ode dne, kdy se o této skutečnosti Prodávající dozvěděl a převést vlastnické právo k náhradnímu Zboží na Kupujícího. Náhradní Zboží musí splňovat veškeré požadavky Kupujícího na jakost, provedení, vlastnosti, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto rámcovou dohodou pro původně dodané Zboží, při zachování kompatibility Zboží s jinými uvedenými technologiemi a při zachování totožných nebo lepších parametrů Zboží oproti parametrům Zboží původně sjednaného v této rámcové dohodě. V takovém případě začíná běžet na náhradní Zboží nová záruční doba dle čl. IV. Odst 1 této rámcové dohody. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného Zboží a dodávku náhradního Zboží za podmínek dle této rámcové dohody včetně veškerých souvisejících nákladů hradí Prodávající.

6. I v případech, kdy Prodávající reklamaci neuzná, je Prodávající povinen vadu po odsouhlasení Kupujícím odstranit - v takovém případě Prodávající písemně Kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Kupujícího. Pokud Prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Kupující. V případě, že reklamáce bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo Kupujícího na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace Prodávajícímu. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval neoprávněně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
7. O odstranění reklamované vady sepiší prodávající a Kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. O dobu, která uplynula mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady, se záruční doba prodlužuje. Na části Zboží, které byly v rámci záruky vyměněny za nové, počíná běžet nová záruční doba dle čl. IV odst 1. této rámcové dohody ode dne podepsání protokolu o odstranění vady.
8. V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo pokud Prodávající odmítne vadu odstranit, je Kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

9. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad Zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem Zboží, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak.
10. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2099 a násl. Občanského zákoníku nejsou ujednáními této rámcové dohody dotčena či omezena.
11. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2113 a násl. Občanského zákoníku nejsou ujednáními této rámcové dohody dotčena či omezena.

12. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- a. Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Náklady na provedení veškerých servisních úkonů během záruční doby, u kterých byla uznána reklamace, jsou již zahrnuty v kupní ceně zboží dané výzvy-objednávkou.

Veškeré servisní úkony se Prodávající zavazuje provádět v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, zejména Prodávající nebo poddodavatel Prodávajícího provádějící servis, bezpečnostně servisní kontroly a elektrické revize musí být registrován na Ministerstvu zdravotnictví a Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL – RZPRO) pod evidenčními čísly, tuto skutečnost je Prodávající nebo poddodavatel Prodávajícího povinen na žádost Kupujícího na vyžádání kdykoliv předložit.

- b. Prodávající je povinen po celou dobu životnosti Zboží (přístroje) minimálně však **po dobu 10 let** ode dne uplynutí posledního dne záruční doby za jakost dle čl. IV odst 1 této rámcové dohody zabezpečit na výzvu Kupujícího za úplatu v ceně místně a čase obvyklé pozáruční servis včetně preventivních prohlídek, a to ve lhůtách stanovených pro záruční servis v čl. IV odst 4 a 5 dle této rámcové dohody. Náklady na pozáruční servis hradí Kupující.
- c. Náklady na pozáruční servis hradí Kupující. V případě, že náklady na odstranění vady přesáhnou 40 000 Kč je Prodávající povinen práce na odstraňování vad pozastavit, informovat Kupujícího o výši nákladů a vyčkat na schválení vynaložených nákladů ze strany Kupujícího. Lhůta na odstranění vad dle čl. 7.2. počíná běžet od začátku dnem doručení schválení vynaložených nákladů Prodávajícímu.
- d. Na všechny části přístroje bude Prodávajícím poskytnuta garance dostupnosti náhradních dílů minimálně po dobu **10 let** ode dne uplynutí posledního dne záruční doby.

V.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Pokud bude Prodávající v prodlení s termínem potvrzení výzvy-objednávkou je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny (bez DPH) předmětu plnění dané výzvy-objednávkou za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude Prodávající se splněním dodávky Zboží v prodlení proti Termínu předání a převzetí dodávky sjednanému podle dané výzvy-objednávkou, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny (bez DPH) předmětu plnění dané výzvy-objednávkou za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud prodlení Prodávajícího se splněním dodávky Zboží proti Termínu předání a převzetí dodávky sjednanému dle této rámcové dohody přesáhne čtrnáct dnů, je Kupujícímu oprávněn Prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,10% z nabídkové ceny (bez DPH) předmětu plnění dané výzvy-objednávkou za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud Prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny (bez DPH) předmětu plnění dané výzvy-objednávkou za každou reklamovanou vadu, u níž je Prodávající v prodlení, za každý den prodlení.

5. Pokud bude Kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu a neprokáže, že toto prodlení bylo způsobeno opožděným uvolněním prostředků státního rozpočtu, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Úrok z prodlení dle tohoto odstavce se nepočítá z DPH, kterou Kupující odvede přímo na účet správce daně Prodávajícího dle článku III. odst 10 a 12 této rámcové dohody.
6. Pokud Prodávající neodstraní poruchu Zboží vzniklou do doby dle článku IV. odst 12 písm. b). této rámcové dohody po uplynutí záruční lhůty, popř. neprovede pozáruční servis na základě výzvy kupujícího dle čl. IV. odst 12 písm. b) této rámcové dohody, ve lhůtě stanovené čl. IV. odst 12 písm. b) této rámcové dohody je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Kupní ceny (bez DPH) za každou poruchu, s jejímž odstraněním je Prodávající v prodlení, za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce se neuplatní v případech, kdy je vada Zboží neodstranitelná z objektivních důvodů.
7. V případě nedodržení informační povinnosti dle čl. III odst. 9 této rámcové dohody je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z výše této potenciálně nezaplacené daně (z částky, jakou Kupující ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 odst. 1 písm. a) ZoDPH).
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Prodávajícího, na niž se sankce vztahuje. Smluvní strany se dohodly, že pro uplatnění smluvní pokuty a nároku na náhradu škody vyplývající z porušení této rámcové dohody se nepoužije § 2050 Občanského zákoníku.
9. Strany mají povinnost nahradit škodu dle § 2909 a následující Občanského zákoníku. Škoda se hradí v penězích.
10. Smluvní pokuty dle této rámcové dohody se hradí na základě faktur. Strana, která je povinná smluvní pokutu uhradit, tak musí učinit nejpozději do třiceti (30) dnů od dne obdržení příslušné faktury. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Prodávajícího, na niž se sankce vztahuje. Smluvní strany se dohodly, že pro uplatnění smluvní pokuty a nároku na náhradu škody vyplývající z porušení této rámcové dohody se nepoužije § 2050 Občanského zákoníku

VI.

DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY

1. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. **Tato rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona o Registru smluv. Tato rámcová dohoda je uzavřena do 30. 8. 2023 nebo do vyčerpání částky (tj. poskytnutí plnění prodávajícím ve výši) 9 000 000 Kč bez DPH, podle toho co nastane dříve.**

VII.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah založený touto rámcovou dohodou může být ukončen splněním předmětu plnění, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od této rámcové dohody.
2. Kupující je oprávněn od této rámcové dohody odstoupit v následujících případech:
 - že dojde k podstatnému porušení povinností uložených Prodávajícímu touto rámcovou dohodou,
 - že proti majetku Prodávajícího bude vedeno insolvenční řízení;
 - že dojde k nepodstatnému porušení povinností uložených Prodávajícímu touto rámcovou dohodou, které Prodávající v dodatečně poskytnuté lhůtě neodstraní;
 - že Prodávající nebude i přes písemnou výzvu Kupujícího respektovat pokyny Kupujícího.

3. Prodávající je oprávněn od této rámcové dohody odstoupit v případě podstatného porušení povinností Kupujícího podle této rámcové dohody, přičemž za podstatné porušení této rámcové dohody se považuje na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této rámcové dohody ve lhůtě delší 30 ti dní po dni splatnosti příslušné faktury splňující náležitosti specifikované v čl. III odst. 8 této rámcové dohody.
4. Účinnost odstoupení od této rámcové dohody nastává doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. V pochybnostech platí, že oznámení o odstoupení od dohody je doručeno druhé smluvní straně třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání u provozovatele poštovní licence.
6. V případě, že nastanou důvody k předčasnému ukončení rámcové dohody dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. V pochybnostech platí, že výpověď je doručena druhé straně třetím kalendářním dnem ode dne jejího podání u provozovatele poštovní licence. Ukončí-li rámcovou dohodu výpovědí prodávající, je povinen dokončit plnění všech veřejných zakázek zadaných kupujícím do dne předcházejícího poslednímu dni výpovědní lhůty.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Účastníci této rámcové dohody se dohodli, že závazkové vztahy výslovně neupravené touto rámcovou dohodou se řídí občanským zákoníkem.
2. Nedílnou součástí rámcové dohody jsou její přílohy, a to:
 - Příloha č. 1 - příloha č. 1 obsahuje tyto části - oddíly:
 - (oddíl Technické podmínky – technická specifikace stanovená zadavatelem)
 - (oddíl Technická specifikace nabízeného plnění – technická specifikace nabízená uchazečem)
 Součástí přílohy č. 1 této rámcové dohody je i oficiální technická a obrazová dokumentace zboží tj. oficiální technický list výrobce. Pokud nebylo možné oficiální technický list výrobce z objektivních důvodů zajistit, je doložena podrobná kompletní technická specifikaci nabízeného přístroje.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním této rámcové dohody a přílohami této rámcové dohody je rozhodující znění této rámcové dohody. V případě kontradikce mezi částmi (oddíly) přílohy č. 1 této rámcové dohody tj. mezi Technickými podmínkami a Technickou specifikací nabízeného plnění je rozhodující údaj uvedený v části Technické podmínky v příloze č. 1 této rámcové dohody.
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
 - Příloha č. 3 - Vzor výzvy – objednávky
3. Rámcová dohoda bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou Smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně, dohodnout, že rámcovou dohodu uzavřou v listinné podobě. V případě uzavření rámcové dohody v listinné podobě je tato rámcová dohoda vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
4. Tato rámcová dohoda může být změněna nebo doplněna jen oboustranně podepsaným písemným dodatkem.
5. V případě, že v průběhu plnění této rámcové dohody dojde k modifikaci Zboží, bude nahrazeno novějším modelem/ typem Zboží, bude pozměněno výrobní označení/ katalogové číslo, případně dojde k jakémoliv změně v dodávané specifikaci, vlastnostech nebo charakteristice Zboží, nebo Zboží, jenž je předmětem této dohody již nebude dostupné nebo nebude vyráběno, je Prodávající povinen o této skutečnosti Kupujícího neprodleně informovat. V takovém případě může dojít k přechodu na modifikovaný (pozměněný) typ Zboží a

prodávající oprávněn v takovém případě dodávat tento modifikovaný (pozměněný) typ Zboží, pouze při splnění následujících podmínek:

- a) modifikovaný (pozměněný) typ Zboží bude splňovat požadavky Kupujícího na jakost, provedení, vlastnosti a případně další požadavky, které Kupující od původně dodávaného Zboží očekával
- b) nedojde k navýšení kupní ceny
- c) obě smluvní strany budou s nahrazením původně dodávaného Zboží souhlasit

Přechod na nový model/ typ Zboží nebo modifikovaný (pozměněný) typ Zboží bude sjednán uzavřením dodatku k této rámcové Dohodě.

V případě, že Kupující nebude s přechodem na nový model/ typ nebo modifikovaný (pozměněný) typ Zboží souhlasit a původně v rámcové dohodě uvedené Zboží je nedostupné, je Kupující oprávněn odstoupit částečně či zcela od dané dílčí smlouvy uzavřené akceptací výzvy-objednávky zaslané na základě této rámcové dohody.

6. Prodávající bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se při výkonu finanční kontroly podle uvedeného předpisu spolupůsobit. Tato povinnost se týká rovněž těch částí rámcové dohody a dokumentů souvisejících s plněním této rámcové dohody, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Prodávající se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat také své případné subdodavatele.
7. V souladu s ustanovením § 219 ZZVZ je Prodávající povinen strpět uveřejnění této rámcové dohody včetně případných dodatků zadavatelem a poskytnout plnou součinnost ke splnění povinností vyplývajících ze znění tohoto ustanovení ZZVZ.
8. Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato rámcová dohoda bude Kupujícím zveřejněna v Registru smluv dle zákona o Registru smluv.
9. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem této rámcové dohody si vzájemně vyjasnily, které části rámcové dohody podléhají utajení a nebudou zveřejněny v Registru smluv.
10. Nezveřejní-li Smluvní strany část této rámcové dohody v Registru smluv dle zákona o Registru smluv, sledují tím ochranu vzájemných legitimních zájmů, zejména ochranu práv duševního vlastnictví, obchodní tajemství, know-how, utajovaných informací, osobních údajů nebo obdobnou ochranu práv třetích osob.
11. Dojde-li k situaci předvídané v ustanovení § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o Registru smluv (zrušení rámcové dohody od počátku), Smluvní strany se zavazují:
 - a. jednat takovým způsobem, aby došlo ke konvalidaci následků, tedy provedení opravy tím, že zveřejní příslušné části rámcové dohody v Registru smluv;
 - b. pokud i přes rozhodnutí soudu nebo nadřízeného orgánu považují ochranu zájmů uvedených v odstavci 8 tohoto článku za opodstatněnou, budou respektovat práva vzájemně nabytá v dobré víře a v této souvislosti se zavazují, že vůči sobě nebudou uplatňovat právo na vydání bezdůvodného obohacení a nebudou požadovat vrácení poskytnutého plnění a že žádná ze Smluvních stran nepostoupí pohledávku na vydání bezdůvodného obohacení/vrácení poskytnutého plnění ze zrušené dohody na třetí osobu. Rovněž se vůči sobě vzdávají práva na náhradu škody vzniklé v souvislosti s nezveřejněním nebo nesprávným či neúplným zveřejněním rámcové dohody v Registru smluv.
12. Smluvní strany sjednávají, že případné zrušení rámcové dohody dle zákona o Registru smluv se nedotýká:
 - a. práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, pokud již dospěly,
 - b. práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti,
 - c. zajištění dluhu,
 - d. ujednání dle bodu 9 tohoto článku, ani

- e. ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od rámcové dohody, zejména ujednání o způsobu řešení sporů
13. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této rámcové dohody neplatným nebo neúčinným, nezpůsobuje to neplatnost, resp. neúčinnost ostatních ustanovení této rámcové dohody a otázky, které jsou předmětem takového ustanovení neplatného, resp. neúčinného, budou posuzovány podle úpravy obsažené v obecně závazných právních předpisech, které svým účelem nejlépe odpovídají předmětu úpravy ustanovení neplatného, resp. neúčinného.
14. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si tuto rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že rámcová dohoda představuje úplnou dohodu mezi nimi a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Datum:

Kupující: Masarykova univerzita

Jméno a příjmení, funkce:
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.,
děkan LF MU

Podpis:

.....

Datum:

Prodávající: SpofaDental a.s.

Jméno a příjmení, funkce:
Ing. Blanka Koudelková, Ing. Petr Švec
prokuristé SpofaDental a.s.

Podpis:



Příloha č. 1 (Technické podmínky a technická specifikace nabízeného plnění)

Součástí přílohy č. 1 této rámcové dohody je i oficiální technická a obrazová dokumentace zboží tj. oficiální technický list výrobce. Pokud nebylo možné oficiální technický list výrobce z objektivních důvodů zajistit, je doložena podrobná kompletní technická specifikaci nabízeného přístroje.

Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU

TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem		TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)	Zadavatelem požadovaná hodnota	Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technická požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)

Obecné požadavky zadavatele na přístroj (zařízení) stomatologická souprava jako celek:

Zařízení je plánováno pro klinickou výuku studentů zubního lékařství a bude umístěno na výukovém sále na stomatologické klinice. Souprava s pevným plivatkovým blokem a samostatné stojícím křeslem pro pacienta. Součástí jsou i židle pro ošetřujícího a asistenci.

Vzhledem ke skutečnosti, že stomatologické soupravy budou instalovány na společné pracoviště LF MU a FNUSA, kdy budova a místnosti (místo plnění) jsou v majetku FNUSA, tedy dodávka bude realizována do objektu jenž je v majetku jiného subjektu než je zadavatel, je naprosto nezbytné, aby byly stomatologické soupravy, plnohodnotné a plně kompatibilně napojeny na stávající rozvody - inženýrské sítě (elektrina, voda, vzduch, odpad) bez nutnosti realizace jakýchkoliv stavebních úprav. Dodavateli bude v případě potřeby umožněno pouze uchycení patientského křesla do podlahy dané místnosti.

Vzhledem k dispozičnímu řešení místnosti a velmi omezenému prostoru není možné pro zachování uživatelské obsluhy stomatologickou soupravu umístit ani natočit žádným jiným způsobem než na pravo od stávajících rozvodů. Z pohledu pacienta sedícího/ležícího na křesle jsou rozvody umístěny v levé přední části.

Set stomatologická souprava pro klinickou výuku studentů

Set/soubor stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů jako celek je tvořen - 1 kusem Stomatologické soupravy a 2 kusy Stomatologických ordinačních židlí a prováděním bezpečnostně technických kontrol dle čl. I odst. 8 písm. g) návrhu rámcové dohody po celou dobu trvání záruky.

Položka č. 1 Stomatologická souprava			Model - typové/výrobní označení	Výrobce
Počet kusů: 1 ks			Estetica E50 Life S (S = označení pro horní vedení bičů)	KaVo
Pacientské křeslo			Účastníkem nabízená hodnota	
	Samostatně stojící křeslo, nezávislé na těle jednoty.	ANO	Samostatně stojící křeslo, nezávislé na těle jednotky	
HK č. 3	Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku	min. 370 mm a níže	350 mm	
HK č. 4	Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku	min. 800 mm a výše	830 mm	
	Nosnost křesla v celém rozsahu	min. 180 kg	185 kg	
	Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a nožního ovládání	ANO	ANO	
	Opěrka pro ruce pacienta - vlevo.	ANO	ANO	
	Polohovatelná opěrka hlavy	ANO	ANO	
	Držák pro uchycení světla	ANO	ANO	
	Příprava na suché sání.	ANO	ANO	

	Separátor amalgámu	ANO
	Účinnost odlučování	minimálně 97 % dle normy ČSN EN ISO 11 143
HK č. 2	Vnitřní paměť pro možnost uložení nastavení patientského křesla (polohy křesla, funkce a počet otáček pohonů). Nikoli přes USB rozhraní.	pro 2 a více ošetřujících (uživatelů)
	Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení (odstinu) křesla přímo z katalogu výrobce	ANO
Ovládací panel (stolek) na straně asistence		
	Ovládací panel - poloha křesla, oplach plivátka, napouštění pohárku.	ANO
	Výškově nastavitelné rameno.	ANO
	pracovní pozice	alespoň 4 pracovní pozice
	Malá savka	ANO
	Velká savka	ANO
	funkční pistole	ANO, alespoň 3 funkční pistole - voda, vzduch, sprej
	LED polymerační lampa	ANO
	Výkon polymerační lampy	min 1000 mW/cm2
Operační světlo		
	Intenzita osvětlení	min. 35 000 LUX
	Zdroj světla: LED	ANO
Ovládací panel (stolek) na straně lékaře		
	Ovládací panel - poloha pacienta, ovládání plivátka a pohárku, operačního světla, pohonů s násadci.	ANO
	Počet pracovních pozic ovládacího panelu	minimálně 6 pracovních pozic
	jedna pozice 3 funkční pistole (vzduch, voda, sprej)	ANO
	jedna vzduchová pozice vč. hadice a LED světelné rychlospojky s násadcem (turbína)	ANO
	jedna pozice pro ultrazvuk vč. LED světelného handpiece a koncovky pro odstranění zubního kamene	ANO
	jedna pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor vč. násadce s červeným kódem (tzv. do rychla).	ano, rozsah otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000/min
	jedna pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor vč. násadce s modrým kódem	ano, rozsah otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000/min
	jedna pozice volná pro možnost upgradu v budoucnu.	ANO
	Horní vedení hadic s možností aretace	ANO
	Délka hadic	minimálně 90 cm
Nožní ovladač		

ANO
účinnost 97,9%
6 uživatelů
ANO
ANO
ANO
4 pracovní pozice
ANO
ANO
3F pistole - voda, vzduch, sprej
ANO
1250 - 2000 mW/cm2
35.000 LUX
ANO
ANO
6 pracovních pozic
ANO
ANO
ANO
bezuhlíkový LED světelný rozsah otáček 100 - 40 000 a červený násadec EXPERTmatic E25 L
bezuhlíkový LED světelný rozsah otáček 100 - 40 000 a modrý násadec EXPERTmatic E20 L
ANO
ANO - zadavatel si zvolí na kterých pozicích bude aretace - pro označení horního vedení používá výrobce písmeno "S" (viz též návod strana 20)
90 cm

Ovládání polohy křesla a předvolené pozice soupravy	ANO
Ovládání stomatologických pohonů	ANO
Možnost regulace výkonu stom. pohonů během práce s nimi	ANO

ANO
ANO
ANO

prohlášení o shodě dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě).	ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace
Registrace přístroje jako zdravotnického prostředku na SUKL	ANO, účastník uvede registrační číslo, případně doloží kopii dokladu o provedené registraci nebo kopii podané žádosti o registraci účastník doloží v rámci technické specifikace
dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy	ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace
stomatologické soupravy budou instalovány na společné pracoviště LF MU a FNUSA, kdy budova a místnosti (místo plnění) jsou v majetku FNUSA, tedy dodávka bude realizována do objektu jenž je v majetku jiného subjektu než je zadavatel, je naprosto nezbytné, aby byly stomatologické soupravy plnohodnotně a plně kompatibilně napojeny na stávající rozvody - inženýrské sítě (elektrina, voda, vzduch, odpad) bez nutnosti realizace jakýchkoliv stavebních úprav. Dodavateli bude v případě potřeby umožněno pouze uchycení patientského křesla do podlahy dané místnosti.	ANO
Vzhledem k dispozičnímu řešení místnosti a velmi omezenému prostoru není možné pro zachování uživatelské obsluhy stomatologickou soupravu umístit ani natočit žádným jiným způsobem než na pravo od stávajících rozvodů. Z pohledu pacienta sedícího/ležícího na křesle jsou rozvody umístěny v levé přední části.	ANO

ANO - viz příloha
ANO - viz příloha
ANO - viz příloha
ANO
ANO

Položka č. 2 Stomatologická ordinační židle		
Počet kusů: 2 ks		
Stomatologická ordinační židle otočná s kolečky	ANO	
Nastavení výšky sedáku	minimálně v rozmezí 47 cm až 64 cm	
Nastavitelný sklon sedáku	minimálně 10%	
Nastavitelný sklon opěrky zad	minimálně 25%	
Hloubka sedáku	z rozsahu 350 - 410mm	
Průměr základny	z rozsahu 450 - 540mm	
ergonomicky tvarované polstrované opěradla a sedáku	ANO	

Model - typové/výrobní označení	Výrobce
PHYSIO Evo	KaVo
Účastníkem nabízená hodnota	
ANO	
46,5 cm až 66 cm	
15%	
30%	
380 mm	
535 mm	
ANO	


zaoblená stehenní podpora	ANO	ANO
přirozená anatomická poloha	ANO	ANO
snadno omyvatelný a dezinfikovatelný povrch pro snadné udržování hygieny a rychlého a účinného čištění povrchu židle	ANO	ANO
židle vhodná pro intenzivní každodenní používání a čištění (omývání)	ANO	ANO
kovový kříž	ANO	ANO
Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení (odstínu) přímo z katalogu výrobce.	ANO	ANO
Kolečka	ANO	ANO

☐ takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky


3 Popis výrobku

3.1 Jednotka pro ošetření - varianty


3.1.1 KaVo ESTETICA E50 Life TM



3.1.2 KaVo ESTETICA E50 Life S




3.2 Křeslo pro pacienty Standard a COMPACTchair




- ① Opěrka hlavy
- ③ Základna křesla
- ⑤ Opěrka rukou (volitelně)

- ② Opěradlo
- ④ Sedadlo

3.3 Těleso přístroje s částí pro pacienta (volitelně)



- | | |
|---|---|
| ① Část pro pacienty (volitelně) | ② Těleso soupravy
V tělese soupravy je umístěno centrální řízení. |
| ③ Láhev s tlakovou vodou (doplňkové vybavení) | ④ Plivátko |
| ⑤ Plnič pohárku | ⑥ Napájecí prvek
Přívod elektřiny, vody, stlačeného vzduchu, odpad vody a vzduch na odsávání |
| ⑦ Nožní spouštěč | |




E50 Life s Centramat

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Část pro pacienty (volitelně) | ② Těleso soupravy
V tělese soupravy je umístěno centrální řízení. |
| ③ Centramat
(doplňkové vybavení) | ④ Plivátko |
| ⑤ Plnič pohárku | ⑥ Napájecí prvek
Přívod elektřiny, vody, stlačeného vzduchu, odpad vody a vzduch na odsávání |
| ⑦ Nožní spouštěč | |

3.4 Strana lékaře - varianty

3.4.1 TM stůl




- | | |
|---------------------------------|--|
| ① Rukojeť | ② Třífunkční nebo víceúčelový násadec |
| ③ Turbínka (MULTIflexní spojka) | ④ Motor INTRA LUX KL 703 LED nebo Motor INTRA LUX KL 701 |
| ⑤ Ultrazvukový scaler PiezoLED | ⑥ ERGOcam One |
| ⑦ Odkládací přihrádka | ⑧ Místo instalace USB rozhraní (volitelné příslušenství) |
| ⑨ Ovládací prvek | |

3.4.2 S stůl

**Upozornění**


Osazení odkladačů a umístění nástrojů lze podle potřeby měnit a může se lišit od obrázku.



- | | |
|--|--|
| ① Místo instalace USB rozhraní (volitelné příslušenství) | ② Třífunkční nebo multifunkční stříkačka |
| ③ Turbínka (multiflexní spojka) | ④ Motor INTRA LUX KL 703 LED nebo motor INTRA LUX KL 701 |
| ⑤ Ultrazvukový scaler PiezoLED | ⑥ Ovládací prvek |


3.5 Pracoviště asistentky – varianty

3.5.1 Pracoviště asistentky standardní



- | | |
|---|--|
| ① Třífunkční nebo víceúčelový násadec | ② Velká savka |
| ③ Ovládací prvek | ④ Malá savka |
| ⑤ Satelec Mini LED
(Polymerizační ruční násadec) | ⑥ Odkládací přihrádka na straně asistentky |


3.5.2 Pracoviště asistentky vpravo, vlevo (volitelně)



Strana asistentky vpravo, vlevo, s možností nastavení výšky (volitelně)


- | | |
|---|---------------|
| ① Třífunkční násadec | ② Velká savka |
| ③ Ovládací prvek | ④ Malá savka |
| ⑤ Satelec Mini LED
(Polymerizační ruční násadec) | |

3.6 Třífunkční násadec




- ① Hadice vícefunkční stříkačky
- ② Objímka rukojeti
- ③ Tlačítka pro média (vzduch/voda)
- ④ Modrá značka: třífunkční násadec
- ⑤ Kanyla

3.7 Vícefunkční násadec



- ① Hadice vícefunkční stříkačky
- ② Objímka rukojeti
- ③ Tlačítka pro média (vzduch/voda)
- ④ Zlatá značka: vícefunkční násadec (násadec MF)
- ⑤ Kanyla

3.8 Prohlížeč rentgenových snímků 1440



Prohlížeč rentgenových snímků 1440




Upozornění

U prohlížečů rentgenových snímků KaVo 1440 jde o radiologické zobrazovací přístroje typu 1 podle definice dle normy DIN 6856-3.

3.9 Ovládací prvky


3.9.1 Strana lékaře - TM stůl



Strana lékaře


- | | |
|--|---|
| A Skupina tlačítek křesla pro pacienty | B Skupina tlačítek osvětlení |
| C Skupina tlačítek hygieny | D Skupina tlačítek pro výběr nabídky (nabídka MEMOdent) |
| E Skupina tlačítek časovače | |

3.9.2 Strana lékaře - S stůl



- | | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| A | Skupina tlačítek pro výběr nabídky (nabídka MEMOdent) | B | Skupina tlačítek osvětlení |
| C | Skupina tlačítek hygieny | D | Skupina tlačítek časovače |
| E | Skupina tlačítek křesla pro pacienty | | |

3.9.3 Strana sestry



- | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------------------------|
| A | Skupina tlačítek hygieny | B | Skupina tlačítek osvětlení |
| C | Skupina tlačítek časovače | D | Skupina tlačítek křesla pro pacienty |

3.9.4 Skupiny tlačítek

Skupina tlačítek křesla pro pacienty

Tlačítka strany sestry jsou obsazena a označena dvojmo.

Tlačítko strany asistentky	Tlačítko strany lékaře	Název
		Tlačítko „Křeslo nahoru“
		Tlačítko „AP 0“ (automatická poloha 0)
		Tlačítko „Křeslo dolů“
		Tlačítko „SP“ (vyplachovací poloha)
		Tlačítko „LP“ (poslední poloha)
		Tlačítko „AP“ (Aktivace automatické polohy)
		Tlačítko „Opěradlo dolů“
		Tlačítko „AP 1“ (automatická poloha 1)
		Tlačítko „Opěradlo nahoru“
		Tlačítko „AP 2“ (automatická poloha 2)
		Tlačítko „Poloha při kolapsu“


Skupina tlačítek osvětlení

Tlačítko	Název	Ovládací prvek
	Tlačítko "Dentální světlo"	jen strana lékaře
	Tlačítko „Tlumení dentálního světla“	Strana lékaře a strana asistentky
	Tlačítko "Prohlížeč rentgenových snímků"	jen strana lékaře

Skupina tlačítek hygieny

Tlačítko	Název	Ovládací prvek
	Tlačítko „Plnění pohárku“	Strana stomatologa a strana asistentky
	Tlačítko „Vyplachování plivátka“	Strana stomatologa a strana asistentky
	Tlačítko „Zvonek“	jen strana lékaře
	Tlačítko „Intenzivní dezinfekce“	jen strana sestry
	Tlačítko „HYDROclean“	jen strana sestry

Skupina tlačítek pro výběr nabídky (nabídka MEMOdent)




Skupina tlačítek pro výběr nabídky

① Tlačítka na výběr funkcí nabídky

② Indikace na displeji


Skupina tlačítek časovače

Tlačítko	Název	Ovládací prvek
	Tlačítko „Motorické přídatné pohony“	Jen strana lékaře
	Tlačítko „Dálkové ovládání“	Jen strana lékaře
	Tlačítko „Timer 1“	Strana lékaře a strana asistentky
	Tlačítko „Timer 2“	Jen strana lékaře
	Tlačítko „Timer 3“	Jen strana lékaře

Tlačítko	Název	Ovládací prvek
	Tlačítko „Timer 4“	Jen strana lékaře

3.9.5 Nožní spouštěč

Nožní tlačítka nožního spouštěče jsou obsazena dvojmo. Funkce nožních tlačítek závisejí na tom, zda je nástroj odložen nebo odebrán.




Nožní spouštěč Premium a bezdrátový nožní spouštěč | Nožní spouštěč Standard


Pol.	Název	Funkce s odloženým nástrojem	Funkce s vyjmutým nástrojem
①	Třmenový spínač		Přepíná nožní tlačítka na funkci „Pohyb křesla“.
②	Nožní tlačítko „LP/Předvolba sprej“	Najede křeslem pro pacienty do poslední polohy.	Nastavuje předvolbu spreje.
③	Křížové tlačítko „Poloha křesla/Směr otáčení motoru“	Mění polohu křesla pro pacienty.	Volí směr chodu motoru (pro motor KL 701 / KL 703 LED / COMFORTdrive 200XD).
④	Nožní tlačítko „SP/Ofukovací vzduch“	Pojíždí křeslem pro pacienty do vyplachovací polohy.	Aktivuje ofukovací vzduch (Chipblower) na zubařském nástroji (ne u přístroje PiezoLED).
⑤	Nožní spouštěč „Předvolba úrovně/zubařský nástroj“	Předvolba úrovně	Spouští motor/zubařské nástroje a reguluje počet otáček/intenzitu zubařských nástrojů.

3.10 Výkonový a typový štítek

Výkonové štítky



Výkonové štítky uvnitř a venku



Umístění výkonového štítku uvnitř



Umístění výkonového štítku vně

Sér. číslo	Sériové číslo
	Dbejte údajů v průvodních dokladech
	Dodržujte návod k použití
	Respektujte návod k použití!
	Aplikační díl typu B
	Aplikační díl typu BF


	Provozní režim: Doba provozu patientského křesla: 25 sekund Doba pauzy patientského křesla: 400 sekund (Přípustné doby provozu odpovídají způsobu práce stomatologů.)
	Hodnota pojistek: Hodnota „?????“ závisí na síťovém napětí a je obsazena prvky T10H nebo T6,3H. 100 V~, 110 V~, 120 V~, 130 V~ = T10H 220 V~, 230 V~, 240 V~ = T6,3H
	Pokyny k likvidaci viz také stanovení účelu - používání k určenému účelu
	Značka CE podle směrnice ES 93/42 o lékařských výrobcích
	Označení VDE
	Certifikace DVGW Registrační číslo DVGW CERT AS-0630BT0111
	Kód HIBC
	Elabeling – označení

Typové štítky



Typový štítek ESTETICA E50 Life

Typový štítek a označení strany lékaře



Umístění typového štítku a označení aplikačních dílů typu BF na straně lékaře



Kaltentbach & Voigt
GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach

Type **Table ?? E50 Life**

REF **????.????**

SN **2016-03-????????**

Made in Germany




Type BF
Syringe
Scaler

Typový štítek na straně lékaře (např. stůl TM) / označení aplikačních dílů typu BF

Typ	Typ přístroje
SN	Rok výroby – sériové číslo
REF	Číslo materiálu

Ostatní štítky




Umístění na zadní straně bezdrátového nožního spouštěče



Respektujte návod k použití!

Označení a popis třífunkční a vícefunkční stříkačky






Firemní logo výrobce

SN	Sériové číslo
	Značka CE podle ES směrnice 93/42/EHS pro lékařské přístroje
	Možnost sterilizace do 135 °C
	Návod k likvidaci podle směrnice WEEE 2002/96/ES, příloha N
	Dodržujte návod k použití

3.10.1 Typový štítek 1440



Typový štítek prohlížeče rentgenových snímků 1440

- | | |
|-----------------------------|---|
| ① Typ přístroje | ② SN: rok výroby měsíc výroby – sériové číslo |
| ③ Objednací číslo | ④ Napájecí napětí, frekvence |
| ⑤ Výkon | ⑥ Pokyny pro likvidaci |
| ⑦ Označení CE | ⑧ Sériové číslo |
| ⑨ Rok výroby a měsíc výroby | |

3.11 Technická data

Šablona k vyvrtání otvorů a instalační plán

Instalační plán (Č. mat. 3.002.4533)	po 2 listech pro praváky a 2 listech pro leváky
Instalační plán s COMPACTchair (Č. mat. 1.003.6767)	po 2 listech pro praváky a 2 listech pro leváky

Elektrická soustava

Elektrický přívod	3 x 2,5 mm ²
Volný konec nad podlahou	1000 mm
Vstupní napětí	100/110/120/130/220/230/240 V AC
Frekvence	50/60 Hz
Vstupní napětí nastavené z výroby	viz výkonový štítek
Příkon při 100 až 240 V	100 až 600 VA – odchylky jsou při odpovídajícím vybavení přístrojů možné v mezích tohoto rozsahu!
Zajištění ze strany stavby	Automat C 16 nebo šroubovací pojistka 10 A
Ochranný vodič nad podlahou	viz DIN VDE 0100-710, 1 000 mm
Hodnota předávání tepla	360 až 3240 KJ/h
Hodnota předávání tepla	Ø 900 kJ/h
Schvalovací značka	CE / DVGW / VDE
Nožní spouštěč	IPX1: Ochrana proti odkapávající vodě

Radiový nožní spouštěč

Technologie RF	patentovaný systém frekvenčního pásma 2,4 GHz ISM
Modulace	GFSK
Protokol	specifický pro KaVo
RF frekvence	2404 MHz - 2478 MHz (38 kanálů)
RF výkon	0 dBm (1 mW)
Dosah	Vnitřní prostory < 20 m
Napájení	Akumulátor
Typ	Varta PoLiFlex PLF503759
Počet buněk	1
Doba nabíjení	2 h
Jmenovitá kapacita	1100 mAh, 1140 mAh typ
Nabíječka – typ	FW7574S 1.005.4229 (Euro), 1.007.3208 (Spojené království), 1.007.3207 (USA/ Japonsko)
Vstupní napětí	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 0,15 A
Výstupní napětí	4,2 V DC / 1 A
Doba provozu (cyklus nabíjení)	Min. 1 měsíc – uváděná doba provozu se vztahuje na průměrné používání jednotky pro ošetření a rádiového nožního spouště- če. Podle způsobu ošetření jsou možné odchyly.

Třífunkční nebo vícefunkční násadec

Před zahájením pracovního dne a před každým ošetřením pacienta proplachujte vodní a vzduchové cesty 20 až 30 sekund.

Tlak vody	1,5 ± 0,3 bar; tlak průtoku 4x tlakoměr
Max. náporový tlak vody	2,5 ± 0,3 barů
Průtok vody	80 ± 10 ml/min
Tlak vzduchu	3,3 ± 0,1 bar; tlak průtoku 4x tlakoměr
Max. tlak při nahromadění vzduchu	4 + 0,5 bar
Průtok vzduchu	nejméně 16 NI/min
Doba provozu (pouze vícefunkční nása- dec)	1 minuta
Doba pauzy (pouze vícefunkční násadec)	3 minuty

Elektrika vícefunkční stříkačky

Ochranné malé napětí dle DIN EN 60601-1:	24 V AC $\pm$ 10 % (neuzemněné napětí)
Frekvence	50/60 Hz
Typ aplikace	BF
Topný výkon voda	cca 90 W
Topný výkon vzduch	cca 20 W
Napětí lampy	max. 3,2 V $\pm$ 0,15 V
Výkon vysokotlaké lampy	max. 2,5 W

Přívod vody



Upozornění

Při vyšší tvrdosti vody (přes 12 °dH) musí být instalováno zařízení na změkčování vody procesem iontové výměny.

Příliš nízká tvrdost vody (méně než 8,4 °dH) může podporovat vznik usazenin.



Upozornění

Souprava "Vstupní vodní blok" neobsahuje žádné oddělení vody používané k ošetření od veřejné vodovodní přípoj. Provozovatel je proto povinen respektovat národní předpisy o zamezení zpětného toku vody a dodržovat je. Při nerespektování nemůže výrobce zaručit kvalitu vody používané k ošetření a zamezení zpětného znečištění rozvodu pitné vody choroboplodnými zárodky.



Upozornění

Ve spojení se zařízením "Vodní blok DVGW s integrovaným zařízením k dezinfekci vody" je u dentálních jednotek společnosti KaVo instalováno zařízení k dezinfekci vody. K udržení kvality vody používané při ošetření se přitom průběžně přidává do vody dezinfekční prostředek OXYGENAL 6 v hygienicky účinné, ale pro člověka bezpečné koncentraci. Používání je popsáno v návodu pro péči o jednotku pro ošetření. Doplnující opatření jako proplachování vodovodních vedení a intenzivní dezinfekce musí být provedeny podle údajů výrobce.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí infekcí při nerespektování národních předpisů.

Kontaminace vody používané k ošetření resp. rozvodné sítě pitné vody bakteriemi.

- Jsou-li stanoveny, respektujte a dodržujte národní předpisy ke kvalitě vody určené k lidské spotřebě (pitná voda).
- Jsou-li stanoveny, respektujte a dodržujte národní předpisy o zamezení zpětného toku vody (odtok z jednotky k zubařskému ošetření do veřejné vodovodní sítě).





VAROVÁNÍ

Při použití soupravy "Vodní blok kompaktní" bez dalších bezpečnostních opatření může hrozit nebezpečí infekce

Kontaminace vody používané k ošetření resp. rozvodné sítě pitné vody bakteriemi.

- ▶ Při použití soupravy "Vodní blok kompaktní" neobsahuje tato jednotka žádné zařízení na úpravu a dezinfekci vody. Proto zajistěte odpovídající bezpečnostní opatření. KaVo doporučuje používat "Vodní blok DVGW s integrovaným zařízením k dezinfekci vody" ve spojení s přípravkem KaVo OXYGENAL 6 (Č. mat. 0.489.3451).
- ▶ Při použití soupravy Láhev na vodu se společně dodaným dávkovacím nástavcem (Č. mat. 1.002.0287) přidávejte ke každé náplni správné množství přípravku KaVo OXYGENAL 6 (Č. mat. 0.489.3451). Správné množství je uvedeno v návodu dávkovacího nástavce k dezinfekci vody.

Dle normy DIN EN 1717 musí být každá jednotka, která není uvedena v předpisu DVGW, opatřena předřazeným pojistkovým zařízením typu AA, AB nebo AD. (Souprava Láhev na vodu DVGW je certifikovaný, viz následující seznam.)

U přívodu vody se musí zamezit vzniku brakické vody (i v domovní instalaci) se stojatou vodou.

Další informace najdete na www.dvgw.de

Volný odtok podle normy DIN EN 1717 – DVGW	Vodní blok DVGW, vodní láhev DVGW, registrační číslo: AS-0630BT0111
Kvalita vody	Pitná voda, připojení studené vody
Tvrdost vody	1,5 až 2,14 mmol/l $\pm$ 8,4 až 12 °dH
Hodnota pH	7,2 až 7,8
Filtrace vody v místě instalace	80 μ m
Přípojka vody	V místě instalace uzavírací ventil s lisovaným mosazným kuželovým šroubením 3/8" na $\varnothing$ 10 mm
Přívod vody přes podlahu	min. 50 mm, max. 105 mm při otevřeném ventilu
Vstupní tlak vody	2,0 až 6,0 bar
Množství vody na vstupu	4 l/min
Průměr připojení odtoku	40 mm
Připojení odtoku podlahou	20 mm
Množství odtoku	max. 4 l/min
Spád trubice odtoku vody	od přístroje min. 10 mm na metr

Přívod vzduchu

VAROVÁNÍ

Nerespektování národních předpisů ke kvalitě dentálního vzduchu.

Nebezpečí infekce.

- ▶ Jsou-li stanoveny, respektujte a dodržujte národní předpisy ke kvalitě dentálního vzduchu.
- ▶ Před uvedením do provozu profoukněte vedení vzduchu.



Tlak vzduchu na vstupu	5,2 až 7 bar
Spotřeba vzduchu	max. 80 NI/min
Rosný bod stlačeného vzduchu	< -30 °C (kompresor se sušičkou vzduchu)
Obsah oleje	< 0,1 mg/m ³ (bezolejový kompresor)
Znečištění	< 100 částic/cm ³ při velikosti částic od 1 do 5 µm
Filtrace vzduchu v místě instalace	50 µm
Připojení vzduchu	V místě instalace uzavírací ventil s lišovaným mosazným kuželovým šroubením 3/8" na Ø 10 mm
Připojení vzduchu nad podlahou	min. 50 mm, max. 105 mm při otevřeném ventilu

Odsávání

Množství odsávaného vzduchu na kanyle k odsávání aerosolu	Podtlak odsávání na vstupu přístroje	
	při mokřém odsávání	při suchém odsávání
min. V~250 NI/min	> 60 mbar	> 85 mbar
doporučeno V~300 NI/min	> 80 mbar	> 120 mbar
Odsávací podtlak staticky max.	< 180 mbar	< 180 mbar



Upozornění

Při rostoucím podtlaku 180 mbar musí být jednotka vybavena modulem regulačního podtlakového ventilu.

Průměr připojení odsávání 40 mm

Připojení odsávání přes podlahu 20 mm

Hodnoty platí pro KaVo měřicí sada (Č. mat. 0.411.8500).

Centrální přívod Dekaseptolu (doplňkové vybavení)

P	2 - 5 barů přes kulový kohout ze strany budovy (fa. John Guest PPMSV040808W)
V	0,005 - 0,15 l/min
Přívodní materiál	polyetylen (LLDPE), fa. John Guest, rozměry závisí na objektu (budova, počet přístrojů)

Přívody musí být položeny tak, aby byly chráněné proti mrazu, teplota nesmí překračovat 25 °C a přívody nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření.



Provozní prostředí

VAROVÁNÍ

Nevhodné provozní podmínky.

Nepříznivý vliv na elektrickou bezpečnost přístroje.

- Provozní podmínky popsané v kapitole "Technické údaje" musí být vždy dodrženy.

Vlastnosti podlahy	Kvalita konstrukce podlahy musí odpovídat nosnosti podlah ve stavbách podle normy DIN 1055 list 3 a musí vykazovat pevnost v tlaku podle normy DIN 18560 T 1.
Teplota okolí	+10 až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu	30 až 75 %
Tlak vzduchu	700 hPa – 1060 hPa
Nadmořská výška provozu	do 3000 m

Maximální zatěžování

Křeslo pro pacienty Standard – maximální zatížení hmotností pacienta	185 kg
COMPACTchair – maximální zatížení hmotností pacienta	135 kg
Odkládací přihrádka na straně lékaře – volné nakládání	2 kg
Odkládací přihrádka strana sestry - volné nakládání	1 kg
Strana lékaře – volné nakládání	2 kg

Podmínky pro přepravu a skladování

Teplota okolí	-20 až +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 až 95 %, nekondenzující
Tlak vzduchu	700 až 1 060 hPa

Hmotnost

Jednotka pro ošetření s křeslem pro pacienty Standard	279 kg brutto, 224 kg netto
S ocelovým podstavcem a komunikací s pacientem	344 kg brutto, 289 kg netto
Dentální souprava s křeslem COMPACT-chair	255 kg brutto, 200 kg netto
S ocelovou deskou podstavce a komunikací s pacientem	320 kg brutto, 265 kg netto

Bližší informace k balíkům viz návod k montáži

Prohlížeč rentgenových snímků 1440

Vstupní napětí	24 V AC
Frekvence	50/60 Hertz
Příkon	max. 35 VA
Doba zapnutí	100 %
Osvětlení	2x Osram Lumilux de Luxe G5 Daylight L8W/954
Rozměry světelného pole	300 mm x150 mm dle DIN 6856-3
Rozměry pláště	340x216x48 dle DIN 6856-3

Dentální světlo KaVoLUX 540 LED

Viz také:

 Návod k použití KaVoLUX 540 LED

PHYSIO Evo / Evo F / One CZ




Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH, Bismarckring 39, D-88400 Biberach, www.kavo.com

KaVo. Dental Excellence.

Určené použití:


Produkt PHYSIO Evo/Evo F/One je ordinální židlička určená pro použití v zubních ordinacích podle normy DIN EN ISO 7493. Všechny verze ordinální židličky PHYSIO jsou testovány a schváleny dle aktuálně platných směrnic. Všechna provedení ordinální židličky PHYSIO jsou v souladu s normami DIN EN 1335 - 2 a 3, DIN 4550 a DIN EN ISO 7493.

Montáž




Montáž koleček

- ▶ Vsuňte kolečka do základny stoličky a zatlačte je, dokud nezapadnou.
- ▶ Lehce za kolečka zatáhněte, abyste zjistili, zda jsou řádně upevněna.



Montáž polstrování

- ▶ Připevněte polstrování sedáku na čtyři kulové čepy.



Montáž polstrování opěradla


- ▶ Připevněte polstrování opěradla na čtyři kulové čepy.

Obsluha




PHYSIO Evo

- ① Nastavte výšku sedáku
- ② Nastavte sklon sedáku
- ③ Nastavte sklon opěradla



PHYSIO Evo F

- ① Nastavte výšku sedáku
- ② Nastavte sklon sedáku
- ③ Nastavte sklon opěradla



PHYSIO One

- ① Nastavte výšku sedáku
- ② Nastavte sklon opěradla/sedáku

⚠ UPOZORNĚNÍ

Poškození důsledkem manipulace s tlakovým prvkem.

Násilné otevření tlakového prvku nebo nadměrné tepelné působení může vést ke zranění osob nebo poškození majetku.

- ▶ Pracovní úkony nebo výměnu dílů v oblasti nastavovacího prvku výšky sedáku směji provádět pouze vyškolení technici.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Šrouby jsou předem utaženy.

Povolněním šroubů na podpůrné desce polstrování sedáku může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.

- ▶ Šrouby na podpůrné desce směji demontovat pouze vyškolení technici.



STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]@sukl.cz
Web: www.sukl.cz

ADRESÁT
SpofaDental a.s.
[REDACTED]

ADRESA
Markova 238
Jičín
506 01

Číslo jednací
sukl398684/2018

Spisová značka
sukls111691/2018

Vyřizuje / e-mail
[REDACTED]
[REDACTED]@sukl.cz

Datum
22.11.2018

ROZHODNUTÍ

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 (dále jen „Ústav“), jako správní orgán příslušný na základě § 9 písm. c) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), rozhodl ve správním řízení, sp. zn. sukls111691/2018, v souladu s tímto zákonem a s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

takto:

Ústav tímto v souladu s § 35 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích vyhovuje žádosti osoby registrační číslo 005709, SpofaDental a.s., se sídlem Markova 238, 50601 Jičín, IČ: 63999447, o notifikaci zdravotnického prostředku.

Evidenční číslo	Název zdravotnického prostředku	Registrační číslo výrobce	Výrobce
00546425	Estetica E50		Kaltenbach & Voigt GmbH
	Identifikační kód varianty	Doplněk názvu	Katalogové číslo
	001	Estetica E50 TM	0.032.0015 / 1.006.0000
	002	Estetica E50 S	0.032.0015 / 1.006.0000
	003	Estetica E50 C	0.032.0015 / 1.006.0000
	004	Estetica E50 Life TM	0.032.0015 / 1.011.1100
	005	Estetica E50 Life S	0.032.0015 / 1.011.1100
	006	Estetica E50 Life COMPACTchair	0.032.0015 / 1.011.1100

Platnost notifikace výše uvedených zdravotnických prostředků činí pět let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Podle § 68 odst. 4 správního řádu není odůvodnění rozhodnutí třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se v souladu s § 35 odst. 1 zákona o zdravotnických prostředcích nelze odvolat.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA


pověřený řízením Sekce zdravotnických prostředků

EC-Declaration of Conformity based on 93/42/EEC / Annex II excluding Section 4
EG-Konformitätserklärung basierend auf 93/42/EWG / Anhang II ohne Abschnitt 4
CE-Déclaration de conformité basée sur 93/42/EEC / Annexe II sans section 4
Dichiarazione di conformità secondo le norme CE 93/42/EEC / Annex II senza sezione 4
Prohlášení o shodě s normami ES založena na 93/42 EEC / Dodatek II bez oddílu 4
Declaración de Conformidad de la CE basada en 93/42/EEC / Anexo II sin sección 4
EK-megfelelősségi nyilatkozat a 93/42/EEC szabványnak megfelelően/II.Függelék szakasz nélkül 4

KAVO
Dental Excellence

Legal Manufacturer:

**Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach, Germany**

**ESTETICA E50 Life TM
ESTETICA E50 Life S**

93 / 42 / EEC

Medical Devices / Annex I

Medical Devices / Annex IX - Class IIa (Rule 9)

GB

We declare in sole responsibility that the products manufactured by us to which this statement refers, conform to the essential requirements according to the above-mentioned directive. The specified standards or normative documents were applied to evaluate the product.

D

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die von uns hergestellten Produkte auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den grundlegenden Anforderungen gemäß den Bestimmungen der obigen Richtlinie übereinstimmen. Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden die benannten Normen oder normative Dokumente angewandt.

FR

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits fabriqués par nos soins, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux exigences essentielles selon les dispositions de la directive susmentionnée. Les normes ou autres documents normatifs désignés sont utilisés pour l'évaluation de ce produit.

IT

Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsabilità che i prodotti da noi fabbricati, a cui si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi ai requisiti fondamentali ai sensi delle disposizioni della direttiva summenzionata. Per la valutazione del prodotto sono stati applicati le norme o i documenti normativi citati.

CZ

Prohlašujeme s výhradní odpovědností, že se námi vyráběné výrobky, na které se vztahuje toto prohlášení, shodují se základními požadavky podle předpisů výše uvedené směrnice. K posouzení výrobku byly použity uvedené normy nebo normativy.

ES

Por la presente declaramos que en nuestra propia responsabilidad los productos que nosotros fabricamos, y a los que hace referencia esta declaración, cumplen los requisitos básicos de conformidad con las disposiciones de la directiva arriba mencionada. Las normas o documentos normativos mencionados se aplican en la evaluación de dichos productos.

H

A gyártó kijelenti és kizárólagos felelősséget vállal, hogy a nyilatkozatban foglalt termékeket a fentebb említett direktíva követelményeinek megfelelően gyártották. A termékek értékelésénél az irányadó sztenderdeket és dokumentumokat alkalmazták.

Notified Body - Dekra Certification GmbH - Handwerkstrasse 15 - D-70565 Stuttgart - ID-Number: 0124

Prohlášení dodavatele o shodě
(v souladu s normou ISO/IEC 17050-1)

Výrobce:	Kaltenbach & Voigt GmbH
Adresa	Bismarckring 39
výrobce:	88400 Biberach, Německo
Místo výroby:	SHC TECHNOLOGY CO., LTD Č. 8, INDUSTRIAL NORTH 2 ND RD, NANKANG INDUSTRIAL ZONE, NANTOU CITY 540, TCHAJ-WAN, ČÍNSKÁ REPUBLIKA
Vydavatel:	KaVo Dental GmbH
Adresa vydavatele:	Bismarckring 39 88400 Biberach, Německo

Předmět prohlášení: **KaVo Physio One /
KaVo Physio Evo / KaVo Physio Evo F**

Předmět prohlášení uvedený výše je ve shodě s požadavky obsaženými v následujících dokumentech:

Dokument č.	Název	Vydání / datum vydání
ISO 7493	Stomatologie – ordinační stolička (ISO 7493:2006); německá verze normy EN ISO 7493:2006	2006
ISO 9001	Systémy managementu kvality – Požadavky (ISO 9001:2008); trojjazyčná verze normy EN ISO 9001:2008	2008
DIN 31000	Všeobecné zásady pro bezpečnou konstrukci výrobků	2011
DIN EN 1335-1	Kancelářský nábytek – Pracovní kancelářská židle – část 1: Rozměry; Stanovení rozměrů; německá verze normy EN 1335-1:2000	2002
DIN EN 1335-2	Kancelářský nábytek – Pracovní kancelářská židle – část 2: Bezpečnostní požadavky; německá verze normy EN 1335-2:2009	2009
DIN EN 1335-3	Kancelářský nábytek – Pracovní kancelářská židle – část 3: Zkušební metody; německá verze normy EN 1335-3:2009	2009
DIN 4550	Kancelářský nábytek – Samonosná napájená zařízení pro výškové nastavení pracovních kancelářských židlí – Bezpečnostní požadavky, zkoušení	2004

Dodatečné informace:

Německo	DEKRA Intertek Certification GmbH – č. certifikátu: 51025-16-02
Německo	DEKRA Intertek Certification GmbH – č. certifikátu: 51025-56-02
Německo	DEKRA Intertek Certification GmbH – č. certifikátu: 51025-11-01
	LGA TÜV Rheinland: Certifikát GS č. S 60097876 z 10. 2. 2015
	LGA TÜV Rheinland zpráva o zkoušce č.: 21199927_001 (21. 5. 2013)
	21199927_002 (17. 11. 2014)

V Praze, 19. 1. 2016-01-19
(místo a datum vydání)

(jméno, funkce)

(podpis nebo ekvivalent autorizovaný vydavatelem)

Položkový rozpočet SpofaDental a.s.
--

Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU

Položka č.	Položka	Počet ks	Jednotková cena za 1 ks v Kč bez DPH	Celkem za položku v Kč bez DPH	Celkem za položku výše DPH v Kč	Celkem za položku v Kč včetně DPH	Zdroj financování
1	Stomatologická souprava	1					
2	Stomatologická ordinační židle	2					
3	Provádění bezpečnostně technických kontrol dle čl. I odst. 8 písm g) rámcové dohody po celou dobu trvání záruky	1					
Cena za jeden Set stomatologická souprava pro klinickou výuku studentů			1				
Set/soubor stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů jako celek je tvořen: 1 kusem Stomatologické soupravy 2 kusy Stomatologických ordinačních židlí Prováděním bezpečnostně technických kontrol po celou dobu trvání záruky							

Příloha č. 3 (Vzor výzvy – objednávky)

OBJEDNÁVKA 1198/0058/20

Objednatel:  IČO: 00216224 DIČ: CZ00216224 Masarykova univerzita Lékařská fakulta Kamenice 753/5 Bohunice 625 00 Brno 25	Dodavatel: IČO: 12345678 DIČ: CZ12345678 Testovací firma 1 Na paloučku 1 Brno 660 00 Brno
--	--

Konečný příjemce:
 Lékařská fakulta MU
 Stomatologická klinika, FNUSA
 Pekařská 664/53, [redacted]
 65691 Brno

Datum vystavení: 07.05.2020
Datum dodání: 30.05.2020
Forma dopravy:

Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU - rámcová dohoda 2020-2023, uzavřená dne xx.xx.2020

Místem plnění je Stomatologická klinika Lékařské fakulty MU, nacházející se v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, Staré Brno, 656 91 Brno, [redacted]
 následně upřesní níže uvedená kontaktní osoba pro převzetí dodávky zboží (přístroje).
 Kontaktní osoba pro převzetí dodávky zboží: [redacted] e-mail: [redacted]@mail.muni.cz

Množství MJ	Název položky	Cena za MJ	Částka bez DPH	DPH (%)	Částka celkem
1 ks	Položka č. 1 Stomatologická souprava	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2 ks	Položka č. 2 Stomatologická ordinační řídle	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Celková cena s DPH: 459 800,00 Kč

Objednávka je Smlouvou k dílní veřejné zakázce zadávané na základě uzavřené rámcové dohody a je současně výzvou k poskytnutí plnění prodávajícím. Tato výzva-Objednávka nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., které v zákonné lhůtě provede kupující.


Další obchodní podmínky dodávaného zboží jsou podrobně uvedeny v uzavřené rámcové dohodě.
 1. Z důvodu správné identifikace uvádějte, prosím, na faktuře číslo naší objednávky.
 2. K faktuře přiložte potvrzený dodací list.

Vyřizuje: [redacted]
 tel. [redacted]@med.muni.cz

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
 děkan LF MU

Razítko a podpis:

Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou podle zákona o VŠ č. 111/1998 Sb.



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **504016_003122**, skládající se z **52** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Jičín 1**

Česká pošta, s.p. dne **20.08.2020**

