

Technická specifikace

Zdravotnické přístroje pro SIMU

Tato veřejná zakázka je rozdělena na pět částí. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 5 VZ – EKG 12-svodové

5.1 EKG 12-svodové:

Počet kusů: 1

- min. 8,4“ barevná dotyková obrazovka se zobrazením 12 svodů najednou;
- integrovaná tiskárna pro zápis minimálně šesti stop současně na papír šíře min. 210 mm;
- umožňuje tisk záznamů přímým propojením EKG přístroje a laserové tiskárny prostřednictvím USB;
- rychlost posuvu 5, 25, 50 mm/s;
- paměť pro min. 200 EKG záznamů (10 sec);
- analýza EKG záznamu s textovou interpretací;
- SW pro detailní analýzu záznamu, umožňující porovnání EKG záznamů a budoucí možné rozšíření o zátěžové EKG vyšetření;
- modul pro diagnostiku klidového EKG záznamu mladých sportovců zohledňující Seattle kritéria;
- digitální filtry: el. rozvodná síť, kolísání baseline, pohybové artefakty;
- detekce kardiostimulátoru;
- kontrola kontaktu každé elektrody zvlášť;
- uživatelsky definovatelné profily;
- provozní režimy: manuální, automatický;
- frekvenční rozsah min. 0,05 - 160 Hz;
- citlivost: 5 / 10 / 20 mm/mV;
- vzorkovací frekvence min. 2000 Hz;
- vozík pod přístroj s min. dvěma kolečky vybavenými brzdou, včetně držáku patientského kabelu, s políčkou nebo košíkem na odkládání příslušenství;
- napájení z el. sítě 230V / 50 Hz;
- integrovaný akumulátor na min. 120 minut monitoringu nebo min. 30 tištěných záznamů;
- konektivita: WiFi, LAN, USB, RS 232;
- 12svodový EKG kabel (hrudní i končetinové elektrody nalepovací pro použití na simulátoru);
- 300 ks hrudních a končetinových nalepovacích EKG elektrod;
- 3svodový EKG kabel se čtyřmi klipsovémi končetinovými elektrodami;
- hrudní balonkové elektrody (sada 6 ks) s kabelem;
- 10 balení papíru do integrované tiskárny.