

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Zdravotnické přístroje pro SIMU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky: Podlimitní
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005978>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D, děkanem LF MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 26. 2. 2021 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Vážení,

v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou „Zdravotnické přístroje pro SIMU“ Vás žádáme o zaslání dodatečných informací.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v příloze v Technické specifikaci v části č. 2 VZ – Drobné zdravotnické přístroje u infuzních pump č. 2.1 a lineárních dávkovačů č. 2.2 tyto položky: Integrované madlo pro přenášení jednotlivých přístrojů nebo více spojených přístrojů a integrované mechanické prvky pro jednoduché uchycení na infuzní stojan, eurolištu a do dokovací stanice bez nutnosti montáže držák. Účastník má za to, že takto definovaná specifikace je diskriminační. Proto nabízíme variantu, která je velice podobná požadované variantě. Madlo je zasunuto do infuzní pumpy případně do lineárního dávkovače a dá se rychle oddělit a přesunout přístroj do dokovací stanice.

Tato varianta nabízeného uchycení nemá z medicínského ani funkčního hlediska žádný vliv.

Bude tuto variantu zadavatel akceptovat?“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel trvá na stávajícím požadavku na integrované madlo pro přenášení jednotlivých přístrojů nebo více spojených přístrojů a na integrované mechanické prvky pro jednoduché uchycení na infuzní stojan, eurolištu a do dokovací stanice bez nutnosti montáže držáku.

Integrované madlo je požadováno z důvodu zjednodušení a usnadnění manipulace přenosu, montáže a demontáže přístroje. V komplexním výukovém procesu při častých změnách umístění a využití přístroje, jsou samostatné součásti potřebné k těmto úkonům komplikací.

V Brně dne 1. 3. 2021

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek

