

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (2)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Zdravotnické přístroje pro SIMU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky: Podlimitní
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005978>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D, děkanem LF MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 2. 3. 2021 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den přejí,

jako uchazeč k výše uvedené veřejné zakázce Vám zasíláme 2 dotazy k dokumentům 210211_Formular_nabidky-cast5VZ a v 210211_předloha_kupní_smlouvy-část5VZ v Položkovém rozpočtu je položka 5.1.2 3svodový EKG kabel se čtyřmi klipsovémi končetinovými elektrodami v položce 5.1.5 hrudní balonkové elektrody (sada 6 ks) s kabelem.

Dotaz č. 1) Vysvětlení rozporu – je opravdu poptávaný 3svodový EKG kabel se čtyřmi klipsovémi končetinovými elektrodami, který, pokud je mi známo, nemá žádný dodavatel. Nebylo náhodou v tomto seznamu myšleno pouze nacenit sadu klipsových končetinových elektrod?

Dotaz č. 2) Vysvětlení rozporu – jsou poptávané hrudní balonkové elektrody (sada 6 ks) s kabelem. Kabel je dodáván standardně v základu v balení, opravdu chcete nacenit sadu hrudních balonkových elektrod s kabelem pro klidové EKG.“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

- Ad 1) Zadavatel v rámci položky č. 5.1.2 poptává 4 klipsové končetinové elektrody a k nim kompatibilní kabel umožňující měření 3svodového EKG.
- Ad 2) Zadavatel v rámci položky č. 5.1.5 skutečně poptává sadu 6 hrudních balonkových elektrod spolu s nimi kompatibilním kabelem (jedná se tedy o „náhradní“ kabel nad rámec standardního obsahu balení EKG přístroje). Celkem jsou v rámci části 5 této veřejné zakázky požadovány 3 kabely – viz položka č. 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.5.



Zadávací podmínky se tímto vysvětlením zadávací dokumentace nemění.

V Brně dne 4. 3. 2021

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek

