

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (3)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Zdravotnické přístroje pro SIMU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky: Podlimitní
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005978>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D, děkanem LF MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 2. 3. 2021 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,

v souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Zdravotnické přístroje pro SIMU“ – dotazy pro část č. 2.

1. Ze zadávací dokumentace, konkrétně z technické specifikace vyplývá, že v části č. 2 zadavatel poptává infuzní techniku, odsávačky a svítidlo. Dle našeho průzkumu trhu, je velmi omezený počet možných uchazečů, kteří by mohli nabídnout všechny požadované přístroje v této části. Mohl by zadavatel tuto část rozdělit na 2 samostatné části tak, aby rozšířil možný počet uchazečů a získal tím výhodnější nabídky? Např. na část Infuzní technika (infuzní pumpa, lineární dávkovač, dokovací stanice a software pro vizualizaci.. a „ostatní drobné přístroje (odsávačky a svítidlo)?

2. Z technické specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje, aby dokovací stanici bylo možné uchytit na eurolištu, mohl by zadavatel prověřit, zda se nejedná o administrativní chybu? Dokovací stanici lze na eurolištu umístit, ale komfort sledování a připojení pump či dávkovačů nebude pro obsluhu komfortní, běžně se dokovací stanice na eurolištu neumísťují.

3. Z technické specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje, aby jednou z vlastností infuzních pump bylo umožnit podávání i enterální výživy. Obecně se nedoporučuje, aby infuzní pumpou určenou pro podávání infuzní terapie do žilního řečiště, bylo možné podávání i enterální výživu z důvodů bezpečnosti pacienta a možných rizik s nebezpečím podání enterální výživy intravenózně. Z těchto důvodů se obecně nedoporučuje podávat enterální výživu pumpami pro intravenózní podání léčiv, ale doporučuje se enterální výživu podávat speciálními pumpami, k tomu určenými. Na rizika s tím spojená upozorňují

klinické studie především z oblasti enterální výživy. Dokonce i komise klinických odborníků při National Patient Safety Agency (NPSA) společně s dalšími institucemi a odborníky v této oblasti naléhali na výrobce, aby zajistili ve svých zařízeních "řízenou nekompatibilitu" tak, aby nemohlo dojít k výše zmiňované záměně. Naše společnost je světovým leadrem na trhu v infuzní technice a bezpečí pacientů je jednou z našich klíčových priorit, proto děláme vše, aby šance záměny enterální výživy a IV medikace byla minimální, v souladu se všemi mezinárodními doporučeními. Podávání enterální výživy stejnými pumpami jako IV terapie je krokem proti všem dosavadním poznatkům a vede ke zhoršení péče o pacienta a výraznému zvyšování rizik. Bude zadavatel akceptovat přístroj, který umožňuje podávání pouze infuzní terapie a současně výpůjčku enterálních pump zdarma? Pokud ano, kolik enterálních pump bude zadavatel potřebovat?

4. Z technické specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje, aby jednou z vlastností infuzních pump byl barevný LCD display se zobrazením všech důležitých informací (rychlost infuze, podaný objem, stav baterie, alarmy, ...). Bude zadavatel akceptovat přístroj s modrým LCD displejem, jehož velikost je 66 mm x 33 mm (o rozlišení 256 x 128 pixelů)? Velké rozlišení a nastavitelný kontrast zajišťují výbornou čitelnost všech požadovaných informací."

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

- Ad 1) **Zadavatel trvá na stávajícím rozdělení VZ na části.** Zadavatel tuto VZ rozdělil již na 5 částí, aby umožnil účast co nejširšího okruhu potenciálních dodavatelů. Její dělení na další podčásti by však pouze navýšilo administrativní zátěž a ohrozilo samotný účel zadávacího řízení, neboť s ohledem na výsledný objem takových podčástí by pro potenciální účastníky nebylo rentabilní se o takové podčásti ucházet. Tím by v důsledku mohlo dojít naopak k omezení okruhu potenciálních dodavatelů. Pakliže nějaký účastník nedisponuje všemi požadovanými přístroji v rámci dané části VZ, může si zajistit chybějící přístroje subdodávkou od jiného dodavatele nebo podat nabídku společně s jiným dodavatelem v souladu s § 82 ZZVZ.
- Ad 2) **Zadavatel trvá na stávajících požadavcích.** Nejedná se o administrativní chybu, zadavatel požaduje všechny uvedené možnosti uchycení dokovací stanice pro zajištění maximálně flexibilního využití sestavy pro potřeby simulační výuky.
- Ad 3) **Zadavatel trvá na stávajících požadavcích.** Poptávané přístroje budou sloužit výhradně k simulační výuce, nikoli v humánní medicíně. Případné oddělení funkcionalit do více přístrojů by s ohledem na jejich plánované využití vedlo k nedostatku kapacit dokovacích stanic a administrativním komplikacím.
- Ad 4) **Zadavatel trvá na stávajícím požadavku na barevný displej.** Monochromatický displej nelze považovat za barevný displej. Zadavatel proto nebude akceptovat přístroj s monochromatickým displejem.

V Brně dne 4. 3. 2021

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek

