

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: RI2001 Chlazená vysokootáčková centrifuga s příslušenstvím (4 ks)

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: URL zakázky v E-ZAK

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČO: 00216224

Jejmž jménem jedná: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan
Přírodovědecké fakulty

(dále v textu jen „zadavatel“)

Zadavatel zahájil dne 6. 4. 2021 výběrové řízení na výše uvedenou, předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu. Dne 8. 4. 2021 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení resp. změnu zadávacích podmínek následujícího znění (zadavatel ponechává znění žádosti v původním znění a označuje jej v následujícím textu kurzivou):

Dobrý den, rádi bychom se dotázali, zda opravdu ve všech bodech technické specifikace trváte na svých zadaných technických parametrech (u centrifugy typ A i B)? Domníváme se totiž, že je zde poměrně podrobně popsán jeden konkrétní model centrifugy výrobce Thermo a žádný jiný, třeba i renomovaný evropský výrobce, vaše zadání nemůže v kombinaci zadaných parametrů beze zbytku splnit. Navrhujeme proto vypustit tyto dva požadavky: Výměna rotoru bez použití nástroje/klíče, automatické uzamknutí rotoru max. rozměry šířka x hloubka 625 x 625 mm

Další dotaz: Naše zařízení splní vaše požadavky na otáčky podrobně specifikované v tabulce v bodě: Nastavení otáček v min. rozsahu 500–5000 rpm pro výkyvný rotor, 500–15000 rpm pro úhlový rotor, změna po 10 rpm Jak víte, parametr RCF je závislé na poloměru rotoru a proto prosíme o drobnou úpravu parametru RCF v tabulce v bodě: Min. výkon centrifugy (RCF): 25000 x g Na min. 24400 x g Další dotaz: Je možné vám nabídnout zařízení, které bude mít hmotnost přístroje (bez rotorů) ≤ 108 kg ? Děkuje za odpověď.

Souhrnná odpověď zadavatele:

Zadavatel předně uvádí, že jím požadované vlastnosti a parametry poptávaných centrifug potřebuje pro naplnění svých úkolů v oblasti výzkumu, přičemž požadavky na technické řešení poptávaných centrifug se zakládají na věcné a racionální úvaze a nikoliv na svévolné preferenci konkrétního výrobku nebo konkrétního výrobce.

Po revizi zadávacích podmínek na základě dodavatelem zaslané žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel sděluje, že své požadavky na technickou specifikaci poptávaných přístrojů mění následovně:

1. Zadavatel mění resp. snižuje požadavek na minimální výkon centrifugy (RCF) na 24000 x g, neboť dle přehodnocení požadavků na základě žádosti o vysvětlení nabídek zaslané mu dodavatelem – tazatelem snížení požadavku na RCF bude pro jeho potřeby plnění výzkumných úkolů postačovat.
2. Zadavatel mění požadavek na maximální rozměry dodávaných centrifug na 660 mm x 750 mm, kdy k přehodnocení došlo na základě revize prostorových možností resp. uspořádání požadovaných a ostatních potřebných přístrojů, které tvoří resp. budou tvořit vybavení laboratoře, v níž budou centrifugy umístěny.
3. Zadavatel konečně navyšuje nejvyšší přípustnou hmotnost centrifug na ≤ 120 kg (bez rotoru), přičemž novou, navyšenou hodnotu považuje za nejvýše přípustnou z hlediska možné budoucí manipulace s centrifugami pracovníky laboratoře.

Zadavatel však setrvává na svém racionálním požadavku možností výměny rotoru bez použití nástroje/klíče, automatické uzamknutí rotoru, neboť uvedená funkcionalita je esenciální pro spolehlivou, snadnou a fyzicky nenáročnou obsluhu centrifugy pracovníky laboratoře a výrazným způsobem také snižuje riziko kontaminace vzorků.

Zadavatel výše uvedené změny zadávacích podmínek reflektoval v nové verzi Přílohy č. 2 zadávacích podmínek – Technická specifikace – **dodavatelé pro účely podání nabídek použijí novou verzi zmíněné přílohy** označené konkrétně názvem *RI2001_P2_techická specifikace_Chla.vysokoot.centrifuga_ver.2_13042021.docx*. Dosavadní verze přílohy byla z profilu zadavatele svěšena a zmíněná aktuální verze přílohy byla na profil zadavatele vyvěšena.

Vzhledem k charakteru změn provedených v zadávacích podmínkách, které mohou mít dopad na okruh potenciálních dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, tj. o 7 pracovních dní a navíc přidává jeden pracovní den navíc z hlediska toho, že odpověď byla poskytnuta nikoliv po 2, ale 3 pracovních dnech po odeslání výzvy k vysvětlení zadávacích podmínek dodavatelem.

Aktuální lhůtu pro podání nabídek seznají dodavatelé z profilu zadavatele na kartě předmětné veřejné zakázky.