

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: EXC2113 UV-VIS spektrofotometr (2 ks)

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006133>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení č. 1.

Zadavatel obdržel dne 15. 7. 2021 v 07:56:09 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o zodpovězení následujícího dotazu:

Zadavatel v popisu přístroje a jeho využití, Části 2: UV-VIS spektrofotometr veřejné zakázky píše, že požaduje software k přístroji, který umožňuje minimálně možnost zobrazení změřeného spektra a poměrů vlnových délek určující čistotu vzorků nukleových kyselin.

Chtěli bychom se zeptat, zda si máme pod pojmem čistoty vzorků představit klasické měření poměrů nebo vyspělejší měření čistoty vzorků, kde se zjišťují konkrétní kontaminanty ve vzorku? Např. v RNA lze zjistit jako kontaminant DNA, proteiny, guanidin nebo fenol, které i v malých koncentracích sice nemusí ovlivnit poměry (A260 (A280 a A260/A230), ale mohou ovlivnit následné aplikace jako NGS nebo qPCR.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel si pod pojmem čistoty vzorků představuje klasické měření poměrů vlnových délek.

Zadavatel tímto nemění znění zadávacích podmínek.

Zadavatel upozorňuje, že dokument v aktuálním znění je vložen v příslušné záložce elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.muni.cz/vz00006133> v sekci Zadávací dokumentace.

V Brně dne 15.7. 2021