

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: Skříňové hlubokomrazicí boxy (13 ks)

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČO: 00216224

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan
Jejímž jménem jedná: Přírodovědecké fakulty

(dále v textu jen „zadavatel“)

Zadavatel zahájil dne 20. července 2021 zadávací řízení na výše uvedenou, předmětnou veřejnou zakázku.

Zadavatel obdržel dne 2. srpna 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění (označeno kurzívou):

Dobrý den, prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace v níže uvedených bodech:

Dotaz 1: V technické specifikaci je požadováno: 1.19. Ovládání chráněné heslem, možnost definovat min. 3 uživatele s oprávněními, například servisní technik, administrátor (uděluje práva přístupu), uživatel (laborant), včetně 3 PINů. Požadavek na ochranu vstupu servisního technika a administrátora je logický. Domníváme se však, že omezení běžného operátora není běžně potřebné. Dotaz zní: Můžeme nabídnout zařízení poskytující dvě úrovně hesel, tedy servisní technik a administrátor.

Dotaz 2: V technické specifikaci je požadováno: 1.20. Hlubokomrazicí box lze uzamykat/odemykat elektronicky i mechanicky. Standardní provedení boxů používá klasické uzamykání mechanickým zámkem, zamykání pomocí čipových karet atd. není zcela rozšířené. Dotaz zní: Je možné nabídnout zařízení disponující pouze mechanickým zámkem?

Děkujeme za vaše odpovědi

Zadavatel odpovídá na položené dotazy dodavatele – tazatele tak, že jim vyhovuje – viz konkrétní odpovědi zadavatele:

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel mění bod 1.19. technické specifikace následovně:

„...Ovládání chráněné heslem, možnost definovat min. **2** uživatele s oprávněními, například servisní technik a administrátor (udělující práva přístupu), včetně alespoň **2 PINů**...“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel mění bod 1.20. technické specifikace následovně:

„...Hlubokomrazící box lze uzamykat/odemykat elektronicky **nebo** mechanicky...“

Zadavatel tímto mění Přílohu č. 2 zadávací dokumentace – technickou specifikaci.

Dodavatelé užíjí za účelem pro podání nabídek pouze novou verzi technické specifikace – soubor s názvem: EXC2105_Př.2_TS_new.docx. Zadavatel původní verzi technické specifikace dnes svěřil z profilu zadavatele a vyvěsil pouze verzi aktuální, výše uvedenou.

Vzhledem k povaze změny zadávacích podmínek, která by mohla mít vliv na okruh dodavatelů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

Aktuální lhůtu pro podání nabídek naleznou dodavatelé v elektronickém nástroji zadavatele: E-ZAK a rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a TED, do nichž byl dnešního dne odeslán změnový formulář.

V ostatním zůstávají zadávací podmínky nezměněny.