

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vliv (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano
chlazení	ano
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	24°C / -
počet osob	1 + 1

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST


podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stinění	ano
jiná stavební připravenost	vznik ozónu - odvětrání


SILNOPROUD

230V	6
230V - P (přepětová)	4

SLABOPROUD

2x RJ45	4
---------	---




Datum, podpis
2021 11 - 15

Označení / název místnosti

MAGNET

stavb	stave	číslo PS	SO	čas	vykres	reviz
SSC	DSP	001	03	331	00	00