

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále též „zákon“)

Identifikace veřejné zakázky

Název:	Mikroskopy pro LF MU 2023 II
Název části VZ	část č. 2 VZ: Demonstrační mikroskop s mikroskopickou kamerou
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Druh řízení:	podlimitní veřejná zakázka, zadávaná v souladu s ustanovením § 14 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „ZZVZ“), veřejnou zakázkou na dodávky, a v souladu s ustanovením § 26 ZZVZ podlimitní veřejnou zakázkou, zadávanou v souladu s ustanovením § 53 ZZVZ, ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.muni.cz/vz00006797
Adresa části veřejné zakázky	https://zakazky.muni.cz/vz00006799

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Lékařská fakulta Masarykovy univerzity fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo:	Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ:	00216224
Zastoupen:	prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU
kontaktní osoba VZ:	Ing. Marek Buriška, tel: 549 49 3265, e-mail: buriska@med.muni.cz .

PŘEDMĚT A SJEDNANÁ CENA

Popis předmětu veřejné zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka **nového laboratorního přístroje - Demonstračního mikroskopu s mikroskopickou kamerou pro potřeby pracoviště Ústav patologie LF MU.**

Podrobnou definici a vymezení předmětu plnění této veřejné zakázky stanoví zadávací, obchodní a technické podmínky této veřejné zakázky uvedeny dále v zadávacích dokumentacích k jednotlivým částem veřejné zakázky.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek - variantní řešení. Za variantní řešení je považováno i uvedení více číselných vyjádření než jedno pro hodnotící kritérium.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti dodavatele v zadávacím řízení.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem:

Druh dodávky	CPV kód
Mikroskopy	38510000-3
Objektivy mikroskopů	38519200-8
Okuláry, kondenzory, kolektory, tubusy, stolky a kryty k mikroskopům	38519600-2

Identifikační údaje vybraného dodavatele a cena sjednaná ve smlouvě:

Veřejná zakázka byla zrušena

OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Poř. č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ	Právní forma
1.	BARIA s.r.o., Jižní 393, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry IČ: 26697904	112 – Společnost s ručením omezeným

OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ

☐ Žádný z účastníků nebyl vyloučen.

Poř. č. nabídky	Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ	Právní forma
1.	BARIA s.r.o., Jižní 393, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry IČ: 26697904	112 – Společnost s ručením omezeným

Odůvodnění:

Zadavatel v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky stanovil podmínky účasti dodavatele v zadávacím řízení. Konkrétně v dokumentu „Zadávací dokumentace“ a dokumentu „Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění“ stanovil technické podmínky (technickou specifikaci) pro požadovaný předmět veřejné zakázky.

Účastník ve své nabídce podané dne 13.6.2022 nabízí přístroj od výrobce Leica, model – typové/ výrobní označení DM2500LED.

Zadavatel v rámci podrobného posouzení nabídky předložené účastníkem zjistil nejasnosti, nesrovnalosti a nepřesnosti.

Na základě výše uvedených skutečností a v rámci dodatečného posouzení nabídky účastníka zadavatel konstatuje následující:

Zadavatel v rámci technických podmínek požadoval, aby nabízené zařízení disponovalo Mikroskopickou kamerou. Dodavatel nabízí pro tuto položku č.2 kameru od výrobce Leica, model – typové/ výrobní označení Felxacam C3.

Zadavatel požadoval ab tato kamera měla/ splňovala:

1) **Rozlišení snímků: min. 20 Mpx**

Účastník uvádí, že rozlišení kamery je 12 MPx, Tato informace vyplývá i dokumentace výrobce

2) **Velikost pixelu: 2,4 µm x 2,4 µm**

Účastník uvádí, že velikost pixelu je 1,55 µm x 1,55 µm, Tato informace vyplývá i dokumentace výrobce

3) **Snímací čip/senzor: s úhlopříčkou min. 1"**

Účastník uvádí, že snímací čip má úhlopříčku 1/ 2,3", Tato informace vyplývá i dokumentace výrobce

4) **Barevná hloubka 3x12 bits, binning 2x2, 3x3**

Účastník uvádí, že barevná hloubka je 8 bit, binning není

5) **Expoziční časy: minimálně v rozsahu 1 ms – 10 s**

Účastník uvádí, že expoziční časy jsou v rozsahu 100 µs – 120 ms", Tato informace vyplývá i dokumentace výrobce

Účastník tak nesplnil/ neprokázal splnění zadávacích podmínek, zejména výše uvedených technický podmínek zadávacího řízení.

OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ

☐ Zadavateli nejsou známi poddodavatelé.

ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ VYBRANÝCH DRUHŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

☐ Jednací řízení s uveřejněním: vepište odůvodnění

☐ Řízení se soutěžním dialogem: vepište odůvodnění

☐ Jednací řízení bez uveřejnění: vepište odůvodnění

☐ Zjednodušený režim: vepište odůvodnění

☒ Žádný z výše uvedených druhů řízení/režimů nebyl použit.

ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

☐ Zadávací řízení nebylo zrušeno.

☒ Zadávací řízení bylo zrušeno.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením zadávacích podmínek pro příslušnou část výše uvedené veřejné zakázky, kde si zadavatel vyhradil právo zrušit výběrové řízení této veřejné zakázky do doby uzavření smlouvy, se zadavatel rozhodl zrušit toto zadávací řízení, a to vzhledem ke skutečnosti, že zadavateli nebyly ve stanovené lhůtě pro podání nabídek podány žádné nabídky, které by splňovaly zadávací podmínky stanovené zadavatelem.

ODŮVODNĚNÍ PODÁNÍ NABÍDEK V LISTINNÉ PODOBĚ

☒ Zadavatel obdržel všechny nabídky prostřednictvím elektronického nástroje.

STŘET ZÁJMŮ

☒ Zadavatel nezjistil střet zájmů u žádné z osob, které se podílely na průběhu nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

ROZDĚLENÍ NA ČÁSTI NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku. Veřejná zakázka tvoří jeden funkční celek a z hlediska zajištění bezvýhradné funkčnosti a kompatibility by nebylo z technického pohledu vhodné tuto VZ rozdělit na další části. Nadto případné rozdělení veřejné zakázky na další části by vedlo k nezanedbatelné administrativní zátěži jak pro dodavatele, tak pro zadavatele a nebylo by tudíž ani ekonomicky efektivní a účelné.

PROKÁZÁNÍ OBRATU

☐ Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání minimální výše ročního obratu přesahujícího dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

V Brně dne 19.7.2023

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek