

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Fluorescenční, bioluminescenční a rentgenové in vivo vizualizační zařízení s anestézií**

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006903>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Lékařská fakulta Masarykovy univerzity**, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel dne 27. 9. 2023 objevil chybu v psaní (překlep) ve Formuláři nabídky, konkrétně v tabulce technických požadavků v č. p. 14 a 16, kde bylo nedopatřením uvedeno anestetické médium isofluoran namísto v Technické specifikaci správně uvedeného sevofluranu.

Zadavatel tak z vlastního podnětu opravuje chybu ve Formuláři nabídky a přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uveřejňuje opravený Formulář nabídky, který plně odpovídá závazným požadavkům uvedeným v Technické specifikaci.

Žádáme účastníky, aby ve svých nabídkách využili tento opravený Formulář nabídky.

Příloha: Formulář nabídky - opravený

V Brně dne 27. 9. 2023