

Technická specifikace

Zdravotnické modely a trenažéry (MUNI 3.2.1)

Tato veřejná zakázka je rozdělena na šest částí. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 2 VZ:

2.1 Simulátor pro nácvik odsávání dýchacích cest a podávání enterální výživy

Počet kusů: 2

Minimální požadavky:

- možnost nácviku zavedení a odsávání katetrů do dutiny nosní a ústní;
- možnost nácviku zavedení a odsávání katetrů do tracheostomie;
- možnost zavedení nasogastrické sondy přes nos a ústa;
- možnost aplikace a odsávání tekutiny do/z rezervoáru imitující žaludek s možností proplachu;
- odolnost materiálu a zajištění neprotékání nácvikového systému;

2.2 Paže pro demonstraci intravenózní kanylace s připojením zásobníku umělé krve

Počet kusů: 6

Minimální požadavky:

- tréninková paže pro nácvik dovednosti intravenózní kanylace pro injekce, infuze a odběr krve;
- vzhled paže – realistický včetně žil na kožním povrchu, které jsou dobře viditelné a hmatatelné, punkce žilního systému je možná ideálně po celé délce modelu;
- umístění modelu paže ve stojanu (pevné, ale lehké konstrukce) nebo formou podpěrky pod paži (stojan/podpěrka součástí dodávky);
- distální konce systému jsou připojeny k zásobníku umělé krve;
- materiál – měkký a odolný pro opakované použití bez zanechání děr po vpichu, systém zajištění neprotékání nácvikového systému;
- snadná manipulace a údržba;
- snadná výměna žil a kůži modelu;
- součástí balení je umělá krev, stojan se zásobníkem na umělou krev, náhradní díly (dle konstrukce modelu – předpokládáme min. náhradní kůži a hadičky) a přípravky pro ošetření modelu;

2.3 Paže pro demonstraci intravenózní kanylace

Počet kusů: 6

Minimální požadavky:

- tréninková paže pro nácvik dovednosti intravenózní kanylace pro injekce, infuze a odběr krve;
- vzhled paže – realistický včetně žil na kožním povrchu, které jsou dobře viditelné a hmatatelné, punkce žilního systému je možná ideálně po celé délce modelu;
- materiál – měkký a odolný pro opakované použití bez zanechání děr po vpichu;
- snadná manipulace a údržba;
- snadná výměna žil a kůže modelu;
- součástí dodávky jsou náhradní díly (dle konstrukce modelu – předpokládáme min. náhradní kůži a hadičky) a přípravek pro ošetření modelu.