

# Technická specifikace

## Transportní nosítka

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části. Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

### 1.1 Transportní nosítka

Počet kusů: 1

Minimální požadavky:

- transportní nosítka s podvozkiem pro bezpečný převoz pacienta;
- nosítka oddělitelná od podvozku, bezpečný úchytný systém nosítek na podvozku;
- uzpůsobeno pro jednoduché a bezpečné nakládání do sanitního vozidla (nájezdová kolečka, sklápění nohou podvozku);
- možná kompletní obsluha jednou osobou;
- 4-dílná nosítka, podhlavník a podnožník plně polohovatelný pomocí plynových pružin;
- šířka nosítek 55-60 cm, délka 190-200 cm, nosnost min. 200 kg;
- výsuvná madla nosítek pro přenášení (odjištění pomocí jedné ruky);
- podvozek rozměry odpovídající nosítkům, nosnost min. 250 kg;
- min. 7 výškových pozic podvozku;
- lehká kovová konstrukce nosítek i podvozku;
- boční sklopná madla;
- kola průměru min. 15 cm, šířky min. 4 cm
- ovládání předních kol (otáčení nebo zajištění v přímé poloze), brzdy na zadních kolech;
- anatomická matrace se samonavíjecími pásy, polštář / opěrka hlavy;
- infuzní stojan.